

1. המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	קרן מחקרים
יחידה מזמינה:	נפרולוגיה
תאריך:	06.11.22 01/00/2022

דרישה 20205939

קרן מחקרים X
תקציב 360551099

מדינת ישראל _____
(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"מ מס' 7.8.1 ו- 8.2.7.

ערכות להמודיאליזה
מצ"ב חוות דעת של ורד שני ונורית שמיר ממכון נפרולוגי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

X טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	אלטק
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	514145978
ספק זה הינו:	<input checked="" type="checkbox"/> X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	1,000,000 ₪
תקופת ההתקשרות	24 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).**
2. **ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).**
3. **נימוקים והערות נוספות.**

מצ"ב חוות דעת

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	רכש	זכריה רוסנוב יאנה
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית



שיבא - מרכז רפואי אקדמי מצטיין

18/09/2022

לכבוד:

יאנה זכריה רוסנוב

רכש מרכז רפואי שיבא

הנדון: נימוק לספק יחיד עבור ערכות להמודיאליזה

- מזה כ 9 שנים מכון הנפרולוגי משתמש בסטים של חברת אלטק, לאחר שימוש רב שנים ונסיון עשיר איתם נוכחם לדעת שהערכה איכותית ועומדת בסטנדרטים שהצבנו.
- הערכה בנויה משני חלקים המפרידים בין החיבור לניתוק, דבר השומר על סטריליות המוצר.
 - כמו כן איכות החובק והמוצר ההמוסטטי יעיל, בטיחותי ואינו מסכן את חיי האקסס (שנט לדיאליזה).
 - הפלסטרים בערכה הינם של חברת M3, איכותיים ומקבעים באופן בטיחותי את המחט, מה שמונע שליפת מחט שעלולה לגרום לאיבוד דם רב של המטופלים, מצב המסכן את המטופל.
 - מנגנון החבק משמר את חיי הפיסטולה והגרופט (אקסס) משום שהוא ניתן לשליטה על עוצמת הסגירה. לציין שהחבק הנ"ל קיים אך ורק בחברת אלטק ואינו קיים אצל ספקים אחרים, קיבלנו את הערכה לאחר שהתנסו בעבר עם ערכות של חברת פולק, בהן החבק לא בטיחותי, אשר סיכן את חיי הפיסטולה והגרופט (אקסס) משום שאין שליטה על עוצמת הסגירה בו.
 - הערכה נבנתה עבור מכוננו על פי תהליכי העבודה הנדרשים עבורנו.
- לאור כל האמור לעיל אנו מבקשים את אישור הרכש הועדה לקנות אך ורק מחברת אלטק את פריט הנ"ל והם הספק היחיד המתאים.

בברכה,

ורד שני, אחות אחראית מכון נפרולוגי
נורית שמיר, סגנית אחות אחראית
המרכז הרפואי שיבא