

מדינת ישראל - משרד הבריאות
ועדת מכרזים מרכזית לשרותים וטובין

בקשה: משלוח ותיקון בחו"ל של גנרטור מעבדת הכיול הלאומית - 20269 - פטור ממכרז

נושא לדיון: 40,286

בישיבה שהתקיימה בתאריך: 28/12/2022 08:00

החלטת ועדה

בהסתמך על מכתבו של מר יורם טל, מנהל היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה, מיום 26/12/22 מחליטה הוועדה לאשר התקשרות עם חברת HOPEWELL DESIGNS INC מכח תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.

מעבדת (Secondary Standard Dosimetry Laboratory SSDL) מספקת לבתי החולים שירותי כיול ברמה גבוהה כנדרש ממעבדות אלו ומפוקחת ע"י הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). שימוש במדי קרינה מכוילים ב SSDL נדרש על פי הכללים הבינלאומיים הנהוגים במוסדות רפואה.

מקרון הרנטגן שהותקן במעבדה הוא ייחודי מסוגו, נבחר ע"י סבא"א ויוצר בהזמנה מיוחדת.

גנרטור המתח הגבוה של המקרון התקלקל ויש לתקנו, התיקון צריך להיעשות ע"י HOPEWELL DESIGNS INC היצרן שבנה את הגנרטור בחו"ל, והוא היחיד שיכול לתקנו.

עלות התיקון היא כ 70,000 ₪ כולל משלוח.

הוועדה מציינת כי בוצע הליך פרסום בהתאם תקנה 3א', בשל הדחיפות מאשרת הוועדה את ההתקשרות ומתנה את האישור לאי קבלת השגות עד ליום 18/1/23 (4000563517).

תקופת התקשרות: 29/12/22 – 29/6/23

תקנה תקציבית: 24020551

מרכז קרנות: 24100407

מס' ספק חו"ל - 50089206

שירה ארנון

רו"ח חסן אסמעיל
אלי קהן
רו"ח יוסי גריסי
רו"ח שירה ישר

עו"ד אביטל וינר-אומן
עו"ד אביבית צמח-רום
עו"ד עדי עמיתי

אורית אפרתי לב, יו"ר

חתימות:

www.health.gov.il

20269

חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
 היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה
 Radiation Control Unit



משרד
 הבריאות
 למיטת בריאות יומך

26 דצמבר, 2022

אל: וועדת מכרזים,

תיקון מקרן הרנטגן במעבדה לכיול מדי קרינה

המעבדה הלאומית לכיול מדי קרינה ממוקמת במרכז הרפואי שיבא ושייכת למשרד הבריאות. זו מעבדת SSDL (Secondary Standard Dosimetry Laboratory) המספקת לבתי החולים שירותי כיול ברמה גבוהה כנדרש ממעבדות אלו, ומפוקחת ע"י הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א). שימוש במדי קרינה מכילים ב SSDL נדרש על פי הכללים הבינלאומיים הנהוגים במוסדות רפואה.

מקרן הרנטגן שהותקן במעבדה הוא ייחודי מסוגו, נבחר ע"י סבא"א ויוצר בהזמנה מיוחדת. לאחרונה התקלקל גנרטור המתח הגבוה של המקרן ויש לתקנו אצל היצרן שבנה אותו בחו"ל. עלות התיקון היא כ 70,000 ₪ כולל משלוח.

נא אישורכם בדחיפות, משום שללא התיקון אין המעבדה יכולה לספק שירותי כיול ברנטגן.

בכבוד רב,


יורם טל

מנהל היחידה

Radiation Control Unit
 MTIR Directorate
 Ministry of Health
 7 Katzir street. Tel-Hashomer 52621
 Tel: 03-7378120 Fax: 03-5352076

Xcontrol@moh.health.gov.il

היחידה הארצית לרישוי ופיקוח על מכשירי קרינה
 חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר
משרד הבריאות
 רחוב קציר 7, תל השומר 52621
 טל: 03-7378120 פקס: 03-5352076



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2
 פרק משני: פטור ממכר מספר טופס: 7.8.2.1 ט.

אל: ועדת המכרזים

משרד:	הסריאות
יחידה מזמינה:	ניסיון/סיקור על מנשיני קוינה
תאריך:	29.11.22

הגדרה: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
 גיבון ברוך כהן שגן ג'ניטור מתח לקוח של מנספת הכית והאומית SCDL בניסיון + הוצאות משלוח הדינרטון / גיבון כהן (הזמן והזמן).
 * מסק אין (3-צור המדינת ישנאן) (באו מתח מניולף).

האם קיים בנושא זה נכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

- טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	HOPEWELL DESIGNS Inc.
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	50029206 - מס' ספק חוץ
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 20,100
תקופת ההתקשרות:	חצי שנה

שם המאשר: ליאור אגאי בתוקף מיום: 01.01.2010
 תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי עמוד 1 מתוך 3

מדינת ישראל
 משרד הבריאות
 ועדת המכרזים המרכזית לשירותים וטובין

נוסח אישור אג"ת לרכישה באמצעות מכרז עבור יחידות המיניסטריון

תאריך: 27/11/2022

לביצוע בשנת 2022

לכבוד

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

שלום רב,

הנדון: טופס אישור אגף תקציבים ליציאה למכרז עבור יחידות המיניסטריון

פירוט ההתקשרות:	תיקון גנרטור מתח גבוה של מעבדת הכיול הלאומית + הוצאות משלוח לתיקון בחו"ל (הלוך וחזור)
סכום מאושר להתקשרות:	68,742 ש"ח
סעיף תקציבי:	תקנה – 24020551 מרכז קרנות – 24100407
שם היחידה:	רישוי ופיקוח על מכשירי קרינה
שם גורם מקצועי:	שלמה איש שלום

הריני לאשר כי הפעילות לעיל מהווה חלק מתוכנית העבודה של היחידה וקיים תקציב למימושה.
 אישור זה מהווה הסכמה שאין השלכות כלכליות חריגות או בעיות רוחב למשרד/מערכת הבריאות.

שם נציג מאשר אגף תקציבים:	רבקה שריד
חתימה:	רבקה

Ministry of Health
 P.O.B 1176 Jerusalem 91010
 call.habriut@moh.health.gov.il
 Tel: * 5400 Fax: 02-5655969



משרד הבריאות
 ת.ד. 1176 ירושלים 91010
 call.habriut@moh.health.gov.il
 טל: *5400 פקס: 02-5655969



HOPWELL DESIGNS, INC.
ENGINEERING, MANUFACTURING, & SERVICE

November 22, 2022

Shlomo Ishshalom
Israel Ministry of Health

Authorized Service Provider Statement

Dear Shlomo,

As the original equipment manufacturer, Hopewell Designs, Inc. maintains the appropriate licenses and approvals to be able to provide service and support for our equipment installed across the United States and throughout the world.

Service work includes, but is not limited to, preventative and corrective maintenance of mechanical and electrical components, verification of correct and accurate system operation, and modification of control software, as well as the installation of new equipment and the dismantling of devices.


Due to the size and nature of our business, we do not maintain service teams around the globe. Additionally, we have found that the custom and specialized application of our mechanical/electrical systems, as well as the implementation of our proprietary control/software interfaces rarely allows for adequate qualification of 3rd party support teams. Therefore, all our engineers and service technicians are based out of the United States. From here, they are able to respond to service needs anywhere around the world.

I can confirm that we do not have an official representative or any authorized service provider in Israel.


Sincerely,

A handwritten signature in black ink that reads 'Archie Patel'.

Archie Patel
Application Engineer
Hopewell Designs, Inc.
5940 Gateway Drive, Alpharetta, GA 30004 USA
Phone: (770) 667-5770



Page 1

	<h1 style="margin:0;">HOPEWELL DESIGNS, INC.</h1> <p style="margin:0;">ENGINEERING, MANUFACTURING, & SERVICE</p>	<p style="margin:0;">Proposal</p> <p style="margin:0; font-size: small;">Valid for 60 Days</p>															
5949 BATAWAY DRIVE, ALPHARETTA, GA 30004 (770) 667-5770 FAX (770) 667-7599																	
<p>TO: Israel Ministry of Health Medical Technology & Infrastructure Admin , Radiation Control Dept., Sheba Medical Center 7 Katzir Jerusalem, 52621 Israel</p> <p>Technical Contact: Shlomo Ishshalom Phone: Email: shlomo.ishshalom@moh.health.gov.il</p>	<p>Proposal No : P6553R1 Date: 11/8/2022 Your Ref.: Email</p> <p>Shipping Terms: Origin, Pre-Paid and Add Payment Terms: NET 30</p> <p>Delivery: 90-120 days ARO* *Date confirmed after receipt of PO</p>																
Item	Qty	Model #	Description	Unit Price	Total												
				Prices are USD (\$)													
1	1		<p>Generator Repair: Gen_Rep Repair costs for Gulmay Generator (GX225-2/10). The Generator will be send to Gulmay UK for repair and back to Israel Ministry of Health.</p> <p>Evaluation: Evaluations are included with Category A or B repairs to confirm the Reason for Return. No-fault-found evaluations, Repair Damage (new or used), and repair refusals may be charged Evaluation Fees at published rates.</p> <p>Fixed Price Repair Cost: This is the firm fixed price to repair the listed unit. The cost includes all labor and parts for normal use failures plus proactive measures based on the age:</p> <table border="0" style="width:100%; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width:15%;"><u>Repair Level</u></td> <td style="width:15%;"><u>Age (years)</u></td> <td style="width:40%;"><u>Proactive Measures</u></td> <td style="width:30%;"><u>Warranty</u></td> </tr> <tr> <td>Category A</td> <td>2-7</td> <td>Execute service bulletins, clean, replace oil & gaskets</td> <td>1 yr, full assy</td> </tr> <tr> <td>Category B</td> <td>8-13</td> <td>Bench test parts, upgrades, replace cooling fans</td> <td>1 yr, full assy</td> </tr> </table>	<u>Repair Level</u>	<u>Age (years)</u>	<u>Proactive Measures</u>	<u>Warranty</u>	Category A	2-7	Execute service bulletins, clean, replace oil & gaskets	1 yr, full assy	Category B	8-13	Bench test parts, upgrades, replace cooling fans	1 yr, full assy	\$13,300.00	\$13,300.00
<u>Repair Level</u>	<u>Age (years)</u>	<u>Proactive Measures</u>	<u>Warranty</u>														
Category A	2-7	Execute service bulletins, clean, replace oil & gaskets	1 yr, full assy														
Category B	8-13	Bench test parts, upgrades, replace cooling fans	1 yr, full assy														
2	1		<p>Freight (Estimated) Equipment Freight</p>	\$6,800.00	\$6,800.00												
TOTAL:				\$20,100.00													
<p>BY: Archie Patel TITLE: Application Engineer PHONE: 770-667-5770 EMAIL: Archie.Patel@HopewellDesigns.com</p>			<p>Taxes: Extra, if applicable</p> <p>Note: A merchant services processing fee of 4% will be added to credit card orders.</p>														

18.1.23

פניית פרסום באתר: 4000563517, תיקון מקרן רנטגן במעבדה לכיול מדדי קרינה

פרטים	נושאי התקשרות	איש קשר	תאריכים	מסמכים לפרסום	ספקים	תקופות והיקף התקשרות
השגות/החלטות/פרסומים		היסטוריית שינויים				

70,832.40

אומדן סכום התקש...

נתונים כלליים

זיהוי:	0563517	ס	פורסם
מספר תיקון:	0563517		
שם חברה:	משרד הבריאות		
יחידה מפר:	משרד הבריאות		
סיווג התקש:	פטור ממכרז		
סוג פרסום:	פרסום כוונה להתקשרות		
תאור ההתקש:	תיקון מקרן רנטגן במעבדה לכיול מדדי קרינה		
מספר הלי:	הליך ביגל...		
אופן הגש:	סטטוס תי...		
מספר פני:			
סוג התקש:	רכש		

שדות להזנה בפרסומי פטור בלבד

תקנת חוק:	תקנה 3(29) - ספק יחיד
מהות הה:	טרם התקבלה הח...
גורם מאש:	מכרזים - משרדית מכרזים משרדית

טקסט

סוג: