



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	הנדסה
תאריך:	20-12-2022

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
המערכת המוצעת הינה חדשנית מסוגה ומיועדת לניטור רציף לספירה כללית וזיהומים בכניסה לאספקות המים לבית החולים
המערכת נוסתה בהילל יפה וגם אצלינו בפגיה ונמצאה מתאימה לצרכים שלנו.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

- טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	Aqualarm ltd
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	516646833
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	29952 כולל מע"מ
תקופת ההתקשרות:	אספקת מוצר חד פעמית שירות ואחזקה למשך 12 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

1. נעשו על ידי חיפושים באינטרנט ובירורים מול מקבילים בבתי חולים אחרים למציאת ספקים נוספים המוצעת או דומה מהבדיקה שערכתי לא נמצא טכנולוגיה או מערכת דומה לזו המוצעת.
המערכת הנדונה מעוגנת בפטנט ובעלת אישורי תקינה – גם של מכון התקנים הישראליים (מצ"ב) רציפות למעבדות אולם לא למערכות המים הסניטארים.
2. חברת Aqualarm הינה ספקית הבלעדית והיחידה למוצר SWA-3 PRO המשמש לניטור מערכות בהיבטי הספירה הכללית באופן רציף – מערכת יחידה מסוגה ולכן יש לראות בה ספק יחיד לאחר בדיקה מקצועית באינטרנט, בדיקה מול עמיתים מקבילים במוסדות רפואה אחרים ולכן יש לראות בה ספק יחיד.
3. חברת Aqualarm הינה ספקית יחידה ובעלת פטנט ייחודי למערכת מסוג SWA-3 PRO המבצעת ניטור מיקרוביאלי רציף וספירה כללית. המערכת מאופיינת בייחודיותה בכך שהיא מסוגלת לספק דיגום מים זמין ומיידי אל מול שיטות דיגום מעבדתיות שתוצאותיהן מתקבלות רק בתוך 48 שעות. הנושא הכרחי ביותר למניעת אירועים זיהומיים עתיים המסכנים חיים.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

אינג' אברמוביץ יצחק	מהנדס ראשי	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה