

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

27 בדצמבר 2022
מספרנו: הנ"ר/2022-0487
תיק: 1-1225, 8028

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: המרכז לחקר הסרטן – חוו"ד לרכישת מערכת EVOS M5000 IMAGING SYSTEM

א. טופס ספק יחיד חתום ע"י ד"ר דן דומיניסיני, מנהל המעבדה ההמטולוגית מתאריך 25.12.22 והצעת מחיר מספר 424968 למערכת הנדרשת ע"י חברת "רניום" מתאריך 14.12.22.

1. מסמך זה מפרט את הדרישות לרכש המערכת שבנדון בכמות של 1 יח', עבור המרכז לחקר הסרטן.
2. בסימוכין א' מבהיר ד"ר דן דומיניסיני את הדרישה לרכש המערכת שבנדון, עבור המרכז לחקר הסרטן, עבור היחידה לתרפיה גנטית. המכשיר יוצב בחדר תרביות נקי ויאפשר לבצע את שלב הרמת המושבות כחלק מתהליך הכנת תרביות תאים. עוד מצייין ד"ר דומיניסיני כי חברת רניום הינה החברה היחידה בארץ המשווקת מערכת העומדת בתנאי הסף.
3. לאור המפורט מעלה יש לראות ביצרן ThermoFisher Scientific באמצעות נציגותו המקומית חברת "רניום" כספק בלעדי לרכישה זו.
4. יש לממש את הרכישה באמצעות הצעת מחיר 424968 המצורפת כסימוכין א'.

מקור תקציבי לרכישה - סעיף 17714

הערות:

- יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים (כולל חלפים ועבודה), לכל מכלולי המערכת המוצעת, החל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוולים, חלפים ועבודה) על פי הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת, במהלך השנה הראשונה לאחריות וכן לפני תום השנה השניה לאחריות.
- ההזמנה תכלול התקנה והדרכת המשתמשים במרכז לחקר הסרטן.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.
- על המציע להתחייב למתן הדרכה לצוות הטכני של ביה"ח (ברמת טכנאי יצרן!), על מנת להבטיח שימוש ואחזקה נכונה בדגם המוצע. בתום ההדרכה הטכנית תסופק תעודת הסמכה רשמית.

בברכה,

כרמית סמורלי
ייעוץ הנדסי בתחום ההנדסה הרפואית

לוט: סימוכין

העתקים: ד"ר דן דומיניסיני
מר משה חמד