

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

1

8 בנובמבר 2023  
מספרנו: הנ"ר/2023-0036  
תיק: 1220

לכבוד  
גב' גילי נעים  
מח' הרכש

הנדון: המעבדה האנדוקרינולוגית והמכון האורולוגי –  
חוו"ד לרכישת מכשיר Q 5PLEX ROTOR-GENE

- א. דוא"ל מתאריך 17.12.22 עם נימוק ספק יחיד
  - ב. הצעת מחיר 232500314 - חברת אילקס ביוטק בע"מ, מתאריך 2.2.23
  - ג. הצעת מחיר עבור שנת שירות למכשיר ROTOR-GENE - חברת אילקס ביוטק בע"מ, מתאריך 9.11.22
  - ד. דוא"ל מתאריך 6.2.23 מול נציגת חברת אילקס ביוטק בע"מ
1. מסמך זה מפרט את הדרישות לרכש המכשיר הנדון בכמות של 1 יח, עבור המעבדה האנדוקרינולוגית והמכון האורולוגי.
  2. בסימוכין א' מבהיר פרופ' דותן זהר כי המכשיר שבנדון מאפשר לבצע בדיקת שתן שאינה פולשנית המהווה חלופה חלקית לבדיקת הציטוסקופיה הפולשנית במטופלים עם היסטוריה של סרטן בשלפוחית השתן. הבדיקה מבוצעת באמצעות קיט ה-Epichec שאושר לשימוש במכשיר ה-ROTOR-GENE וזאת לאחר מחקרים שהראו תוצאות טובות.
  3. לאור המפורט מעלה, יש לראות ביצרן QIAGEN באמצעות נציגות המקומית חברת "אילקס ביוטק בע"מ", ספק בלעדי לרכישה זו.
  4. יש לממש את הרכישה באמצעות הצעת מחיר 232500314 המצורפת כסימוכין ב' – בשלב זה בלי הדרכת הצוות הטכני (עלות הדרכת הצוות הטכני הינה 6420 יורו בהתאם למופיע בתכתובת בסימוכין ד')
- מקור תקציבי לרכישה – קרן תרומות של המחלקה**
5. ריאגנטים ירכשו בנפרד בהתאם למצוין בסימוכין א'.

**הערות:**

- יש לוודא שכלל חלקי המערכת הם בעלי תקופת אחריות של 24 חודשים (כולל חלפים ועבודה), לכל מכלולי המערכת המוצעת, החל מיום הקליטה במעבדה ותחילת השימוש בפועל.
- תקופת האחריות תכלול ביצוע כל הטיפולים התקופתיים הנדרשים (כולל כיוולים, חלפים ועבודה) על פי הנחיות היצרן ובתדירות הנדרשת, במהלך השנה הראשונה לאחריות וכן לפני תום השנה השנייה לאחריות.
- ההזמנה תכלול התקנה והדרכת המשתמשים מהמעבדה האנדוקרינולוגית והמכון האורולוגי.
- על ההזמנה לכלול ספרות הפעלה ושירות (Manual Service) אשר תסופק עם המכשור באופן דיגיטלי.

בברכה,

כרמית סמורלי  
ייעוץ הנדסי בתחום ההנדסה הרפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר  
העתקים: פרופ' דותן זהר  
מר משה חמד