

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

1

5 בפברואר 2023
מספרנו: הני"ר/2023-0032
תיק: 1141, 1007

לכבוד
גב' גילי נעים
מח' הרכש

הנדון: חדר ניתוח א.א.ג.

חו"ד לרכישת מנועים ידניים למערכות קידוח לניתוחי א.א.ג. מתוצרת MEDTRONIC.

דוא"ל מיום 11.12.22

בשימוש חדר ניתוח מערכות קידוח לניתוחי א.א.ג. מתוצרת MEDTRONIC בכמות של 6 יח', כאשר כל אחת כוללת קונסולת הנעה (Integrated Power Console), דושה להפעלה רגלית ומנוע קידוח ידני (דגם M5 handpiece) המספק פעילות אוסצילטורית בתחום מהירות של 50-7500 סל"ד ויכולת קידוח במהירות של עד 30,000 סל"ד. כמו כן, למערכות מתחברים מקדחים ייעודיים בגדלים שונים ויחידות קצה נוספות.

בהתאם לסימוכין, לאור תקלות במספר מנועים ועל מנת לאפשר המשך פעילות רציפה ותקינה של ח.נ.א.א.ג., נדרשת רכישה של 3 מנועי קידוח ידניים עבור המערכות הנ"ל.

רצ"ב הצעת נציגת היצרן, חברת "מדי פישר" מס' 77043 לרכישת המנוע הדרוש מדגם M5 בכמות של 3 יח', אותה יש לממש.

להדגיש כי לא ניתן לשלב במערכות הקיימות מתוצרת מדטרוניק על כל מרכיביון ואביזריהן, מנועים מתוצרת יצרן שאיננו מדטרוניק, ולכן מטעמי שמירה על אחידות הציוד ותאימות למערכות קיימות, יש לראות ביצרן זה ספק בלעדי לרכישה על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל במוסד החל מיום הקליטה ותחילת השימוש בפועל.

בברכה,
מיטל בן-סטרני-פסח
מהנדסת ביו-רפואית
המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין + הצעת מחיר

העתקים: דר' דינה אורקין
גב' לירון דניאלי