



23.04.23

לכבוד :

כלל המציעים

מכרז פומבי מס' 234019 לאספקת אופטיקות קשיחות

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה / הערה / בקשה	תשובת מרת"א
1.	הודעת עדכון		<p>סעיף 3 – בהודעת העדכון - לפי מפרט בעדכון האופטיקות מיועדות לפעולות אף אוזן גרון ואורטופדיה.</p> <p>בד"כ אורך אופטיקה לפעולות אלו הינו 18 ס"מ. הנתון במכרז הוא 28 ס"מ.</p> <p>נא עדכנו האם ישנה טעות או שזה באמת האורך הנדרש.</p>	<p>אין טעות במידות – אין שינוי במידות</p>
2.	נספח א' תנאי המכרז	41.1.2	<p>לפי דרישות המכרז אופטיקה באיכות HD מספקת אבל ישנה עדיפות לאיכות 4K - אופטיקות באיכות 4K יקרות יותר.</p> <p>סעיף אמות מידה (4.1)</p> <p>האם לאופטיקות באיכות 4K יינתן ניקוד גובה יותר בסעיפים 41.1 – איכות הצעה + 41.1.2 – איכות תמונה .</p>	<p>סעיף 1 בנספח ג' המפרט הטכני מעודכן כדלקמן : "המכשור יהיה מתאים לשימוש עם מצלמות 4K."</p>

**בכבוד רב,
 יורם הלוי
 מנהל יחידת מכרזים**