



מדינת ישראל משרד החקלאות ופיתוח הכפר

לקהל המציעים שלום,
הנדון: מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי 4/2023 דו שלבי אספקה, התקנה,
BIOLOGICAL CABINET Class 2 מסירה ותחזוקה של מנדפים ביולוגיים
עבור השירותים הווטרינריים,

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
1	6.16.1 א - סל א סעיף א	האם ניתן להציע אורך חיצוני 107.4 ס"מ עבור מנדף 1 ו 138 סמ עבור מנדף 2 ?	הבקשה אינה מתקבלת
2	6.16.1 א - סל א סעיף א	האם גובה המעמד יכול להיות 76-94 ס"מ ?	ניתן להציע כמבוקש
3	6.16.1 א - סל א סעיף א	האם גובה המקסימאלי יכול להיות 232 עד 250מ?	הבקשה אינה מתקבלת
4	סעיף ד -סוג החומר 1	האם משטח וקירות מפלב"מ 304 מתאים?	הבקשה אינה מתקבלת
5	סעיף ד -סוג החומר 3	האם אפשר להציע חלונות אטומים?	הבקשה אינה מתקבלת
6	סעיף ה ארגונומיה 1	האם אפשר להציע חלונות אטומים כך שאין צורך לנקות בשני הצדדים?	הבקשה אינה מתקבלת
7	סעיף ה ארגונומיה 3	האם אפשר להציע פתיחה ידנית של החלון , פתיחה קלה מאוד?	הבקשה אינה מתקבלת
8	סעיף ה ארגונומיה 4	האם אפשר להציע רמת רעש של 62 דציבלים?	הבקשה אינה מתקבלת
9	סעיף ו יחידת סינון	האם אפשר להציע מנוע ECM DC - מנוע חדשני ושקט הצורך אנרגיה פחותה?	הבקשה אינה מתקבלת
10	סעיף י תא פנימי 1	האם משטח מפלב"מ 304 מתאים?	הבקשה אינה מתקבלת
11	סעיף י תא פנימי 2	האם אפשר להציע משטח עבודה שקוע ורצוף, כך שבמקרה של שפך נוזל הנוזל יצטבר על המשטח ולא יגיע אל מתחתיו?	הבקשה אינה מתקבלת
12	6.16.1 סל ב		

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
13	סעיף ג גדלים פיזיים 3	10 ס"מ נראה פתח קטן, האם אפשר להציע פתח של 20-25 ס"מ?	ניתן לספק, בתנאי שמהירות הזרימה תהיה עפ"י התקן.
14	סעיף ה דרישות נוספות 3	האם אפשר להציע פתיחה ידנית של החלון, פתיחה קלה מאוד?	ראו תשובה לשאלה ס' 7
15	סעיף ה דרישות נוספות 7	האם גובה המעמד יכול להיות 76-94 ס"מ?	ההצעה מתקבלת
16	סעיף ו חומר מבנה 1	האם מפלב"מ 304 מתאים?	הבקשה אינה מתקבלת
17	סעיף ח חומר רעש ויברציות 1	האם אפשר להציע רמת רעש של 62 דציבלים?	הבקשה אינה מתקבלת
18	2.5(ד)	שורה שנייה- נבקש למחוק את המילים " לרבות פעולות תכנות הנדרשות לתפקודם השוטף", נבהיר כי הספק איננו יצרן.	הבקשה מתקבלת
19	2.3(ג)	נבקש כי בסיפא של הסעיף תימחק המילה על פי שיקול דעתו.	לא מקובל
20	2.5(ו)	שורה שנייה – אחרי המילה לבעלות, נבקש למחוק את המילים " תעבור לבעלות בלעדית של המזמין ולזוכה לא תהיה כל זכות בהם".	לא מקובל
21	י(7)	נבקש להבהיר כי לעיתים טיפול בתקלה מורכבת יכול להימשך גם 10 ימי עסקים לכן נדרוש את השינויים הבאים : א. שורה ראשונה- נבקש למחוק את המילים משישה ימי עבודה, ובמקומם יבואו המילים 10 ימי עבודה.	הבקשה אינה מתקבלת
22	יב(2)	שורה ראשונה- נבקש כי לאחר המילה "נזק" תבוא המילה ישיר.	מקובל
23	2.5(יג)	נבקש כי בסיפא של הסעיף יבואו המילים, " מובהר כי כל הרחבת אחריות מעבר לכלול בהסכם זה תגרור עימה עליה בעלות האחריות".	מקובל
24	3.1(ב)	נבקש כי בסיפא של הסעיף יתווסף המשפט: " תהיה בהתאם למחיר שנת אחריות כמפורט בהסכם זה, פרט למקרים בהם תורחבנה גבולות האחריות".	מקובל
25	3.3(ה)	נבקש כי אחרי המילה "לקזז" יבואו המילים סכום קצוב.	לא ברור
26	3.3(ו)	נבקש כי אחרי המילה "לקזז" יבואו המילים סכום קצוב, נבקש למחוק את המילה "פיצויים" ובמקומה תבוא המילה שיפוי.	לא מקובל
27	5.6.2(ב)	נבקש כי לאחר המילה ביטול, יתווספו המילים טרם בחירת הזוכה.	לא מקובל
28	5.5.3	נבקש להאריך את זמן מסירת אישור הביטוח, לפי מסמכי החוזה, זמן אספקה של אישור ביטוח הוא לכל הפחות 14 ימים ממועד הודעת הזכיה, ולכן נבקש הארכה	מקובל
29	5.6.6(ג)	נבקש כי בסיפא של הסעיף "בכפוף לתשלום כלל השירותים עד למועד ההעברה, במקרה של העברת השירותים במלואם לחברה אחרת החברה לא תישא באחריות בגין	מקובל

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
		התקנות/ אספקת מנדפים אשר לא תבוצע באמצעותה".	
30	5.6.7	שורה רביעית – נבקש כי אחרי המילים על פי, תימחקנה המילה כל.	מקובל
31	6.6	נבקש כי בסיפא של הסעיף יתווספו המילים " האמור לעיל לא יחול במקרים בהם סטייה מלוח הזמנים אינם תלויים בספק בלעדית".	לא מקובל
32	6.10	שורה ראשונה – נבקש כי לאחר המילים במסגרת הסכם יתווסף המשפט " המשרד יתן לספק 30 ימים לצורך תיקון הפיגור או אי ביצוע, במקרה והספק לא תיקן המשרד רשאי... "	מקובל
33	8.5	שורה ראשונה – נבקש למחוק את הסיפא מילים "את כל המידע במקומם יבואו המילים את המידע הנדרש לצורך ביצוע השירותים בהסכם זה". נבקש להבהיר כי המשרד מתחייב לשמור בסודיות על כל מידע שקיבל מהמשרד לרבות עובדי הספק, עסקיה ופעילותיה.	מקובל
34	8.6	רו"ח מבקרים אינם יכולים לאשר את תשלום שכ"ע לפי מינימום וסוציאליות מאחר ומדובר בהיבטים משפטיים. נבקש להגיש אישור עו"ד על הצהרת החברה בנספח זה.	מקובל
35	8.8	נבקש לפרט ולהבהיר מהם נימוקים סבירים לצורך הפסקת עבודתו של עובד הספק. נבהיר כי לא כל עילה תהווה הפסקת עבודת של העובד.	לא מקובל
36	8.9.1	נבקש למחוק את הסעיף.	לא מקובל
37	8.9.2	שורה שלישית -נבקש כי לאחר המילים הנוגעים לביצוע השירותים יתווספו המילים " באופן בלעדי".	לא ברור
38	8.10	שורה ראשונה- לאחר המילים על פעולותיו יתווספו המילים " הנוגעים לביצוע השירותים באופן בלעדי"	לא ברור
39	10.4	שורה רביעית- נבקש כי לאחר המילים " ביצוע השירותים על פי הסכם זה" מובהר כי במקרה של שילוב תוצרים הספק לא ישא באחריות לתקלות/פגמים הנובעים כתוצאה משילוב תוצרי ספק אחר".	במידה והמשרד יאשר שת"פ, יתייחס גם לשאלת האחריות בין השותפים
40	13.9	שורה ראשונה – נבקש כי המילים איחור בהגשת החשבון ו/או חשבונית כאמור לעיל או תמחקנה.	לא מקובל
41	16.1	שורה ראשונה- נבקש כי לאחר המילה נזק תבוא המילה ישיר, נבהיר כי הספק לא יהיה חייב בנזקים שאין לו שליטה עליהם. שורה שלישית – נבקש כי בסיפא של השורה במילים "על פי כל דין", תמחק המילה כל, ובמקומה יבואו המילים על פי דין .	מקובל
42	16.2	שורה ראשונה – נבקש למחוק את המילה בגין כל דרישה ו/או תביעה ובמקומה יבואו	לא מקובל

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
		<p>המילים בגין דרישה ו/או תביעה הקשורה באופן ישיר להסכם זה.</p> <p>שורה שנייה- נבקש כי לאחר המילה ממעשה או מחדל, תבוא המילה "ישיר של הספק"</p> <p>שורה רביעית – נבקש למחוק את המילה בעקיפין.</p> <p>נבהיר הספק לא ישא באחריות שאיננה בשליטתו.</p> <p>נבקש להבהיר כי הספק לא יישא בכל אחריות, מכל סוג שהוא, לאי עמידה בהתחייבויותיו על פי ההסכם ו/או נספחיו אם ייגרמו כתוצאה מסיבה שאינה בשליטתו המלאה והבלעדית, לרבות כתוצאה מהתנהלות המשרד/נציגה ו/או מי מטעמו ו/או כל צד שלישי שקשור אליו.</p>	
43	19.1	<p>שורה שביעית נבקש כי אחרי המילה "כלפי המשרד", יבוא המילים " למעט הסכום הכספי המגיע לו עד להפסקת פעילותו לרבות מנדפים שהוזמנו מראש וטרם סופקו".</p>	לא מקובל
44	19.2	<p>שורה שלישית- נבקש למחוק את המילים " מכל סיבה שהיא ומבלי שהמשרד תהא חייבת לפרש ולנמק את עילת ההפסקה כאמור".</p>	לא מקובל
45	19.5(א)	<p>שורה ראשונה- נבקש להוסיף בסוף המשפט " למעט מקרים שאינם בשליטתו הבלעדית של הספק".</p>	לא מקובל
46	21.1	<p>נבקש להוסיף כי בתום ההתקשרות הערבות תפקע.</p>	לא מקובל. תוקף ערבות הביצוע הינו ל-60 יום לאחר תום תקופת ההתקשרות
47	21.4	<p>שורה שנייה- נבקש למחוק את המילה "לפיצוי".</p> <p>שורה שלישית-נבקש למחוק את המשפט בין במישרין ובין בעקיפין", ובמקומו תבוא המילה במישרין.</p>	לא מקובל
48	21.5(א)	<p>נבקש כי בסוף הסעיף יתווספו המילים " למעט במקרים שלא תלויים בו".</p>	לא מקובל
49	21.5(ו)	<p>נבקש להוסיף בסוף המשפט " שנגרם באופן ישיר מהפרת התחייבות של הספק לפי הסכם זה".</p>	לא מקובל
50	21.5(ה)	<p>שורה שנייה – נבקש כי אחרי המילה "מקצוע" יבואו המילים ", ככל הניתן לבחינה מקצועית סבירה במועד הגשת הצעה",.</p>	לא מקובל
51		<p>שאלות לגבי המפרט הטכני</p>	
52	ב' 1	<p>לא ברור איזה תקן מבוקש כאן , התקינה העולמית מתחלקת לתקן אירופאי EN12469 ותקן אמריקאי NSF49</p>	ניתן לספק תקן אירופי או אמריקאי

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
		לא קיים FDA , רצוי לבחור עמידה באחד מהתקנים העולמיים.	
53	א'1	במנדף ביולוגי עובדים עם המרפקים מחוץ למנדף ולכן לא מקובל עומק עבודה גדול , מבקשים אישור לעומק פנימי 58 ס"מ (כך גם ביקשתם בעמוד 71 ג' למנדפים בסל 2)	הבקשה אינה מתקבלת
54	ה'3	האם ניתן לאשר חלון שאינו חשמלי	הבקשה אינה מתקבלת
55	ה'4	נבקש אישור לרמת רעש של עד DB 52	הבקשה מאושרת
56	ו'	במנדף שלנו שני מפוחים , דחיפת אוויר ופליטת אוויר , מדוע מבקשים שלושה ? המפוחים חסכוניים מאוד EC , נבקש אישורכם לשני מפוחים ולא שלושה מפוחים (אין צורך)	הבקשה מאושרת
57	ח	מה הכוונה מערכת גיבוי ? האם מדובר במערכת חיצונית מחוברת לחשמל ?	אל פסק חיצוני V1000
58	2	האם ניתן לספק מנדף בתקן אירופאי EN12469	הבקשה מאושרת
59	א'1,2	מדובר על שני סוגי מנדפים שונים , למנדף מסוג B הפולט מחוץ לחדר נדרשת תשתית יניקה חיצונית שאינה קשורה למנדף וזה אינו כלול בבקשתכם ,	באחריות המשרד לספק תשתית מתאימה
60	ד'	סטנדרטים - לא ברור איזה תקן מבוקש כאן , התקינה העולמית מתחלקת לתקן אירופאי EN12469 ותקן אמריקאי NSF49 לא קיים FDA , רצוי לבחור אחד מהתקנים העולמיים אירופאי או אמריקאי כל שאר התקינה כלולה בתוך תקנים אלו	ניתן לספק אחד מהתקנים האירופאי EN12469 או תקן אמריקאי NSF49
61	ה'3	האם ניתן להציע חלון שאינו חשמלי ?	הבקשה אינה מתקבלת
62	ה'1,2	במנדף מסוג B הפליטה היא החוצה בניגוד לנאמר בסעיף ה'1 - 2 , יש להדגיש זאת גם במפרט או לכתוב מפרט שונה רק לדגמי B	באחריות המשרד לספק תשתית מתאימה
63	ו'1	נא לאשר שגוף המנדף יכול להיות חיצונית מתכת צבועה אפוקסי בתנור (מדוע נדרש מבנה שלם פלב"מ גם חיצונית ?), משטח העבודה הינו פלב"מ 316	הבקשה אינה מתקבלת
64	עמוד 4 סעיף 1.2	נבקש כי הספק יהיה רשאי לעדכן את המחיר עבור תקופת ההתקשרות הנוספת.	התשובה שלילית
65	עמוד 4 סעיף ב/עמוד 50 סעיף 6.2	נבקש הבהרה האם בכוונת המשרד לשמור את הזכות לרכוש מנדפים גם לאחר תקופת ההתקשרות הנוספת?	אין כרגע מידע אודות נושא זה
66	עמוד 4 סעיף 1.2 ג/עמוד 50 סעיף 6.3	נבקש להוריד את תקופת האחריות הראשונה לשנתיים.	הבקשה לא מתקבלת

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
67	עמוד 5 סעיף 2.3 ד	נבקש לעדכן כי הדרכה של 10 שעות תהיה לפי הצורך. ההדרכה סטנדרטית הינה בין שעה לשעתיים.	הבקשה מתקבלת
68	עמוד 6 סעיף ט'	נבקש לעדכן את זמני התגובה לתגובה תוך 24 שעות אם התקלה משביתה. בכל תקלה אחרת של אי השבתה הגעה עד 48 שעות. לגבי סעיף 3, לא ניתן להשתלט על מנדפים מרחוק.	הבקשה מתקבלת הדרישה להשתלטות מרחוק מבוטלת.
69	עמוד 7 סעיף 2.5 י' 6	נבקש לעדכן את המועד של ארבעה עשר ימי עבודה.	אין שינוי בתנאי המכרז
70	עמוד 7 סעיף י' 7	נבקש למחוק, לא נוכל להעמיד מנדף חדש.	אין שינוי בתנאי המכרז
71	עמוד 7 סעיף יא 2	נבקש להבהיר כי המנדף יוחלף רק אם מדובר בתקלה חוזרת משביתה ורק אם חוזרת מעל 5 פעמים ב 3 חודשים.	אין שינוי בתנאי המכרז
72	עמוד 9 סעיף 3.2	נבקש לעדכן את תקופת האחריות לשנתיים. בנוסף, אילו ישיבות ודוחות מדובר?	הבקשה אינה מתקבלת מדובר על אמירה כללית ככל וידרשו להפיק דו"חות עבור אספקת המנדפים
73	עמוד 9 סעיף 3.3 ה	נבקש להבהיר כי הקיזוז כפוף להודעה סבירה מראש וכי יעשה רק ביחס לכספים המגיעים לזוכה מכוח המכרז בלבד.	לא מקובל
74	עמוד 50 סעיף 6.10	סעיף 2 (איחור של עובד הספק למפגשי עבודה) – גובה הקנס לא סביר עבור שעת איחור. נבקש להוריד. סעיף 3 – נבקש למחוק. בכל מקרה מובהר שתקלות שנגרמו כתוצאה משימוש שלא על פי הנחיות יצרן אינן באחריות הספק.	לא מקובל
75	עמוד 59, סעיף 16.1	בשורה הראשונה, נבקש להוסיף את המילה "שיר" לאחר המילה "נזק".	הסעיף הינו סעיף אחריות בנזיקין- יש להעביר לבחינת והתייחסות היועצים המשפטיים במשרד
76	עמוד 59, סעיף 16.2	בשורה חמישית, לאחר המילים "טרחה והוצאות" נבקש להוסיף את המילה "סבירות". בשורה אחת לפני האחרונה, נבקש להוריד את המילים "ללא הגבלת זמן".	הסעיף הינו סעיף אחריות בנזיקין- יש להעביר לבחינת והתייחסות היועצים המשפטיים במשרד
77	עמוד 59, סעיף 17.1	נבקש להוריד התייחסות לביטוח עבודות קבלניות ביטוחי כלי רכב, ביטוח צמ"ה, ביטוח סחורה בהעברה, ביטוח נאמנות	הבקשה נדחית.

מספר סידורי	הסעיף במכרז	שאלה/ בקשה	תשובות המשרד
78	עמוד 62, סעיף 19.5 א	נבקש למחוק את סעיף קטן א'. ככל שיהיה הפיגור ו/או אי עמידה בלוחות הזמנים מהותיים זה יכנס תחת סעיף קטן ב'.	לא מקובל
79	עמוד 6 סעיף 6.16.1	<p>1. ד 1- נבקש לאפשר פלב"מ 314.</p> <p>2. ד 3- נבקש לאפשר ללא חלונות צדדיים.</p> <p>3. ה 3- נבקש לאפשר פתיחה ידנית של החלון.</p> <p>4. ה 4- נבקש לאפשר רעש מקסימלי של פחות מ 63 דציבל.</p> <p>5. ח- נבקש להוריד.</p> <p>6. י 1- נבקש לאפשר פלב"מ 314.</p> <p>7. י 2- נבקש לאפשר משטח פלב"מ 314 אחיד.</p> <p>8. י 3- נבקש לאפשר משטח פלב"מ 314.</p>	<p>1. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>2. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>3. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>4. ניתן רעש של עד 52 דציבל.</p> <p>5. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>6. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>7. הבקשה אינה מתקבלת.</p> <p>8. הבקשה אינה מתקבלת.</p>

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. בכל מקרה של סתירה בין הנוסח המופיע במסמך זה לנוסח המופיע במכרז, יגבר הנוסח במסמך זה. המציע יחתום על מסמך זה על ידי מורשה החתימה מטעמו ויצרף אותו להצעתו.

בברכה,
 משה חליאווה.
 מחלקת מכרזים.
 טלפון-03-9485207