



משטרת ישראל - אגף תמיכה לוגיסטית

מחלקת רכישות ומכירות

פורום ועדת מכרזים



בקשה לסיווג התקשרות ללא מכרז ע"פ חוק חובת המכרזים התשנ"ג(1993).

מס' פטור: 248/2010 נציג מדור מטפלי: אבי בר שלום

תיאור הטובין/שירותים: מכשיר real-time PCR 7500

סכום התקשרות נדרש: 280,000 כולל מע"מ תוקף פטור נדרש: 31/12/2010

ספק/ספקים אפשריים: אגנטק 7891 בעמ

להלן הנימוקים לביצוע ההתקשרות ללא מכרז

מצ"ב נימוקי המחלקה

זהו פילי

ר' מ' ביולוגית

רון גפני

מחלקה

תפקיד

מגיש הבקשה

להלן התייחסות הרמ"ד

מצ"ב נימוקי המחלקה

אבי בר שלום

06/05/2010

חתימת עורך הפטור

תאריך



מז"פ _____ המחלקה: _____
 סימוכין (דרישה): _____
 2010 _____ שנת התקציב: _____
 10-3-מאי-10 _____ תאריך: _____

הנדון: בקשה לסיווג התקשרות ללא מכרז ע"פ חוק חובת המכרזים התשנ"ג (1993)
 (נוהל מרו"מ 04.401.05)

1. אבקש את הועדה, לביצוע התקשרות כמפורט להלן, ללא מכרז, בסכום של 280,000 ש"ח (הסכום כולל את כל המיסים).


תיאור הטובין/שירותים	ספק/ספקים אפשריים
מכשיר real-time PCR 7500	אגנטק

2. המקצתי לביצוע הרכישה ללא מכרז, נובעת מהסיבות כדלהלן: (לפרט או לצרף מכתב לוו"א)

ראה מכתב הסבר מצורף

3/5/10 _____ רון גפני
 תאריך _____ חתימה _____ ר"מ ביולוגית
 תפקיד _____ שם מגיש הבקשה

משטרת ישראל/אגף החקירות
והמודיעין
חטיבת הזהוי הפלילי
מעבדת דנ"א וביולוגיה



טל': 02 - 5429384
פקס: 02 - 5429674

3/5/10
י"ט אייר תש"ע

ועדת הפטור ממכרזים/מרו"ם

**הנדון: בקשה לאישור פטור ממכרז לרכישת מכשיר Real Time-PCR
ABI Prism 7500 Sequence Detection System**

1. בתהליך קביעת פרופיל הדנ"א יש חשיבות רבה לכמות המדויקת של הדנ"א הנלקח לבדיקה. כמות דנ"א (ממקור אנושי) גבוהה או נמוכה מתחום הבדיקה (בין 0.5 ל-1 נוגרם) מביאה לקבלת פרופיל דנ"א שאינו ניתן לשימוש.
2. חברת Applied Biosystem מייצרת ערכה לקביעה כמותית של דנ"א. הערכה מיועד לקביעת כמות הדנ"א שמקורו באדם (בדוגמאות על מוצגים מזירת העברה יש פעמים רבות דנ"א שמקורו בחיידקים). ערכה זו משמשת במעבדה הביולוגית מאז 2004. בשנת 2008 הוציא היצרן גרסה חשה ומשופרת של הערכה.
3. הערכה, ע"פ הוראות היצרן, מיועדת לעבודה במכשיר המיוצר על ידי אותה חברה: ABI Prism 7500 Sequence Detection System. הקיט פותח בכימיה המתאימה למכשיר של החברה. וכך גם התוכנה המשמשת לעיבוד הנתונים).
4. מאחר ונוהל עבודה זה עבר ולידציה (מבחני תיקוף) ע"י היצרן אנחנו מחויבים לעבוד על פי הוראות היצרן ולהשתמש במכשיר מסוים זה.
5. בשנת 2008 אושר פטור ממכרז לדגם זה והמכשיר נרכש ע"י מז"פ. כחלק מתהליך הרחבת מערך הדנ"א, בכוונתנו לרכוש כעת מכשיר נוסף.
6. חברת אגנטק מייצגת באופן בלעדי את היצרן בארץ.
7. אבקש את הועדה לאשר פטור ממכרז לרכישת המכשיר.
8. מצורף תרשים המתאר את תהליך העבודה במעבדה ומיקומו של מכשיר זה.

בתודה,

ד"ר חוני אפניק
ר' מעבדת דנ"א וביולוגיה



אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת רכישות ומכירות

אל:
ועדת המכרזים

הנדון: "הצהרה בדבר ספק יחיד"

בנושא: מכשיר real time PCR 7500

1. מצ"ב פירוט דרישות המשטרה לעניין הנדון. הנני מצהיר בזאת כי במצב הדברים שנוצר בפועל, הספק אגנטק בע"מ הינו היחיד המסוגל לספק את הטובין/השירות שבנדון למי"י ע"פ הדרישות המבצעיות/מקצועיות שנקבעו לעניין זה.
2. הצהרתי זו ניתנת בתוקף היותי הסמכות המקצועית לעניין זה במי"י ע"פ תקנה 3 (29) לתח"מ, ובתמיכה לבקשה הרצ"ב לוועדת המכרזים.

רון גפני ר' מ' דני'אוביולוגיה מז"פ 3/5/10
שם וחתימה תפקיד המחלקה תאריך

04.405.07/3-4
תאריך תחולה: 15.2.2000



Applied Biosystems International
Incorporated
850 Lincoln Centre Drive
Foster City CA 94404
USA

Middle East Trade Reference Center
Via Tiepolo, 18 - 20052 Monza MI
Italy

Monza, 05th May 2009

Messrs
Israeli Police H.Q.
1 Bar-Lev Rd.
Jerusalem 91906
Israel

Dear Sirs,

We, Applied Biosystems, part of Life Technologies Group, hereby declare that Agentek (1987) Ltd, Building n. 5, Entrance C, P.O. Box 58008, Tel Aviv, Israel, is our authorised and exclusive representative of our company for the Israeli market and responsible both for sales and service for Applied Biosystems.

Best Regards,

Sanjay Rugnath
Senior Territory Manager Middle East
Applied Biosystems International, Incorporated
(signed in his absence)

Applied Biosystems International, Incorporated
Middle East Trade Reference Center
Via Tiepolo, 18 - 20052 MONZA (MI)

המכשיר המבוקש:
Real time PCR ABI
7500

