



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מוזמנת :	אמנוני	מס' ועדה :	19-19
מחלת הרגשה :	קדום אמנוני 25 PEARL	סכום הרגשה מטבע ספק :	2,450,000 ₪ עד בשקלים :
ספק פוטנציאלי :	אמנוני		

הוועדה התכנסה בתאריך 14/10 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט להגבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים :	אסף שחר	עוזר רות פרי	שמורת צפיר
	רמני תעמלי	מכלל ארנאלי	

מכתב  
17.5.2010

17 במאי 2010

לכבוד  
ועדת רכישות

כאן  
א.ג.ג

הנדון: מכשיר PEARL 25 קיטים

1. בתאריך 19.5.2010 נדרשה המערכת PEARL 25 + קיטים לבדיקות ביופסיה שדי.  
לצורך תפעול המערכת יש לרכוש קיטים רק מיצרן ATECH מאחר והוא היצרן היחיד  
המתאים לפעולת המערכת.
2. בזמן הביופסיה אין מגע עם דם המאושפזת לפיכך לא יגרם נזק למכשיר.  
הקיטים כוללים מחט עם מיגרעת של 11 מ"מ המאפשרים:  
ביצוע ביופסיות לשר קטן המהווה פחות טראומה לאישה.  
שטיפה LAVAGE הנותנים מענה טוב למאושפזת ומונעת זיהומים.  
הזרקת חומר הרדמה מכלי לעצור את פעולת הביופסיה.  
הוצאת כמות מירבית של רקמות לבדיקה פתולוגית.  
זמן הבדיקה של המאושפזת קטן יותר ולכן אפשר לערוך ביצוע בדיקות מרובות.  
אנא אשרו את חברת מדטכניקה כספק יחיד ואת הסטים מסוג ATECH כציוד ייעודי.

בברכה

ד"ר ספרבר

מנהלת המרכז להדמיות השדי