

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המשרדית
דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200
טל' 03-9485405/7 - פקס - 03-9485849







תאריך: 30/6/10

7.7.10

כוונה להתקשרות - ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור לפי תקנה 3(29) ספק יחיד בצרוף חוות דעת.

יחידה מבקשת CIU
נושא PCR למתקן כלי
התקשרות עם גליל ח.פ. 560014243
שווי ההתקשרות בש"ח 85,000 (מאה חמשים אלף ש"ח)
תקופת ההתקשרות מ: 07/10 עד 12/10
איש קשר לקבלת השגות מהציבור 3/7
דואר אלקטרוני BOAZ@MOAG.GOV.IL
* מצ"ב חוות דעת מומחה.

 נציג היחידה	 ינקו רבינוביץ חבר	 מוטי שגיא חבר	 יוסי שטיינברג חשב	 עו"ד חנאן טוחני נציג היועץ המשפטי	 יחיאל רוז יו"ר הועדה
--	---	---	---	--	--

הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3(29) ספק יחיד
בנושא: _____
החלטת הועדה מיום _____

החלטה

בחלוף ימי הפרסום כדין ובהעדר השגות, וועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הנ"ל בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור פרסום כוונת התקשרות.

נציג היחידה	ינקו רבינוביץ חבר	מוטי שגיא חבר	יוסי שטיינברג חשב	עו"ד חנאן טוחני נציג היועץ המשפטי	יחיאל רוז יו"ר הועדה
-------------	----------------------	------------------	----------------------	--------------------------------------	-------------------------

מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המשרדית
דרך המכבים, ראשון-לציון ת.ד. 30 בית דגן, מיקוד 50200
טל' 03-9485405/7 - פקס - 03-9485849

תאריך: 30/6/10

7.7.10

כוונה להתקשרות - ספק יחיד

אישור פרסום כוונה להתקשרות בפטור
לפי תקנה 3(29) ספק יחיד בצרוף חוות דעת.

יחידה מבקשת CIU
נושא PCR למתקן כלי
התקשרות עם 3 כל ח.פ. 560014243
שווי ההתקשרות בש"ח 85,000 (מאה חמשים אלף ש"ח)
תקופת ההתקשרות מ: 07/10 עד 12/10
איש קשר לקבלת השגות מהציבור 3/7
דואר אלקטרוני BOAZ@MOAG.GOV.IL

* מצ"ב חוות דעת מומחה.

יחיאל רוז יו"ר הועדה עו"ד חנאן טוחני נציג היועץ המשפטי
יוסי שטיינברג חשב יוסי שטיינברג חשב מוטי שגיא חבר מוטי שגיא חבר ינקו רבינוביץ חבר נציג היחידה

הנדון: אישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3(29) ספק יחיד
בנושא: _____
החלטת הועדה מיום _____

החלטה

בחלוף ימי הפרסום כדין ובהעדר השגות, וועדת המכרזים מאשרת את ההתקשרות הנ"ל בפטור ממכרז לפי תקנה 3(29) בהתאם לנתונים המפורטים בהחלטת ועדת המכרזים לאישור פרסום כוונה להתקשרות.

יחיאל רוז יו"ר הועדה עו"ד חנאן טוחני נציג היועץ המשפטי
יוסי שטיינברג חשב יוסי שטיינברג חשב מוטי שגיא חבר מוטי שגיא חבר ינקו רבינוביץ חבר נציג היחידה



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ממכרז לרכישת ערכת Per מדגם c-1000 עבור מעבדת
כלבת ו/או חטיבת עופות לפי תקנה 3 (29) – פטור "ספק יחיד".
החלטת הועדה מיום 7.7.2010

החלטה

1. בפני ועדת המכרזים בקשתם של מר בועז סנדורב וד"ר דן דוד לאשר ליחידה התקשרות עם חברת "ביו ראד" לרכישת מכשיר per עבור המעבדה לכלבת / חטיבת עופות.
2. הפריט שרכישתו מבוקשת, משמש במדע הוירולוגיה לאבחון וזיהוי וירוסים שונים. ברשות היחידה כיום מכשיר בודד, שהתקלקל לאחרונה ומבירור שערכה היחידה עלה כי תיקונו יעלה כמעט כמחציתו של מכשיר חדש וקיים חשש כי לא יחזיק מעמד זמן רב.
3. כמו כן מעוניינת היחידה לרכוש מכשיר נוסף עבור ד"ר אירית דווידסון – חטיבה לעופות וזאת לאור צורך שעלה מהפעילות השופטת של החטיבה.
4. אף שקיימים בשוק מכשירי PCR רבים, המכשיר של "ביו ראד" הנו היחיד שמגלם מקבץ תכונות הכרחי עבור היחידה. מצ"ב מכתבו של ד"ר דן דוד ובו הסבר לתכונות אלו, ולעובדת היותה של חברת "ביו ראד" ספק יחיד בנסיבות העניין.
5. הואיל וכאמור כיום ברשות היחידה מכשיר מקולקל אחד ובפעול מבוקש לרכוש שני מכשירים. העמידה חברת "ביו-ראד" הצעת מחיר כפולה:
האחת – לרכישת מכשיר חדש בעלות של: 40,300 ₪ (לא כולל מע"מ).
האחרת – להחזרת המכשיר התקול שברשות היחידה (בשיטת ה-trade in) וקבלת הנחה של 8,000 ₪ מעלותו של מכשיר חדש.
6. שווי ההתקשרות המבוקש הכולל (באם תמומש אופציית הטריד אין וירכשו בפועל שני מכשירים): 72,600 ₪ (לא כולל מע"מ). ההתקשרות הנה בתוקף עד סוף שנת 2010.
7. הפטור הנו מכוח תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, פטור "ספק יחיד".



מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר


ועדת המכרזים המרכזית

הנדון: פטור ממכרז לרכישת ערכת Per מדגם c-1000 עבור מעבדת
כלבת ו/או חטיבת עופות לפי תקנה 3 (29) – פטור "ספק יחיד".
החלטת הועדה מיום 7.7.2010


החלטה

1. בפני ועדת המכרזים בקשתם של מר בועז סנדורב וד"ר דן דוד לאשר ליחידה התקשרות עם חברת "ביו ראד" לרכישת מכשיר per עבור המעבדה לכלבת / חטיבת עופות.
2. הפריט שרכישתו מבוקשת, משמש במדע הוירולוגייה לאבחון וזיהוי וירוסים שונים. ברשות היחידה כיום מכשיר בודד, שהתקלקל לאחרונה ומבירור שערכה היחידה עלה כי תיקונו יעלה כמעט כמחציתו של מכשיר חדש וקיים חשש כי לא יחזיק מעמד זמן רב.
3. כמו כן מעוניינת היחידה לרכוש מכשיר נוסף עבור ד"ר אירית דוידסון – חטיבה לעופות וזאת לאור צורך שעלה מהפעילות השופטת של החטיבה.
4. אף שקיימים בשוק מכשירי PCR רבים, המכשיר של "ביו ראד" הנו היחיד שמגלם מקבץ תכונות הכרחי עבור היחידה. מצ"ב מכתבו של ד"ר דן דוד ובו הסבר לתכונות אלו, ולעובדת היותה של חברת "ביו ראד" ספק יחיד בנסיבות העניין.
5. הואיל וכאמור כיום ברשות היחידה מכשיר מקולקל אחד ובפעול מבוקש לרכוש שני מכשירים. העמידה חברת "ביו-ראד" הצעת מחיר כפולה:
האחת – לרכישת מכשיר חדש בעלות של: 40,300 ₪ (לא כולל מע"מ).
האחרת – להחזרת המכשיר התקול שברשות היחידה (בשיטת ה-trade in) וקבלת הנחה של 8,000 ₪ מעלותו של מכשיר חדש.
6. שווי ההתקשרות המבוקש הכולל (באם תמומש אופציית הטריד אין וירכשו בפועל שני מכשירים): 72,600 ₪ (לא כולל מע"מ). ההתקשרות הנה בתוקף עד סוף שנת 2010.
7. הפטור הנו מכוח תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים, פטור "ספק יחיד".

8. הפטור כפוף כמובן לחובת פרסום כנדרש.
9. בהיעדר השגות על הפרסום כאמור בסעי' 8, יהווה פרוטוקול זה אישור לביצוע ההתקשרות.




ינקו רבינוביץ'
חבר



יוסי שטיינברג
חשב




עו"ד בידרמן אורי
נציג היועץ המשפטי



יחיאל רז
יו"ר הועדה



נציג היחידה




מוסר שגיא
חבר

8. הפטור כפוף כמובן לחובת פרסום כנדרש.
9. בהיעדר השגות על הפרסום כאמור בסעי' 8, יהווה פרוטוקול זה אישור לביצוע ההתקשרות.


ינקו רבינוביץ'
חבר


יוסי שטיינברג
חשב


עו"ד בידרמן אורי
נציג היועץ המשפטי

יחיאל רז
יו"ר הועדה


נציג היחידה


מוסר שגיא
חבר

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה,

המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית-דגן

24/6/10


לכבוד בועז סנדרוב
ממונה רכש
מכון וטרינרי
כאן,

הנדון: מכשיר PCR מדגם BIO RAD C-1000 עבור מעבדת כלבת

לאחרונה התקלקל מכשיר PCR של המעבדה לכלבת. עלות תיקון המכשיר היא 7424 ₪ אולם התקלקל שוב ועלות תיקונו תגדל בעוד 18335 ₪. לפיכך עדיף לקנות מכשיר PCR חדש. לאחר בדיקה יסודי של מכשירי PCR ממספר חברות הגעתי למסקנה כי מכשירי המתאים לנו ביותר לבדיקות הכלבת הוא מסוג PCR BIO-RAD C1000. הדרישות הייחודיות של הבדיקות דורשות תכונות הקיימות באופן בלעדי כמכלול במכשיר שבנידון. להליך התכונות הייחודיות והבלעדיות הנדרשות לעבודה שוטפת.

- (1) תוכנית Gradient
- (2) רמת הדיוק הנדרשת עומדת על ± 0.2 בתוכנית עד 90°C תוך עשר שניות.
- (3) למכשיר זה יש תוכנית מחשוב לבניית פרוטוקולים המשתמשת בנתונים של פריימרים.
- (4) אפשרות ליציאת USB בהקשר להעברת נתונים ישירות לתוכנת מחשב.
- (5) מכשיר יחיד המכיל שני בלוקים שהם למעשה שני מכשירים במתקן אחד.

בברכה,


דר דן דוד

מנהל מעבדה לכלבת
מכון וטרינרי ע"ש קמרון
רח' דרך המכבים
בית דגן, 50250
ת.ד. 12
טל: 03-9681727
פקס: 03-9581730
דואל: davidd@int.gov.il

משרד החקלאות ופיתוח הכפר

השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה,
המכון הווטרינרי ע"ש קמרון, בית-דגן

24/6/10


לכבוד בועז סנדרוב
ממונה רכש
מכון וטרינרי
כאן,

הנדון: מכשיר PCR מדגם BIO RAD C-1000 עבור מעבדת כלבת

לאחרונה התקלקל מכשיר PCR של המעבדה לכלבת. עלות תיקון המכשיר היא 7424 ₪ אולם התקלקל שוב ועלות תיקונו תגדל בעוד 18335 ₪. לפיכך עדיף לקנות מכשיר PCR חדש. לאחר בדיקה יסודי של מכשירי PCR ממספר חברות הגעתי למסקנה כי מכשירי המתאים לנו ביותר לבדיקות הכלבת הוא מסוג PCR BIO-RAD C1000. הדרישות הייחודיות של הבדיקות דורשות תכונות הקיימות באופן בלעדי כמכלול במכשיר שבנידון. להליך התכונות הייחודיות והבלעדיות הנדרשות לעבודה שוטפת.

- (1) תוכנית Gradient
- (2) רמת הדיוק הנדרשת עומדת על ± 0.2 בתוכנית עד 90°C תוך עשר שניות.
- (3) למכשיר זה יש תוכנית מחשוב לבניית פרוטוקולים המשתמשת בנתונים של פריימרים.
- (4) אפשרות ליציאת USB בהקשר להעברת נתונים ישירות לתוכנת מחשב.
- (5) מכשיר יחיד המכיל שני בלוקים שהם למעשה שני מכשירים במתקן אחד.

בברכה,


דוד דגן

מנהל מעבדה לכלבת
מכון וטרינרי ע"ש קמרון
רח' דרך המכבים
בית דגן, 50250
ת.ד. 12
טל: 03-9681727
פקס: 03-9581730
דואל: davidd@int.gov.il