





מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המרכזית


הנדון : פטור ממכרז לשדרוג ה-INLET של מכשיר GC
 החלטת הוועדה מיום 19.7.2010


פרוטוקול


1. בפני וועדת המכרזים בקשתה של היחידה להגנת הצומח לאשר בפטור ממכרז (ספק יחיד) – תקנה 3 [29], התקשרות עם חברת אלדן לשדרוג שבנדון.
2. מכשיר GC לבדיקת תקינות תכשירי הדברה נרכש דרך חברת "אלדן" שהיא הספק הבלעדי למכשיר שבתוצרת חברת HEWLETT PACKARD.
3. סך ההתקשרות הינה 27,112 ₪ כולל מע"מ).
4. בפני הוועדה הופיע מ' תמיר אשוול שהסביר ונימק את עובדת היותה של חברת "אלדן" ספק יחיד לעניין הנ"ל ובשל כך ביקש את ההתקשרות בפטור האמור.
5. כידוע מחייבות התקנות יציאה לפרסום בטרם ההתקשרות עם ספק יחיד כמבוקש מעלה. משמעות הפרסום הנו הליך בן 10 ימים לכל הפחות במסגרתם רשאי מאן דהו להשיג על כוונת ההתקשרות של המשרד לאור קיומם של ספקים נוספים (לדעתו) ויכולתם ליתן את השירות המבוקש.
6. בהעדר השגות בחלוף ימי הפרסום, החלטת הוועדה בדבר הפטור ממכרז בהתקשרות שבנדון תיכנס לתוקף ללא צורך בהחלטת וועדה נוספת.
7. אין צורך בעריכת הסכם להתקשרות זו.



 אורלית שאוליאן
 ס. חשב


 יוסי שטיינברג
 חשב

חנאן טוחי, עו"ד
 מ.ר. 41911

 עו"ד חנאן טוחי
 לשכה משפטית


 יחיאל רז
 יו"ר הוועדה


 נציג יחידה


 מוסס שגיא
 חבר




מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
ועדת המכרזים המרכזית


הנדון : פטור ממכרז לשדרוג ה-INLET של מכשיר GC
 החלטת הוועדה מיום 19.7.2010

פרוטוקול


1. בפני וועדת המכרזים בקשתה של היחידה להגנת הצומח לאשר בפטור ממכרז (ספק יחיד) – תקנה 3 [29], התקשרות עם חברת אלדן לשדרוג שבנדון.
2. מכשיר GC לבדיקת תקינות תכשירי הדברה נרכש דרך חברת "אלדן" שהיא הספק הבלעדי למכשיר שבתוצרת חברת HEWLETT PACKARD.
3. סך ההתקשרות הינה 27,112 ₪ כולל מע"מ).
4. בפני הוועדה הופיע מ' תמיר אשוול שהסביר ונימק את עובדת היותה של חברת "אלדן" ספק יחיד לעניין הנ"ל ובשל כך ביקש את ההתקשרות בפטור האמור.
5. כידוע מחייבות התקנות יציאה לפרסום בטרם ההתקשרות עם ספק יחיד כמבוקש מעלה. משמעות הפרסום הנו הליך בן 10 ימים לכל הפחות במסגרתם רשאי מאן דהו להשיג על כוונת ההתקשרות של המשרד לאור קיומם של ספקים נוספים (לדעתו) ויכולתם ליתן את השירות המבוקש.
6. בהעדר השגות בחלוף ימי הפרסום, החלטת הוועדה בדבר הפטור ממכרז בהתקשרות שבנדון תיכנס לתוקף ללא צורך בהחלטת וועדה נוספת.
7. אין צורך בעריכת הסכם להתקשרות זו.


 אורלית שאוליאן
 ס. חשב


 יוסי שטיינברג
 חשב

חנאן טוחי עו"ד
 מ.ר. 41911

 עו"ד חנאן טוחי
 לשכה משפטית


 יחיאל רוז
 יו"ר הוועדה


 נציג יחידה


 מוסס שגיא
 חבר

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Plant Protection and Inspection Services

P.O. Box 78, Bet-Dagan 50250, Israel Tel: 972-3-9681500 Fax: 972-3-9681507
WWW.PPIS.MOAG.GOV.IL



23/6/2010

לכבוד:
ברכה ליטוין,
מרכזת אמרכלות

מאת:
ד"ר לילא שיני-חגי-יחיא
מנהלת המעבדה לתכשירי הדברה

הנידון: שדרוג ה-Inlet של מכשיר GC מחברת אלדן

במעבדה לתכשירי הדברה קיים מכשיר GC לבדיקת תקינות תכשירי הדברה מאז 1998. מכשיר GC שברשותנו הוא מתוצרת חברת Hewlett-Packard ונרכש דרך חברת אלדן שהיא הספק הבלעדי למכשיר GC ולחלקי חילוף ותיקון של מכשירים תוצרת Hewlett-Packard. היות והמכשיר ישן העבודה מתבצעת עם קולונות Packed (בינתיים הקולונה ברשותנו אינה יעילה), מצד שני עבודה עם קולונות קפלריות מאפשרת עבודה מדויקת יותר ועם ריזולוציה גבוהה. על מנת שנוכל לעבוד בסוג הזה של הקולונות יהיה צורך לשדרג את המכשיר ע"י חיבור Inlet חדש למכשיר.

אני מבקשת דחוף שדרוג המכשיר ע"י חברת "אלדן" היות והמכשיר מנותק מהעבודה ואין באפשרותנו להוציא תוצאות בזמן.

מצורפת הצעת מחיר לתיקון הני"ל (מס' הצעת מחיר 1040001019)

בברכה,

ד"ר לילא שיני-חגי-יחיא,
המעבדה לתכשירי הדברה

18.7.10
לילא

STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Plant Protection and Inspection Services

P.O. Box 78, Bet-Dagan 50250, Israel Tel: 972-3-9681500 Fax: 972-3-9681507
WWW.PPIS.MOAG.GOV.IL



23/6/2010

לכבוד:
ברכה ליטוין,
מרכזת אמרכלות

מאת:
ד"ר לילא שיני-חגי-יחיא
מנהלת המעבדה לתכשירי הדברה

הנידון: שדרוג ה-Inlet של מכשיר GC מחברת אלדן

במעבדה לתכשירי הדברה קיים מכשיר GC לבדיקת תקינות תכשירי הדברה מאז 1998. מכשיר GC שברשותנו הוא מתוצרת חברת Hewlett-Packard ונרכש דרך חברת אלדן שהיא הספק הבלעדי למכשיר GC ולחלקי חילוף ותיקון של מכשירים תוצרת Hewlett-Packard. היות והמכשיר ישן העבודה מתבצעת עם קולונות Packed (בינתיים הקולונה ברשותנו אינה יעילה), מצד שני עבודה עם קולונות קפלריות מאפשרת עבודה מדויקת יותר ועם ריזולוציה גבוהה. על מנת שנוכל לעבוד בסוג הזה של הקולונות יהיה צורך לשדרג את המכשיר ע"י חיבור Inlet חדש למכשיר.

אני מבקשת דחוף שדרוג המכשיר ע"י חברת "אלדן" היות והמכשיר מנותק מהעבודה ואין באפשרותנו להוציא תוצאות בזמן.

מצורפת הצעת מחיר לתיקון הני"ל (מס' הצעת מחיר 1040001019)

בברכה,

ד"ר לילא שיני-חגי-יחיא,
המעבדה לתכשירי הדברה

18.7.10
לילא