






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	ג.ג. גרונרסקי	מס' יעדה :	10 593-1
מחוז הרכישה :	משגמי בקולן אלפסה סאף ה אינטרפאי	סכום הרכישה מטבע ספק :	₪ 225,225
עד שנקלים :		ספק פוטנציאלי :	מ.צ.מ.ג.י

הוועדה התכנסה בתאריך 16/3/16 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של תגורם
המקצועי באתר האקטורנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים : 
ע"י ד"ר ר.ג.ג.  שמואל עמר
מנכ"ל ארזאלי  מנכ"ל ארזאלי

Tel Aviv – Elias Sourasky Medical Center
Sackler Faculty of Medicine, Tel-Aviv University
מחלקת נירורפירוזיגית
מנהל המחלקה – פרופ' צבי רם
אורנה פרידמן – אחות מתאמה
תמר רינגל – אדמינסטריציה
אילנה אביב - אדמינסטריציה



מרכז רפואי ת"א ע"ש סוראסקי
הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר - אוניברסיטת ת"א
המחלקה לנירורפירוזיגית ילדים
פרופ' שלמוני קונסטנטיני - מנהל המחלקה
ד"ר ליאנה בני-עזרי
ד"ר יונתן רוט
ד"ר סוראסקי

תאריך: 9 & 2010

11/16/10

לכבוד
נתנה מברכים - אוילוב -
בא.
א.ג.ג.

תודות: **משאבה בקלופן - משאבה מותכנתת להורקה אינטרה-סקאלית של בקלופן ITX - סינכרומד 2 מזררוניק, ספני תמר**

משאבת סינכרומד הינה משאבה מותכנתת המאפשרת שינוי קצב הרימה ובכך שינוי כמות החומר המסופקת לחולה ללא צורך בריקון ומילוי מחדש, בכל פעם.
ניתן גם במקרים מיוחדים לתכנן קצב זרימה משתנה במהלך היום, בהתאם לצרכים האינדיבידואליים של כל פציאנט.

המשאבה, בעזרת השלט, מאשבת את מועד המילוי הבא, את כמות החומר הנותר בכל רגע, ותומכת בכל רגע נתון אינפורמציה הקשורה בקצב וכמות המרופה המתלפת.

משאבה זו הינה המתאימה ביותר לקבוצה גדולה של חולים, שיכולים להטות ממואפיצייה המיוחדים כמענה טיפולי יחיד ומותאם לצרכים ספציפיים.

חברת מדטרוניק הינה הספק היחיד של המשאבה המתוכנתת מסוג סינכרומד 2.

בברכות
ד"ר ליאנה בני-עזרי
רופאה בכירה, המחלקה לנירורפירוזיגית ילדים
Baclofen Pump 060510
Lb/H

בי"ח לילדים ע"ש דנה רוזב וייצן 6 ת"א 64239 משרד: טל: 03-697-4686, פקס: 03-697-3451, email: dfliana.pedns@gmail.com
קונסטנטיני: 0524-262055 בני-עזרי: 0524-262057 רוט: 0524-262095 ארזי: 0524-262058 משה'לם: 0524-262059
צמוד 1 מתוך 2