






אישור פליסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מוגמנה :	1,162
מס' יעודה :	10/527-11
מחלת הרכישה :	כרטיס 8000-101 - CT-3045
סכום הרכישה מטבע ספק :	40,000
ספק פוטנציאלי :	ני.פ.כ.י
ערך נשקלים :	200

חוזעדה התכנסה בתאריך 19/9/10 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

 שמואל נופל	 עויד רוט בלר	 יוסי שור
		חתימת המאשרים :
	מיכל ארזיאל	רמי תנעמי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

12 בספטמבר 2010

סימולין: 03-09

לכבוד
וועדת רכישות
באן

שלום רב,

**הנדון: החלפת (רכישת שפופרת) עבור MX8000IDI C.T. מס"ד: 01103
במחלקת רנטגן**

במחלקת רנטגן מותקנת מכונת MX8000IDI C.T. של חברי Philips Medical Israel הכוללת שפופרת שהונה בלתי נפרדת מהמערכת מ – 6.9.06.
בתאריך 31.8.10 לאחר בדיקה עי"י אנשי שירות התברר שהשפופרת רנטגן התקלקלה. במקומה ממליץ לרכוש ולהתקין שפופרת חדשה.
היות ושפופרת זו הנה חלק אינטגרלי מהמערכת, יש לראות בה השלמה למערכת הקיימת וכחבר Philips ספק יחיד לשפופרת של חברי Philips של מקרה זה.

בברכה,
שמריה מוזיקאנט
ראש מדור תחום דימות ואונקולוגיה