




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	צבאים
מס' ועדה :	101528-9
מהות הרכישה :	החלפת אסטרטגיית מכרז ציודים 1
סכום הרכישה מטבע ספק :	58,285 ₪ ערך נשקלים :
ספק פוטנציאלי :	מגנטק פ

הוועדה התכנסה בתאריך 19.10.10 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באזור האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים : 
יוסי שחר
עריד רוט פריד
שמואל עמר
רמי תנעמי
מוכל ארציאלי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל : 03-6973208
פקס : 03-6973440

6 באוקטובר 2010

סימולין : 03-10

לכבוד
וועדת רכישות
פאן

אדוניים נכבדים,

הנדון : החלפת (רכישת שפופרת) עבור חדר צנטורים מס' 1

במחלקת צנטורים מותקנות מכונת INTTEGRIS XPER FD-10, מס'ד : 002472 של חב' "Philips",
סוכן : "מדטסכניקה", הכוללת שפופרת שהנה בלתי נפרדת מהמערכת מ – 10.5.05
בתאריך 3.9.10 לאחר בדיקת התקלה ע"י אנשי שרות החבר שהשפופרת רטגן התקלקלה.
במקומה ממליץ לרכוש ולהתקין שפופרת חדשה.

היות ושפופרת זו הנה חלק אינטגרלי מהמערכת, יש לראות בה השלמה למערכת הקיימת ובה' "מדטסכניקה"
ספק יחיד לשפופרת מקורית של חב' "Philips" של מקרה זה.

בברכה,

שמריה מוזיקאנט

ראש צוות מכשור רנטגן
מתנדט מכשור רפואי