






אישור פריסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	מסי ועדה :	10/529-9
מחנות הרלישה :	EMG	
סכום הרלישה מטבע ספק :	ערך בשקלים :	57069
ספק פוטנציאלי :		גייג

חלוקה התכנסה בתאריך 1/11/11 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 אי (א).

 שמול גיבון	 עידו רוטמן	 יהונתן	חלומת המאשרים
	<u>גייג</u> מיכל אריאל	<u>גייג</u> דמי חננאי	

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת רדינת רפואה
טל: 03-6973208 פקס: 03-6973440

28.10.2010

לפניך

ועדת מכרזים
כאן

הודעה : רכישת מערכת הולטר EMG – מערכת הליכה

במערכת הליכה בוצע לפני כשנתיים שדרוג של מערכת לחיך הולטר. מערכת החישה, מודדת יותר מאפשרת ביצוע עיבוד ליותר נתונים וביותר דיוק. מערכת מודדת EMG נשארה אותה מערכת ישנה, אנלוגית שלא מתאימה למערכת החישה. חברת NORAXON הוציאה דגם חדש של הולטר EMG שמשרת נתונים ישר מהאקטרודות. מאפשרת לא רק מודדת EMG אלא גם חיכוך של כיוספוטורים שונים ומשתשפת באקטרודות קטנות יותר מתאימות לביצוע שדרוג בילדים קטנים שנבדקים במערכת הליכה.

המערכת של מערכת הליכה, הוצרת VICON, מתחברת למקלט של הולטר EMG ומשלבת את הנתונים של EMG לנתונים של המסוטורים שלה לצורך בדיקת מקיפה של הליכה של הנבדק.

מערכת של מערכת הליכה עובדת רק עם המושד של חברת NORAXON, לכן בציוד יחיד.

חברת DOVER ספק בלעדי של מכשיר EMG של NORAXON.

ממליץ לרכוש את הולטר EMG וחצת NORAXON, דגם NORAXON-DTS-16, RESEARCH XP-MYO, NORAXON-ADTS FOOTSWITCH PROBE-1, DTS ANALOG OUTPUT MODULE, MASTER EDITION FSR.

בברכה

דודון לאקוב

ראש מודד ת.ג. והנשמה

דודון לאקוב

דודון לאקוב
מחלקת רדינת רפואה
מרכז הרפואי תל-אביב ת.א