

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי עם הליך דו שלבי

מכרז מס': 2010/530-10

לרכישת מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי עבור מעבדת מחקר גסטרו

הודעה

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי עבור מעבדת מחקר גסטרו.
 2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 500 ש"ח (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 13:30.
 3. ההצעות אשר יענו על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, יבחנו ע"י צוות מטעם המזמין בשני שלבים. בשלב א', יבחן נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 85 לפחות במרכיבים של אמות המידה יעלו לשלב ב', דהיינו, לשקול על פי מחיר.
 - א. ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות נפרדות. במעטפה הראשונה עליה יצוין מספר המכרז ייכתב שלב א' ובו כל מסמכי המכרז הכוללים את הפירוט הנדרש בתנאי הסף סעיף 6 למעט הצעת מחיר נספח ב' המצורף למסמכי המכרז.
 - ב. על המעטפה השנייה ייכתב שם המציע, מס' המכרז, שלב ב' ובו המענה לנספח ב' - הצעת המחיר:
- שתי המעטפות יושמו בתיבת המכרזים שתמצא בביה"ח ביח' המכרזים קומה (1-), אגף ד', בניין סוראסקי עד יום 23.12.10 שעה 12:00.**
4. קיימת חובת הדגמה במחלקת הנדסה רפואית עד מועד הגשת ההצעה בתאום עם ד"ר חן ורול/ד"ר עמוס עופר, טל': 03-6974226. דרכי קשר נוספים: ד"ר ורול 052-7360325 ד"ר עמוס 052-7360797, אלא אם ניתן פטור ע"י המשתמש עקב הכרות קודמת. לצורך ההדגמה על הספק להציג אישור CE ו/או FDA או אישור תקן בטיחות חשמלי אחר המקובל בעולם המערבי.
 5. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה - נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.
 6. תנאי הסף/ המוקדמים למכרז הנם:
 - א. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 40,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה-23.3.11, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.

המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום.
 - ב. אישור CE ו/או FDA הכולל אישור בטיחות חשמלית (Electrical Safet).
 - ג. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
 - ד. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).
 - ה. ניסיון מוכח של היצרן במיקרוסקופים קונפוקאליים בבתי חולים או מוסדות מחקריים מוכרים בארץ או בחו"ל מעל 5 שנים. (יש לציין בתשקיף משתתף נספח ו').

1. ניסיון מוכח של הספק במיקרוסקופים קונפוקאליים מעל 3 שנים או התקנה ותחזוקה של יותר מ5 מערכות קונפוקאליות בבתי חולים או מוסדות מחקריים מוכרים בארץ (יש לציין בתשקיף משתתף נספח ו').
2. אישור הגורם המוסמך להדגמה/התאמת המוצר.
3. התחייבות לעמידה בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.
7. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
8. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 6974883-03.

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

הלוי יורם
מנהל יחידת מכרזים

לוטים :

- נספח א' – תנאי מכרז
- נספח ב' – טופס הגשה (חלק א') + הצעת מחיר (חלק ב' 1 + חלק ב' 2) + תנאים מיוחדים
- נספח ג' – מפרט טכני ודרישות
- נספח ד' – התחייבות המציע
- נספח ה' – אישור הגורם המוסמך להדגמה
- נספח ו' – תשקיף משתתף
- נספח ז' – 3 דפים כלליים
- נספח ח' – הנחיות לגבי הנחות
- נספח ט' – "טובין מתוצרת הארץ" (באם רלוונטי)

מכרז מס' 10-530/2010

1. הרינו מבקשים הצעת מחיר לרכישת מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי עבור מעבדת מחקר גסטרו.
2. את הצעת המחיר יש להגיש בדף "הצעת מחיר" המצורף.
3. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
4. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, תיבחנה ע"י צוות מטעם המזמין בשני שלבים. בשלב א', יבחן נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של **85** לפחות במרכיבים של אמות המידה יעלו לשלב ב', דהיינו, לשקלול על פי מחיר.
 - א. ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות נפרדות. במעטפה הראשונה עליה יצוין מספר המכרז ייכתב שלב א' ובו כל מסמכי המכרז הכוללים את הפירוט הנדרש בסעיף 5 למעט הצעת מחיר **נספח ב'** המצורף למסמכי המכרז.
 - ב. על המעטפה השנייה ייכתב שם המציע, מס' המכרז, שלב ב' ובו המענה לנספח ב' - הצעת המחיר.**שתי המעטפות יושמו בתיבת המכרזים שתמצא בביה"ח ביח' המכרזים קומה (1-), אגף ד', בניין סוראסקי עד יום 23.12.10 שעה 12:00.**
5. קיימת חובת הדגמה במחלקת הנדסה רפואית עד מועד הגשת ההצעה בתאום עם ד"ר חן ורול/ד"ר עמוס עופר, טל': 03-6974226. דרכי קשר נוספים: ד"ר ורול 052-7360325 ד"ר עמוס 052-7360797, אלא אם ניתן פטור ע"י המשתמש עקב הכרות קודמת. לצורך ההדגמה על הספק להציג אישור CE ו/או FDA או אישור תקן בטיחות חשמלי אחר המקובל בעולם המערבי.
6. תנאי הסף / המוקדמים למכרז הנם:
 - א. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 40,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה 23.3.11, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.**ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.**
המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו תוך 90 יום.
- ב. אישור CE ו/או FDA הכולל אישור בטיחות חשמלית (Electrical Safet).
- ג. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
- ד. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל (המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח לאימות האמור לעיל).
- ה. ניסיון מוכח של היצרן במיקרוסקופים קונפוקאליים בבתי חולים או מוסדות מחקריים מוכרים בארץ או בחו"ל מעל 5 שנים. (יש לצייין בתשקיף משתתף נספח ו').
- ו. ניסיון מוכח של הספק במיקרוסקופים קונפוקאליים מעל 3 שנים או התקנה ותחזוקה של יותר מ 5 מערכות קונפוקאליות בבתי חולים או מוסדות מחקריים מוכרים בארץ (יש לצייין בתשקיף משתתף נספח ו').
- ז. אישור הגורם המוסמך להדגמה/התאמת המוצר.
- ח. התחייבות לעמידה בכל הדרישות שבמפרט ללא יוצא מן הכלל.

7. על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים. אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בוועדת מכרזים.
8. שההצעה תיבחן ע"י גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בוועדה רק בתנאי שתאושר ע"י גורמים אלו. הוועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא אשרו את התאמתם לצרכים.
9. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל הצעה שהיא או כל חלק ממנה. ביה"ח יהא רשאי לפצל ההזמנה בין כמה מציעים, לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו, במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין.
10. ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה. הוועדה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות $\pm 25\%$.
11. ביה"ח לא ישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/ או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז ו/ או הגשתו ו/ או אי זכייתו, ו/ או ביטולו.
12. היה והתברר תוך כדי שימוש בפריטים השונים עד שלושה חודשים מהתחלת השימוש בציוד, במיוחד לגבי פריטים שטרם נצבר ניסיון בהפעלתם בבית החולים, כי אינם עונים על מלוא הצרכים, יהיה רשאי ביה"ח להפסיק את ההתקשרות עם המציע תוך מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם המציע שהצעתו היתה הבאה בתור מבין המשתתפים במכרז.
13. בבחירת ההצעה אנו רשאים לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין כאמור בתקנה 22 לתקנות חוק חובת המכרזים. כלומר, ועדת המכרזים רשאית לבחור ספק/ספקים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך מרכיבי אמות המידה הנ"ל:
- א. להלן פרמטרים שנבדקים בשלב א': מחושבים לפי 100 נקודות שערכן 30% מהציון הכולל:
- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| - נסיון מוכח | - 20 נקודות |
| - מוניטין יצרן | - 20 נקודות |
| - איכות טכנולוגית | - 20 נקודות |
| - נוחות שימוש והתאמה לדרישות המשתמש | - 20 נקודות |
| - שרות | - 20 נקודות |
| סה"כ | - 100 נקודות |
- ב. **שלב ב'**: מחיר -70%
ציון שלב א'- 30%
 סה"כ -100%
14. א. ועדת המכרזים החליטה לשמור לעצמה את הזכות ולנהל משא ומתן עם המתמודדים במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות וזאת הואיל וההתקשרות הינה מסוג ההתקשרויות המנויות בסעיף 7 א' לתקנות חובת מכרזים.
- ב. המשא ומתן יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 7(א)7 או 7(א)1.
15. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה,

כאילו לא נכתבו, הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.
(הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון ע"י הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה).

16. המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר ללא קבלת הסכמה בכתב מהמזמין / ביה"ח.

17. מוסכם כי בהתקיים אחד המקרים להלן, יהיה רשאי המרכז הרפואי ת"א, להפסיק ההתקשרות עם מציע ההצעה ו/או הזוכה במכרז :

א. הוגשה בקשה לפרוק או כינוס נכסים נגד החברה.

ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי החברה, העלולים לפגוע בתפקודה של החברה.

ג. בוטלו אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים משרד הבריאות או משרד התעשייה והמסחר.

18. כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

19. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.
הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

21. ניתן לשלוח שאלות/הבהרות עד לתאריך 16.12.10 ליחידת המכרזים בפקס :
03-6974666, טל': 03-6974883.

טופס הגשת הצעה

תאריך: _____

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

תל אביב 64239

,א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 10-2010/530

במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי - בי"ח איכילוב

1. אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, 3 דפי תנאים כלליים והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.
2. הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.
3. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.
4. הנני מתחייב לחתום על 3 דפי תנאים כלליים המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של נגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.
5. לשם הבטחת קיום התחייבויותי עפ"י תנאי המכרז, הנני מצ"ב לבקשתכם ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 40,000 ש"ח. הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה-23.3.11. במידה ואזכה – תוחלף ערבות זו בערבות צמודה במידה אחרת בגובה 5% מההיקף הכספי

של מכרז זה כולל מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז, בתוקף עד 60 יום מתום תקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות הביצוע").

6. הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד.

7. ידוע לי שאי מלוי ו/או צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי – מצ"ב המסמכים הבאים כנדרש בתנאי המכרז:

- טופס הגשת הצעה (הני"ל) - נספח ב' - חלק א' – חתום
- והצעת מחיר - נספח ב' - חלק ב'(1) + חלק ב'(2) + תנאים מיוחדים-חתום.
- מפרט טכני - נספח ג' - חתום.
- התחייבות המציע - נספח ד' - חתום.
- אישור הגורם המוסמך להדגמה /התאמת המוצר - נספח ה' - חתום.
- תשקיף משתתף - נספח ו' - חתום.
- 3 דפי תנאים כלליים - נספח ז' - חתום.
- אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
- אישור CE ו/או FDA הכולל אישור בטיחות חשמלית (Electrical Safety).
- אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל.
- ערבות ביצוע על סך 40,000 ש"ח.
- אישור "טובין מתוצרת הארץ".
- צילום הקבלה ע"ס 500 ש"ח עבור רכישת מסמכי המכרז.

חתימת המציע וחתימת

שם החברה

חלק ב' (1)

הצעת מחיר מהמלאי לרכישת מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי עבור

מעבדת מחקר גסטרו

מכרז מס' 10-530/2010

מצ"ב נספח ג' המפרט את הדרישות והמפרט הטכני הנדרשים.

המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו.

ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז.

- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

מס'	שם הפריט	מק"ט יצרן	יח' מידה	כמות	מטבע	מחיר יחידה	סה"כ
1.	מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי			1			

- הערה: א. יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
 ב. ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז. כמו כן תוכל לייצג חברה אחת בלבד.
 ג. תינתן אחריות מלאה (כולל טיפולים) ל-24 חודשים.

שם החברה: (הסוכן) _____ שם היצרן: (הספק) _____

הכתובת: _____ הכתובת: _____

טלפון ופקס: _____ טלפון ופקס: _____

איש קשר: _____

דואר אלקטרוני: _____

תנאים מיוחדים:

1. תנאי האספקה: ממלאי הספק: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2. לידיעת המשתתפים במכרז:
א. ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי שנקבעו ביום ההמרה.
- ב. המחיר בשקלים יישאר קבוע וללא שינוי לכל אורך כל תקופת המכרז וההתקשרות על פיו, וזאת באם לא יהיה שינוי מעבר ל- 4% למעלה או למטה. במקרה של שינוי מעבר ל- 4% יעודכנו מחירי המכרז בשקלים בהתאם.
3. מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.
4. תנאי תשלום: שוטף + 90 מיום הגשת החשבונית.
לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.
5. מועד האספקה: תוך 30 יום מיום ההזמנה.
א. עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.
ב. בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.
6. הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.
הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
7. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
8. על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.
9. "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה; יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.
10. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטיים אחרים לגבי טיב הציוד. נא לצרף המסמכים המצורפים.
11. לא סופקו המוצרים ו/או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין תכולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.
12. למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.
שם הספק ותפקידו: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

תאריך: _____

חלק ב' (2)

הצעת מחיר ביבוא ישיר לרכישת מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי עבור

מעבדת מחקר גסטרו

מכרז 2010/530-10

מצ"ב נספח ג' המפרט את הדרישות והמפרט הטכני הנדרשים.
המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' מחיר יחידה לגבי הפריטים המוצעים על ידו.

ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1)
או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז.

- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

מס'	שם הפריט	מק"ט יצרן	יח' מידה	כמות	מטבע	מחיר יחידה	סה"כ
1.	מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי		1				

הערה: א. יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אחד בלבד אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.

- ב. ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז. כמו כן תוכל לייצג חברה אחת בלבד
- ג. תינתן אחריות מלאה (כולל טיפולים) ל-24 חודשים.

וכן חובה למלא את מלוא הפרטים הנדרשים. הצעתו של ספק אשר לא ימלא את כל הנתונים הנדרשים עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים או שתהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע העלויות על פי מיטב הבנתה והספק יחשב כמסכים לקביעה וזאת על מנת שניתן יהיה להשוות ההצעות על בסיס משותף.

ככלל מעדיפה ועדת המכרזים רכישה מהמלאי, בנסיבות מסוימות יתכן ותחליט הועדה על רכש מיבוא ועל כן יש למלא את נספח היבוא על מנת לאפשר לועדה לקבל החלטה כשכל הנתונים נמצאים בפניה.

שם החברה: (הסוכן) _____ שם היצרן: (הספק) _____
הכתובת: _____ הכתובת: _____
טלפון ו-FAX: _____ טלפון ו-FAX: _____
איש קשר: _____ נמל המשלוח: _____
דואר אלקטרוני: _____ משקל המשלוח: _____
נפח הטובין: _____

תנאים מיוחדים:

1. תנאי האספקה: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2. לידיעת המשתתפים במכרז:
א. יום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים באותו יום.
ב. מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי שנקבעו ביום ההמרה.
3. המחיר בשקלים יישאר קבוע וללא שינוי לאורך כל תקופת המכרז וההתקשרות על פיו, וזאת באם לא יהיה שינוי מעבר ל- 4% למעלה או למטה.
במקרה של שינוי מעבר ל- 4% יעודכנו מחירי המכרז בשקלים בהתאם.
4. תנאי האספקה: בחו"ל.
חובה לציין את משקל ונפח הטובין וכן את שמו ומענו של היצרן בחו"ל ולמלא כל הפרטים בתנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר.
5. מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (איכילוב) מחסן משקי.
6. מועד האספקה: יש לציין את מועד האספקה האפשרי הקרוב ביותר למועד פרסום מכרז זה, אך לא יאוחר מ- 60 יום.
7. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, **לרבות בשעת חרום**.
הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
8. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
9. תשלום: C.A.D.
10. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטיים אחרים לגבי טיב הציוד נא לצרף את המסמכים המצורפים: _____

שם הספק ותפקידו: _____ חתימה: _____ תאריך: _____

תנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר

מכרז מס _____ תאריך _____

חלק א' נתוני הצעה

1. נפח כולל למשלוח (כולל אריזה) : _____
2. משקל כולל למשלוח (כולל אריזה) : _____
3. מס' היחידות : _____
4. מס' האריזות : _____
5. תנאי רכישה – FOB;EX-FACTORY;CIF; אחר : _____
6. כתובת מוצא המשלוח : _____
7. תנאי תשלום : L/C ; C.A.D ; אחר : _____
8. מקור הטובין : _____
9. אופי הטובין (רדיואקטיבי, מסוכן, קירור, רגיל) : _____

חתימה _____

חלק ב' עלויות יבוא משוערות

- תאריך _____
1. משלוח אווירי/ ימי/ דואר חבילות/שליחים
 2. מס' קונטיינרים 20' / 40'
 3. עלויות יבוא משוערות הובלה, עמילות מכס, עמלת בנק
- מיסי מכס _____
- סה"כ עלויות יבוא למשלוח _____
- סה"כ עלויות יבוא ליחידה _____

חתימה _____

**מפרט טכני ודרישות לרכישת מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי עבור
מעבדת מחקר גסטרו
מכרז 10-530/2010**

דרישות סף:

1. **נדרשת מערכת משולבת של מיקרוסקופ קונפוקאלי עם מיקרוסקופ פלואורסנטי שדה רחב (wide field) המבוססת על מיקרוסקופ פלואורסנטי הפוך (Inverted Fluorescent Confocal Microscope) לצורך קבלת רזולוציה וניגוד (contrast) גבוהים, כולל מידע על העומק במגוון רחב של יישומים מחקריים וקליניים.**
2. **המערכת מיועדת לעבודה הן בתאורה רגילה (Bright Field) והן בפלואורסנציה (Epi Fluorescence) לצורך הדמית חתכים אופטיים של רקמות חיות והן לאחר קיבוע (Fixation)**
3. **המערכת הקונפוקלית תהיה מסוג סריקת לייזר נקודתית (Confocal Laser Scanning Microscopy) לצורך הדמיה תלת ממדית של עצמים בעלי טופולוגיה פנימית או חיצונית מורכבת, על ידי הרכבת ההדמיה מסריקת עומקים שונים.**
4. **המערכת תאפשר עבודה בו זמנית בלפחות 3 ערוצים: שניים פלואורסנציה ואחד העברת אור (Transmission)**
5. **תכולת המערכת: המערכת תהיה מבוססת על מחשב PC בקונפיגורציה הכי עדכנית ומסך גדול, ותכלול את המרכיבים הבאים הניתנים לניהול על ידי התכנה:**
 - א. מיקרוסקופ
 - ב. מערכת הדמיה קונפוקאלית
 - ג. ערוץ העברת אור
 - ד. מצלמה
 - ה. תכנת עיבוד תמונה
6. **מיקרוסקופ: נדרש מיקרוסקופ עם התכונות הבאות:**
 - א. מיקרוסקופ הפוך (inverted)
 - ב. ממונע (Fully motorized) כולל מימד שלישי (Z drive)
 - ג. מס' צעד מינימלי במימד השלישי – 25nm
 - ד. נדרשים האובייקטיבים הבאים:
 - i. אובייקטיבים יבשים עם NA 0.3 עד 0.8 והגדלה של:
 - X10 ○
 - X20 ○
 - LONG DISTANCE X40 ○
 - ii. אובייקטיבים עם שמן, NA=1.4 והגדלות:
 - X40 ○
 - X60 ○
 - iii. אובייקטיבים עם אפשרות לשלב עבודה עם כל סוגי ימרסיה: מים, שמן וגליצרין עם $NA \geq 0.8$ והגדלה מ 25 ומעלה
 - ה. נדרשות שיטות להגדלת קונטרסט להגדלות X20, X40, X60 Differential - Interference Contrast (DIC)
 - ו. נדרש קונדנסור עם NA של לפחות 0.5

7. **Pinehole** : נדרשת יכולת שינוי רציף של הסדק (Continuously Variable Pinehole)
8. **סריקה** : אפשרות של סיבוב חפשי של שדה הסריקה ב 360°
9. **אזורי עניין** : אפשרות הגדרת אזורי עניין (Region of Interest- ROI) שונים- עם יכולת שליטה בעצמת הלייזר ובפרמטרים של הסריקה בזמן אמת
10. **לייזרים** : נדרשים לייזרים באורכי גל בין 400-650 nm
11. **יכולת הפרדה** טובה מאוד בין סיגנלים פלואורסצנטיים בעלי תחומי חפיפה בפליטה (emission)
12. **תגובה מהירה בזמן אמת** לצורך מעקב אחרי תהליכים דינמיים ברקמה חיה נדרשת מהירות עבודה של יותר מ 5 fps – ברזולוציה של 512X512 pix
13. **הדמיה תלת מימדית** שתאפשר חקירת תנועות בתוך או מחוץ למולקולות חיות
14. **מערכת גלאים** : (detection) בין 400-700nm
 א. נדרש גילוי רגיל (Standard detection)
 ב. וגילוי ספקטראלי (Spectral detection)
15. **תוכנה** : התכנה תכלול את הפונקציות הבאות :
 א. אפשרות להגדרות מרובות של המערכת לצורך שימוש על ידי מספר משתמשים ו/או אפליקציות שונות (customization)
 ב. אפשרות השוואת תמונות זו ליד זו
 ג. אפשרויות תצוגה שונות : תלת מימד, colocalization, חתך בתלת מימד, חתך ניצב (orthogonal cut), זו ליד זו עם אפשרות לדפדף ועוד
 ד. אפשרות הגדרת פרמטרים מראש לניסויים שונים
 ה. הגדרה אוטומטית של התנאים האופטימליים עבור כל אפליקציה
16. **מצלמה-**
 א. רזולוציה מעל 4100 X 3100 pix
 ב. גודל פיקסל – עד $6 \times 6 \mu\text{m}$
17. **נדרשת התקנה, הדרכה ותמיכה** לתפעול תקין ושוטף של המכשיר, כולל הטמעה ומתן ייעוץ מדעי לפתרון בעיות שיתעוררו. הכשרת צוות המשתמשים וצוות הנדסה רפואית תיעשה עד קבלת רמה נאותה בתפעול ותחזוקת המערכת.
18. **על כל ספק לצרף להצעה** :
 א. ספציפיקציות טכניות מפורטות של המערכת המוצעת ופירוט עמידתה בדרישות סף ובדרישות יתרון- לפי סעיפי המכרז. כמו כן פירוט הנקודות בהן עולים ביצועי הציווד המוצע על הדרישות במפרט זה
 ב. הצעת מחיר לחוזה שרות מלא לאחר סיום האחריות
 ג. הצעת מחיר ללייזרים ומספר שעות עבודה
19. **יחד עם המכשיר יסופקו** :
 א. ספר הפעלה
 ב. ספר תחזוקה
 ג. נהלים לתחזוקה מונעת ובדיקות תקופתיות הן ברמת המשתמש והן לצוות הטכני
 ד. הוראות הפעלה ותחזוקה למשתמש בשפה העברית

20. על הספק לצרף התחייבות להשמיש את המכשיר תוך פחות משבוע ימים מרגע קבלת הקריאה. אם לא ניתן להשמיש את המערכת תוך פרק זמן זה, על הספק להציע פיתרון אחר, המקובל על המשתמשים (דרי' חן ורול ודר" עמוס עופר).

דרישות נוספות:

21. יתרון למערכת עם ביצועים מיטביים בכל התכונות, כולל:

- א. רגישות מקסימאלית
- ב. איכות תמונה מיטבית
- ג. יעילות מקסימאלית של הגלאים
- ד. תגובה דינמית מהירה בזמן אמת לצורך מעקב אחרי תהליכים דינמיים מהירים ברקמה חייה
- ה. יכולות עיבוד תמונה מתקדמות
- ו. לייזרים בעלי זמן חיים מקסימאלי, אמינות גבוהה וגודל מינימאלי
- ז. קיום פונקציה של בדיקה עצמית לתקינות המערכת
- ח. עקביות וחזרתיות גבוהה מיום ליום ומניסוי לניסוי (reproducibility)
- ט. רזולוציה מרחבית וזמנית מקסימאלית
- י. רמת אוטומציה גבוהה לצורך חיסכון בזמן מפעיל ועלות הפעלה, מינימום זמן כיוול ועוד
- יא. גמישות בהגדרת הפרמטרים של המערכת לקבלת תנאים אופטימאליים לכל אפליקציה (למשל לחתכים מקובעים מצד אחד ולתהליכים דינאמיים בתרבויות תאים מהצד השני) ואפשרויות הגדרת אפליקציות שונות ומגוונות בהווה ובעתיד
- יב. מינימום עלויות אחזקה
- יג. תוחלת חיים מקסימאלית של המכשיר
- יד. רמת בקרת איכות גבוהה
- טו. מינימום הפרעה הדדית בין סיגנלים שונים (crosstalk)
- טז. אמינות מקסימאלית לאורך זמן
- יז. נוחות ופשטות הפעלה, כיוול ותחזוקה
- יח. תוכנה נוחה, מהירת תגובה ואינטואיטיבית עם משך זמן לימוד מינימאלי
- יט. אפשרות מעקב אחרי תהליכים ביולוגיים מהירים לאורך זמן ממושך
- כ. מינימום טוקסיות לתאים חיים
- כא. תצוגה משופרת
- כב. אפשרויות תיקון סטיות בפוקוס
- כג. אפשרות להשתמש בתבניות ניסויים מוגדרות מראש
- כד. מערכת קומפקטית ושקטה
- כה. אפשרויות עתידיות מגוונות ומדולריות של המערכת כמו: הוספת תא אינקובציה, פוקוס אוטומטי ועוד
- כו. אפשרויות קישוריות (connectivity)
- כז. ניסיון מוכח וחיובי בתמיכה מדעית
- כח. ספציפיקציות טכניות מפורטות של המערכת המוצעת ופירוט עמידתה בדרישות סף ובדרישות יתרון- לפי סעיפי המכרז. כמו כן פירוט הנקודות בהן עולים ביצועי הציוד המוצע על הדרישות במפרט זה
- כט. הצעת מחיר לחוזה שירות מלא לאחר סיום האחריות
- ל. הצעת מחיר ללייזרים ומספר שעות עבודה

התחייבות המציע

הריני מתחייב בזאת לספק את המכשיר בהתאם לדרישות ולמפרט הטכני .
ידוע לי שאי עמידה במפרט הטכני ודרישות או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים
במרת"א להשתתפותנו במכרז יביא לפסילת הצעתי ו/או זכייתי במכרז.

תאריך

חתימת הספק

אישור הגורם המוסמך להדגמה/התאמת המוצר

הרינו לאשר בזאת כי המכשיר מיקרוסקופ קונפוקאלי הודגם בפנינו / מוכר לנו ואישרנו השתתפות המציע במכרז מס' 10-530/2010.

חתימת הגורם במרת"א

תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן -

1. שם החברה/הגוף המציעה -

2. אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות) -

3. כתובת המציע:

4. שמות הבעלים: _____

מס' ת.ז.: _____

טלפון במשרד: _____ מס' פקס: _____

טלפון של מנהל החברה (בבית): _____

דואר אלקטרוני: _____

5. עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה):

5.1 פירוט הכוח המינהלי

5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות)

5.3 פירוט הכוח הפיקוחי

5.4 פירוט הציוד

6. ניסיון מוכח של היצרן במיקרוסקופים קונפוקאליים בבתי חולים או מוסדות מחקריים מוכרים בארץ או בחו"ל מעל 5 שנים :

שם מקבל השירותים/פריטים	איש קשר	טלפון	תחילת מתן שירותים/פריטים	מועד סיום

7. ניסיון מוכח של הספק במיקרוסקופים קונפוקאליים מעל 3 שנים או התקנה ותחזוקה של יותר מ5 מערכות קונפוקאליות בבתי חולים או מוסדות מחקריים מוכרים בארץ :

שם מקבל השירותים/פריטים	איש קשר	טלפון	תחילת מתן שירותים/פריטים	מועד סיום

8. הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

תאריך: _____ שם המציע: _____ חתימת המציע: _____

תנאים כלליים להספקת טובין

1. הגדרת הטובין

הטובין שבהזמנה שיסופקו למזמין יהיו בהתאם לאמור בהזמנה, במפרט, בתרשים ובכל מסמך אחר שיצורפו להזמנה (להלן - "המפרטים") ויהיו זהים לדגמים שנקבעו על-ידי שני הצדדים, ואם לא נקבעו מפרטים, או דגמים, יהיו הטובין המוזמנים ממיטב האיכות, החומר והאומנות המקובלים במדינת ישראל בזמן ההזמנה.

2. חומרים/ציוד/כלי עבודה

כל חומר - בין מעובד ובין בלתי מעובד - כל מבלט ומכשיר, לרבות כל טובין אחרים שהמשרד מזמן לזמן מסרם וימסרם לספק למטרת אספקת הטובין (להלן - "החומרים") וכן המפרטים, והדגמים הינם, יהיו, יחשבו וישארו בבעלות המשרד בלבד, והספק מתחייב לא להשתמש בהם למטרה אחרת, לא להחליפם, לא למכרם, לא למשכנם, לא לשעבדם, לא למסור לאחר את השימוש בהם ולא להוציאם באופן אחר מבעלות המשרד. נמסרו לספק חומרים ליצור הטובין - קבלתם על ידי הספק תשמש הוכחה, כי יהיו בעלי איכות טובה ומתאימה להזמנה. אלא אם כן הספק הוכיח אחרת תוך זמן סביר. כל עוד החומרים ימצאו ברשותו או בפיקוחו, חייב הספק - על חשבונו הוא לאחסנם במקום ובאופן מתאים, לשמור ולהשגיח עליהם. הספק יהא אחראי לאובדן או לנזק לחומרים, או לכל חלק מהם, הנובעים מסיבה כלשהי - בין שהייתה, או שלא היתה רשלנות מצדו, או מצד כל אדם אחר. כמו-כן לפי דרישת המזמין, ובהתאם להוראותיו יבטח הספק את החומרים.

חומרים שהספק מספק למטרת אספקת הטובין האמורים יהיו מאיכות כפי שנקבע במפרט שבהזמנה או בנספח שצורף להזמנה.

3. בדיקת הטובין

מבלי לפגוע בכל תנאי אחר מתנאי ההזמנה - המזמין או בא כוחו, רשאי לבדוק את הטובין המוזמנים בכל שלב משלבי ייצורם, או הספקתם לפני קבלתם, בשעת קבלתם, או אחרי קבלתם, והספק ירשה למזמין לבדוק את הטובין בכל עת מתקבלת על הדעת, ולצורך זה ייתן לו דוגמאות מבלי לדרוש את תמורתן. המזמין רשאי לסרב לקבל את הטובין המוזמנים כולם, או במקצתם - אם לדעתו אינם מתאימים לדגמים ומפרטים, או אם הם יוצרו לא מאותם החומרים שנמסרו לספק על ידי המזמין. הספק אחראי לכל מגרעת, ליקוי או פגם אחר שיתגלה בטובין המוזמנים, או בכל חלק מהם הנובעים מטיב העבודה או מטיב החומרים מהם יוצרו, או מאי התאמתם למפרטים, או לדגמים, והוא יפצה את המזמין בעד כל נזק והפסד שנגרמו, או יגרמו לו, מחמת אחת או יותר מהסיבות המנויות לעיל.

4. המסירת הטובין

הספק ימסור את הטובין על חשבונו ואחריותו, ליחידה, או למחסן הנזכרים בהזמנה, בשעות ולפי סדרי העבודה המקובלים באותו מקום. מותנה בזה בפירוש, כי כל עוד הטובין לא נבדקו ולא אושרו על ידי המזמין, או בא כוחו, הם לא יחשבו כטובין שנמסרו למזמין ועל המזמין לא תחול אחריות כלשהי לגביהם. המזמין, או בא כוחו רשאים לפסול את הטובין משום שלא יהיו בהתאם להזמנה ומשעשו כן, על הספק יהא לסלק את הטובין על חשבונו ולהחליפם בטובין שיתאימו להזמנה, תוך 48 שעות מעת שנפסלו. או אם המזמין יקבע פרק זמן אחר - תוך אותו פרק זמן. במקרה שהספק לא יסלק במועד את הטובין שנפסלו - המזמין, או בא כוחו, רשאי לסלקם לפי ראות עיניו ולחייב את הספק בהוצאות הכרוכות בכך. אם הספק לא יחליף במועד את הטובין שנפסלו - את כולם, או במקצתם - המזמין רשאי לבחור באחת משתי האפשרויות הבאות, או בשתייהן. א. לבטל את ההזמנה בכל אופן הנראה לו ולהתייחס אליה כבטלה. ב. לרכוש מכל מקור אחר טובין במקום אלו שנפסלו בין מאותו סוג ובין מסוג דומה ולחייב את הספק בכל הפרש ובכל הוצאה, או תשלום שנגרמו על ידי כך.

5. תעודת משלוח וחשבונית מס

הספק ימציא למזמין חשבונית מס בשלושה העתקים המתייחסת לטובין ויצרף לה תעודת משלוח, בה יצוין מספר ההזמנה.

6. זכויות המזמין

(1) אם כתוצאה מהבדיקה הנזכרת בתנאי 4 לעיל, או בכל דרך אחרת, יתברר למזמין כי הטובין המוזמנים - כולם או במקצתם - אינם מתאימים לדגמים ולמפרטים או כי הם לוקים בחסרונות, או בליקויים, וכן אם הטובין המוזמנים - כולם, או מקצתם - לא נמסרו למזמין במועד שנקבע בהזמנה, או במועד שהוארך על ידי המזמין, אם ניתנה אורכה כזאת, וכן בכל מקרה אחר שהספק הפר או לא קיים התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו: המזמין יהיה רשאי - לפי ראות עיניו ולפי ברירה שבידו ומבלי לפגוע בזכויות האחרות שבידו לבטל את ההזמנה, או לצמצם את היקפה, או להזמין על חשבון הספק אצל ספק אחר את אותם הטובין, או טובין אחרים שלדעת המזמין מתאימים לשמש כתחליף לטובין המוזמנים, וכמו כן המזמין רשאי לתבוע את הספק בגין כל נזק שנגרם לו על ידי כך.

(2) מיד לאחר שנמסרה הודעת הביטול למקבל ההזמנה, תחשב ההזמנה בטלה ומבוטלת.

(3) המזמין שומר לעצמו זכות ברירה להמשך התקשרות לתקופה נוספת של שנה.

7. התשלום

מחיר בשקלים/במטבע זר ללא מע"מ.

8. ערבות

לשם הבטחת מילוי התחייבויותיו על פי הזמנה זו, הספק יפקיד בידי המשרד המזמין ערבות בנקאית, להנחת דעתה של ועדת המכרזים בשיעור של 5% מערך ההזמנה כולל מע"מ כפוף להוראות תכ"מ פרק רכישות סעיף 3.3.17. (ערבות ביצוע) בנוסף לכך המזמין יהיה רשאי לנכות מכל סכום שמגיע, או שיגיע לספק מהמזמין או ממשרד ממשלתי אחר - כל סכום שהספק יחויב בתשלומו בהתאם לתנאי ההזמנה כולל פיצוי על נזקים, ובתנאי נוסף שקבלת הערבות על ידי המזמין לא תפגע בזכויותיו האחרות לפי ההזמנה או לפי החוק, והמזמין יהא רשאי לגבות כל סכום שהספק חייב בתשלומו בכל דרך אחרת, המזמין יהיה רשאי לחלט את הערבות הנ"ל, לצורך התשלומים האמורים. הרשאה שניתנה למזמין, כאמור, אינה ניתנת לביטול ותישאר בתוקפה כל עוד הדבר דרוש לביצוע זכויות המזמין שלמענו ניתנה ההרשאה.

9. מסמכים

כל המסמכים המצורפים להזמנה ומהווים חלק בלתי נפרד הימנה, יראו אותם כמשלימים זה את זה. אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי כלשהו מתנאים מיוחדים, כוחו של תנאי מיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

10. שונות

- א. שום ויתור, הימנעות מפעולה, מתן אורכה מצד המזמין, לא יחשבו כויתור על זכויותיו של המזמין לפי הזמנה זו, ולא ישמשו מניעה לתביעה, אלא אם המזמין ויתר במפורש ובכתב.
- ב. מסירת הטובין המוזמנים, כולם, או מקצתם - למזמין, כמוה כהסכמת הספק לקבלת ההזמנה על כל תנאיה.

11. הודעות

כל ההודעות בקשר עם הזמנה זו יהיו בכתב ותימסרנה בדואר רשום לפי הכתובות הנזכרות בהזמנה ותחשבנה כאילו הגיעו לתעודתן תוך 48 שעות ממועד מסירתן לבית הדואר, כלאות.

באו על החתום: ביום _____ בחודש _____ בשנת _____ 20

מצד המזמין: שם _____ תפקיד _____ חתימה _____

מצד הספק: שם _____ תפקיד _____ חתימה _____

* נא למלא פרטי "המשך התקשרות" (האופציה) בכפיפות להוראות התכ"מ המשקי - נסמן 3.7.1.0.1 (ח).

נספח ח'

לכבוד
המציעים

הנדון: הקפדה בנושא ערבות בנקאית

הפסיקה האחרונה קובעת שכאשר מצורף נוסח כתב ערבות כנדרש בתכ"מ יש לדאוג כי הערבות המוגשת על ידכם תהיה זהה לנוסח כתב הערבות .

השמטה או הוספה של הערות לניסוח הנ"ל אינן נחשבות כטעות טכנית אלא כפגם מהותי המחייב פסילת הערבות.

וועדת המכרזים נאלצת לפי הנחיות פרקליטות המדינה לפסול ערבויות בהן הנוסח שונה מהנוסח המצורף.

אנא הקפידו!!!

ועדת המכרזים.

שם הבנק/חברת הביטוח: _____

מס' טלפון: _____

מס' פקס: _____

לכבוד

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

כתב ערבות למכרז

הנדון: ערבות מס' _____

לבקשת

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך _____

(במילים: _____)

מתאריך: _____

(מתאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת: _____ (להלן "החייב") בקשר

עם מכרז _____

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _____ עד תאריך _____

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: _____ שם הבנק/חב' הביטוח

_____ כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

_____ מס' הבנק ומס' הסניף

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

_____ חתימה וחותמת

_____ שם מלא

_____ תאריך

(נספח למכרז 10-530/2010)

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

- אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.
- ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.
- ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

תאריך: _____

אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"

אני הח"מ _____ רו"ח, בעל ת.ז מס' _____ מאשר בזאת כדלקמן:

1. אני משמש כרואה חשבון של _____ (להלן: המציע).
2. קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: התקנות).
3. הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' _____ (להלן: המכרז לאספקת הטובין) _____ (להלן: הטובין) מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.
4. אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם "מתוצרת הארץ" – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.
