

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

אל: ועדת המכרזים

משרד:	החקלאות
יחידה מזמינה:	מכון הוטרינרי
תאריך:	09/12/10

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
מערכת ריכוז חלבונים כללת פילטר קרטרידז' מסוג - Hollow fiber סטנד וצנרת נירוסטה, שעוני לחץ וחיבורים סניטרים. מערכת נדרשה על מנת להכין תרכיב כנגד מחלת קדחת שלושת הימים (קדחת קיקיונית בבקר).

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	דניאל ביוטק בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	512664814
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	45000 שח
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

אין טובין דומים באיכותם וביעודם בחברות אחרות אשר מספקות בארץ.

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

אל: ועדת המכרזים

משרד:	החקלאות
יחידה מזמינה:	מכון הוטרינרי
תאריך:	09/12/10

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
מערכת ריכוז חלבונים כללת פילטר קרטרידז' מסוג - Hollow fiber סטנד וצנרת נירוסטה, שעוני לחץ וחיבורים סניטרים. מערכת נדרשה על מנת להכין תרכיב כנגד מחלת קדחת שלושת הימים (קדחת קיקיונית בבקר).

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה

שירותים

טובין

שם הספק:	דניאל ביוטק בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	512664814
ספק זה הגו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	45000 שח
תקופת ההתקשרות:	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

אין טובין דומים באיכותם וביעודם בחברות אחרות אשר מספקות בארץ.

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>בדיקות השוואה שנערכו נמצא שפילטרים מסוג - Hollow fiber מחברת General Electric lifescience. הינו היחיד המתאים למטרות ריכוז אנטיגן וירלי. כמובן נבדקו פילטרים לאולטרפילטרציה מחברת "ג.איתן" שקיימים במתקן פו"ט וגם פילטרים שהפסיקו מזמן לעבוד איתם מחברת "סרטוריוס".</p> <p>לפני שנתיים רכשנו פילטר קטן לריכוז אנטיגן עד 10 ליטר מחברת דניאל ביוטק (ספק בלעדי של General electric). יש לנו כבר ניסיון חיובי עם כל האפליקציות בפילטרים הנ"ל. ריכוז אנטיגן וירלי בעזרת - Hollow fiber פילטר שונה לחלוטין מקסטות חברות אחרות, הוא איכותי מהיר ויעיל ביותר. פילטר שאנחנו מצפים לרכוש נותן לנו יכולת לרכז אנטיגן עד 100 ליטר, שיאפשר להכין תרכיב נגד קדחת שלושת הימים (קדחת קיקיונית בבקר) לכמויות הנדרשות בארץ.</p>
<p>מצ"ב המפרט הטכני למערכת ריכוז חלבון נגיפי אותו אנו דורשים.</p> <p>סעיפים - 1 : 11 : 13 : 14 שהינם הכרחים לתעליך היצור יש רק למערכת הנ"ל.</p> <p>כמו כן יכולת רכוז החלבון הנגיפי מ- 100 ליטר ל- 5 ליטר (סופי).</p> <p>לאור האמור לעיל אבקשכם לאשר את המערכת ופילטר הנ"ל בספק בלעדי.</p>

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	ממלא מקום מעבדת פו"ט	גלמן בוריס
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית
חתימה		

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.8.2
פרק משני: פטור ממכרז	מספר טופס: ט. 7.8.2.1

נא להתייחס לסעיפים הבאים:


1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

בדיקות השוואה שנערכו נמצא שפילטרים מסוג – Hollow fiber מחברת General Electric lifescience. הינו היחיד המתאים למטרות ריכוז אנטיגן וירלי. כמוכן נבדקו פילטרים לאולטרפילטרציה מחברת "ג.איתן" שקיימים במתקן פו"ט וגם פילטרים שהפסיקו מזמן לעבוד איתם מחברת "סרטוריוס".
לפני שנתיים רכשנו פילטר קטן לריכוז אנטיגן עד 10 ליטר מחברת דניאל ביוטק (ספק בלעדי של General electric). יש לנו כבר ניסיון חיובי עם כל האפליקציות בפילטרים הנ"ל. ריכוז אנטיגן וירלי בעזרת – Hollow fiber פילטר שונה לחלוטין מקסטות חברות אחרות, הוא איכותי מהיר ויעיל ביותר. פילטר שאנחנו מצפים לרכוש נותן לנו יכולת לרכז אנטיגן עד 100 ליטר, שיאפשר להכין תרכיב נגד קדחת שלושת הימים (קדחת קיקיונית בבקר) לכמויות הנדרשות בארץ.
מצ"ב המפרט הטכני למערכת ריכוז חלבון נגיפי אותו אנו דורשים.
סעיפים - 1 : 11 : 13 : 14 שהינם הכרחים לתעליך היצור יש רק למערכת הנ"ל.
כמו כן יכולת רכוז החלבון הנגיפי מ- 100 ליטר ל- 5 ליטר (סופי).
לאור האמור לעיל אבקשכם לאשר את המערכת ופילטר הנ"ל בספק בלעדי.

לאור הנימוקים שמנתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

גלמן בוריס	ממלא מקום מעבדת פו"ט	
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	חתימה