






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מוגמנה :	גר.ג
מחוז הרכישה :	2 אשדוד (לארז ארזי ת.א.י.)
סכום הרכישה מטבע ספק :	20.000 ש"ח נשקלים
ספק פוטנציאלי :	מפא נויק

חווידה התכנסה בתאריך 2.11.11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים :

	שמואל עשל
	עיויד רוטבר
	רמני הנעמי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל : 03-6973208
פקס : 03-6973440

24 בינואר 2011

סימבולין : 18-01

לכבוד
וועדת רכישות
באן

שלום רב,

הנדון: רכישת 2 מכשירי נטור עוברי אלחוטי עבור חדריי לידה

בחדרי הלידה נמצאים בשמוש 15 מכשירי נטור קבועים וכן מערכת נטור אחת אלחוטיות, אשר ניתנות לחבור לכל אחת מהעמדות הקבועות כדי לאפשר את ניידותה של היולדת.
לאחרונה גדל הצורך בהגדלת מספר המערכות המאפשרות ניידות.

לאור נתונים אלו יש צורך ברכישת 2 עמדות נוספות + אביזרים מדגם AVALON WIRELESS תוצרת חברי PHILIPS (סוכן : מדטכניקה), אשר יוכלו להתחבר למכשירי הנטור הקבועים במחלקה ויאפשרו את נטור היולדת תוך כדי התניידותה.

המערכות הניידות + האביזרים הנלווים הנ"ל הנם **השלמה למכשור הקבוע** המשמש את המחלקה והניידות היכולות להתחבר ולתקשר עם המערכות הקיימות (לפי בדיקה שערכתי מול הספק).
לפיכך ממליץ לראות בציד זה מכשור יחודי ונחב' מדטכניקה ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

די"ר ולנטין
וינטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית