



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק נחיד

יחידה מומינה :	ג'יפס נאמן	מסי נעדה :	9-335/מ
מחוז הרכישה :	YARPOHEAM	ערך בשקלים :	
סכום הרכישה מטבע ספק :	₪ 24000	ספק מוטעני יאללי :	סמסמריץ

חוועדה התכנסה בתאריך 24.1.17 ואישורה לפרסם את חוות הדעת של הגורים  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

שמואל עומר	עו"ד רוה פרי	חתימת המאשרים :
מיכל ארליאלי	רמי תנעמי	

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

14 בפברואר 2011

סימולין: 10-02

לכבוד  
וועדת רכישות  
בא

שלום רב,

**הנדון: רכישת 2 מכשירי עזר לנשימה בספיקה גבוהה ש חב' VAPOTHERM**  
**עבור יחידת טיפול נמוץ כללי**

מדובר על מכשיר עזר לנשימה המיועד לחולה הנושם בכוחות עצמו באופן חלקי. מסוגל בעזרת המכשיר להתייצב ולהמנע מהצורך להיות מונשם דרך טובוס.

למכשיר יש יכולת בלעדית לזושת ספיקה ברמה גבוהה ( HIGH FLOW) במקביל לקביעת אחוז החמצן (עד 100%) והטמפר', כחלק אינטגרלי מפעולתו ובכך ליצב את מצב המטופל ולמנוע במקרים רבים את הצורך בהנשמתו.

מבדיקה שערכתי באינטרנט ולאחר התעצות עם אנשי מקצוע, נראה שאין בנמצא מכשיר אחר המבצע את הפעולת הנ"ל.

לפיכך, ממליץ לראות בחב' "סיסטמדיק" נציג חב' VAPOTHERM, ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנטין וינטראוב  
מנהל מחקת תחסה רפואית

