





**אישור פריסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

|                        |               |              |         |
|------------------------|---------------|--------------|---------|
| יחידה מומינה :         | רפואת ילדים   | מסי ועדה :   | 11533-2 |
| מחוז הרכישה :          | מקו"מ 3061010 | מס' הרכישה : | 12.111  |
| שכום הרכישה מטבע ספק : | \$ 16,772     | על בסיס :    | מחיר    |
| ספק פוטנציאלי :        | מקסווייב      | מס' הספק :   | 12.111  |

חוועדה התכנסה בתאריך 12.111 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הנזכר

המקצועי באחר האנטרנט לקבלת השנות על פי תקנה 3 א' (א).

|                 |  |              |   |
|-----------------|--|--------------|---|
| חתימת המאשרים : |  | שמואל עומר   |  |
| יו"ר שחר        | מנכ"ל תנועה  | עו"ד רוז פלד | מנכ"ל אריאל   |

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל: 03-6973208  
פקס: 03-6973440

10 בינואר 2011

סימוכין: 06-11

לכבוד  
וועדת רכישות  
בא"ר

שלום רב,

### הנדון: רכישת 2 מוניטור-דפיברילטור עבור יחידת צנתורים

לשני חודרי האלקטרופיזיולוגיה של יחידת הצנתורים דרושים לצורך החזרת הלב לפעולה תקינה 2 מכשירי מוניטור דפיברילטור המסוגלים לתת שוק חשמלי בעזרת גל BI-PHASE באנרגיה מכסימלית של 360J (ג'אול). מבידקה שערכתי מול כל הספקים הפוטנציאליים המוכרים מתברר שמכשיר בעל מאפיינים כנ"ל מיוצר רק ע"י חברי MEDTRONIC – PHYSIO-CONTROL (דגם: 20e) ומסופק ע"י חברי עמוס גזית בע"מ.

לאור נתונים אלו ממליץ לראות בציוד הנ"ל מכשור יחודי ונחב' עמוס גזית בע"מ ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

וינטראוב  
ד"ר ולנטין אל  
מנהל מחקת/הנדסה רפואית