






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	מיון ציבורים	מס' יעדה :	M/S36-9
מחוז הרכישה :	התלם שטרומה לעקר סוסים	עוד בשקלים :	INTERBIS XPER
סכום הרכישה מטבע ספק :	107,391 - 107,391	כוח חתימה :	
ספק פוטנציאלי :	מאפניקה		

הוועדה התכנסה בתאריך 10/3/11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי בארץ האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

		
שמואל עשכול	עילי רות	רמי תנעמי
	נצרה	מיכל אריאל

חתימת המאש 107-02-16 יומי שחר

המרכז הרפואי תל-אביב
מתלכת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

2011 במרס 6
סימולין: 02-03

לכבוד
וועדת רכישות
מאג

אדוניים נכבדים,

הנדון: החלפת (רכישת שפופרת) עבור חדר צנטורים מס' 2 (101)

במתלכת צנטורים מותקנת מכונת JNTEGRIS XPER FD-10, מס' ID בייח: 02128, יצרן: תיב: PHILIPS,
סוכן: תיב: "מדטכניקה", הכוללת שפופרת שהנה בלתי נפרדת מהמערכת מ – 4.01.05.
בתאריך 28.2.2011 לאחר בדיקת התקלה ע"י אנשי שרות התברר שהשפופרת רטוגן התקלקלה.
לצורך השמשה מיידיית של חדר צנטורים לבדיקות במקומה ממליץ לרכוש ולהתקין שפופרת חדשה עם
אשורו של מר יוסי שחר, משנה למנכ"ל של המרכז הרפואי תל-אביב.

היות ושפופרת זו חנה חלק אינטגרלי מהמערכת, יש לראות בה השלמה למערכת הקיימת ותיב: "מדטכניקה"
ספק יחיד לשפופרת מקורית של תיב: PHILIPS למקרה זה.

בברכה,
שמריה מוזיאני

ראש מדור תחום דימות ואונקולוגיה