



אישור פרוסים חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	ר.י. - תפ"ה	מס' ועדה :	MS36-14
מחוז הרכישה :	רמת גן	מחוז הרכישה :	WISON
סכום הרכישה מטבע ספק :	9,985 ו"ו	עד בשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	3 אפ"ס		

חלוקה התכנסה בתאריך 23.9.11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באותה האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

יובל שדר
משנה למנהל
המרכז הרפואי ת"א
24-08-2011

חתימת המאשרים :

שמואל ענבר

עריד רוט פריד

רמי תנונני

המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – המחלקה לדיגנוסה רפואית
טל': 03-6973208 :פקס : 036973440

תאריך : 09.03.2011
06-03

לכבוד:
ועדת רכישות

הנדון : רכישת זרוע למערכת נוירוגנייה MISON

בת.ג., במערכת נוירוגנייה של היצרן MISON נשבר פין הגבלת תנוע של זרוע שמחזיקה מצלמת הא"א של המערכת. עקב שבירת הפין שזה חלק של עמוד הזרוע, הכבל שמחבר את המצלמה למכשיר עצמו נקרע. העמוד והכבל לא ניתנים לתיקון, לא באתר ולא אצל היצרן ואפשרות היחידה זה להחליף את כל הזרוע עם העמוד.

עלות החלק (מק"ט 10088) יורו + שעתים עבודה \$220

צמל יעקובסון בע"מ ספק בלעדי של המערכת ושל החלק שהתקלקל ולא ניתן לרכוש את החלקים ואת

העבודה מספק אחר

מצרפת הצעת המחיר של החלק המקולקל.

בברכה
דורון לאקה

מהנדס מכשור רפואי
ד"ר דניאל זאקס
לואיס זאקס מנהל מחלקת
חידוש מכשירי רפואה
מרכז רפואי סוראסקי ת"א