



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.8.2
 פרק משני: פטור ממכרז מספר טופס: ט. 7.8.2.1

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	המרכז הרפואי ברזילי
תאריך:	03.04.11

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
 מערכת חדשנית, ייחודית המבצעת עיקור של אשפה פתוגנית (חומרים ביולוגים מחוללי מחלות) בשילוב מגרסה, הטכנולוגיה ייחודית ומבוצעת בשימוש במעקר קיטור קיים בתוספת ציר מכני דו-שלבי לגריסת האשפה בזמן העיקור, שילוב גורס מהיר בדוד לחץ/ ואקום.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

שם הספק:	כט טכנולוגיות בע"מ פיתוח וייצור מערכות בקרה
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	51159629פ.ח
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	225 אל"ש"ח
תקופת ההתקשרות:	למשך 36 חודשים

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2	פרק ראשי: התקשוחיות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.8.2.1	פרק משני: פטור ממכר

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

<p>האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת :</p> <p>התקיים סבב למס' גדול של בתי חולים, מרכזים רפואיים וארגונים אחרים שבהם מבוצע פינוי פסולת רפואית זיהומית.</p> <p>כמו כן נעשתה פנייה למר ניל פרלמן מנהל תחום מינהל ומשק במשרד הבריאות לבחינה המצאות ספקים.</p> <p>על פי מיטב ידיעתנו ובדיקה שערכנו המכשיר הנ"ל לא קיים בארץ באף ארגון פרטי/או בית חולים אין ספק נוסף היכול לספק מכשור דומה בתכונותיו.</p> <p>למכשיר תו מכון התקנים והוא עומד בכל דרישות תקני הבטיחות הנדרשים בארץ.</p>

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכר.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

נימי מימון
מנהל מערך המשק והחצר
מרכז המידע ברזלי

נימי מימון	מנהל מערך המשק והחצר
שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית