






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מומינה :	אופל וגים	מס' ועדה :	11537-1
מחוז הרכישה :	מזרעון ארזים	סכום הרכישה מטבע ספק :	עד 50,000 ש"ח
ספק פוטנציאלי :	גולף	מס' חשבונית	11537-1

הוועדה התכנסה בתאריך א. 4. 11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באחר האינטרנט לסקלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים :

	שמואל שלום
	עידו רוטנברג
	יהודה שלום
	ד"ר בני תנעמי

מונכל ארזים

**חברת הרפואה תל-אביב**  
**מתלקת הנדסה רפואית**  
**טל : 03-6973208**  
**פקס : 03-6973440**

24 במרץ 2011

סימולבין : 24-03

לכבוד  
וועדת רכישות  
בא"ר

**הנדון : רכישת מוניטור הרדמה לבית חולים דנה לילדים – חדר סדציה**

המוניטורים להרדמה שבשמוש בבית החולים הם המוניטורים של חברת DATEX-GE, מוניטורים אמיינים ומתקדמים. כדי לשמור על אחידות (בניה"ח כ – 30 מוניטורים הרדמה של יצרן זה) וכדי לאפשר ממשק מהיר ותקין לגילוי האלקטרוני IMDSOFT להרדמה הקיים בבניה"ח ללא צורך ברכישת דרייבר חדש (עלות דרייבר כ – \$10,000). ממליץ על רכישת מוניטור דגם : CARDIOCAP S/5, יצרן : חפי' DATEX-GE, סוכן : חפי' לבנט בע"מ. יש לציין שבחידה כבר קיימים מוניטור מאותו דגם.

בברכה,

מנדי מנדלוביץ  
מתנדס מתלקת הנדסה רפואית

