






אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק נחיד

יחידה מומינה:	אביב ריז בינוני	מס' ועוד:	10/592-1
מחוז הרכישה:	מל"א, אר"א + אר"ב ונתניה	עדד בשקלים:	56665
סכום הרכישה מטבע ספק:	56665	ספק פוטנציאלי:	גיל

חוזעדה התכנסה בתאריך 11.4.14 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם

המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

 שמואל גיבון	 עידו רוט פריד	 יהושע	חתימת המאשרים:
מנכ"ל אר"א	מנכ"ל תעמי		

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

5 באפריל 2011

סימון: 05-04

לכבוד
וועדת רכישות
באג

**הנדון: רכישת מוניטור ECG + מודול ספינומטריה ומודול מסבולי
עבור מחלקת סיפול נמוץ כירורגיה**

עקב הרחבת מחלקת סיפול נמוץ כירורגיה יש צורך לרכישת מוניטור ECG נוסף ומודולים לבדיקת תפקודי ריאות ומסבולי. ביחידה יש 10 מוניטורים של חגי DATEX מחוברים לתחת אחות. לצורך השלמת המערכת יש צורך לרכוש מוניטור ECG דגם: S/5, יצרן: DATEX-GE ומודולים של אותו יצרן. על מנת לאפשר התחברות לתחת אחות הקיימת, יש צורך לרכוש מוניטור מתוצרת DATEX בלבד.

בברכה,

מנדי מנדלוביץ
מתנדס מחלקת הנדסה רפואית

