




אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	רועי	מס' ועדה :	534-22
מהות הרכישה :	אביב OCT		
סכום הרכישה מטבע ספק :	€ 142,254	עד נשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	אגיס אר		

הוועדה התכנסה בתאריך 24.11.11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 או (א).

חתימת המאשרים : 
יוסי שחר
מנכ"ל רות פלר
שמואל עמיר
מנכ"ל אצטלי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

12 באפריל 2011

סימבוכין: 10-04

לכבוד
וועדת רכישות
באן

שלום רב,

הנדון: רכישת מכשיר OCT שחור/לבן עבור מרפאת עיניים


מרפאת עיניים מבקשת לרכוש מכשיר OCT שחור/לבן מהדור החדש, הכולל מספר מאפיינים יחודיים כמפורט להלן, והחשובים לאבטחת איכותה הגבוהה של הבדיקה.

1. נטרול השפעת תנועת עיני הנבדק משך הבדיקה על התוצאות. (EYE TRACKING)
2. יצירת תמונת בסיס של הרשתית ושימורה לצורך מיקום הבדיקות הנאות והשוואה ביניהן.
3. צלם באורך גל של 488nm (BluePeak) לצורך הערכת מצב הרשתית במחלות ניווניות ללא חומר נגד והשוואה עם צלומים אוטופלואורסצנטיים במעקב לאורך זמן.
4. בצוע צלומי פלורסין ו/או ICG בנפרד או בשלוב לסריקת OCT והשוואה ביניהם.
5. הערכה אנטומית מדויקת של עובי סיבי עצב הראייה, שחשובה ביותר למעקב במחלת תלואוקומה.
6. רזולוציה גבוהה ביותר באיכות הבדיקות, תוך כדי שמוש בסריקות בתדירות גבוהה מאד (40KHz).
7. יכולת בדיקה לא פולשנית של שכבת הדמית (CHOROID) המצאת עמוק יותר מתחת לרשתית (המרמזות על תחילת מחלה ברשתית.

8. אפשרות לבצוע בדיקות הן במרכז הראייה והן באיזורים פרפריים של הרשתית, גם כשהנבדק אינו רגוע ו/או אינו משתף פעולה.

מבדיקה שנערכה ע"י רופאים מומחים, מקורות מידע באינטרנט ומאמרים מקצועיים, נמצא שהמכשיר היחיד העומד בכל המאפיינים הנ"ל הנו דגם ה – SPECTRALIS, תוצרת חברי HEIDELBERG.
לפיכך, ממליץ לראות בחבר' טרדיס גוג' נציגתה תבלעדית של היצרן הנ"ל בארץ, ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,


ד"ר רונטי וולנטראוב
מנהל מחלקת הנדסה רפואית