

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/ השירות/ העבודה)
הכיל _____ ולעיסטולקס עתפו גילב עסריוקלי
יעניימי כפי לעסבי

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין X

שם הספק:	שני סג
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	2246 - 511029035
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	106,000 י"מ + 481
תקופת ההתקשרות	



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

10 בינואר 2012
מספרנו: זש/2012-0012
תיק: 1014, 1125

לכבוד
ד"ר דינה נוף
241
נכבדתי,

הנדון: מח' לכירורגיה ב' -
חוניד לרכישת-אולטראסאונד לחדר ניתוח לניתוחים לפרוסקופיים
ולניתוחי כבד ולבלב

תכתובת בדוא"ל מיום 27.12.11, 29.12.11

1. בהמשך לסימוכין מבקשים פרופ' צירניאק ופרופ' רובין לרכוש המכשיר שבנדון, כתחליף לדגם SSD-3500SX תוצרת ALOKA (מס' סד' M13164), המצוי בשימוש, זאת מאחר ואינו ממצא את ייעודו בצורה אופטימלית לייעוד הנדרש, קרי - לניתוחים לפרוסקופיים, לניתוחי כבד ולבלב.

המכשיר המתאים ביותר והטוב ביותר כיום מסוגו לייעוד הנדרש, הינו דגם FLEX FOCUS 700, שלו ייחודיות שאין לה מתחרים ברמה העולמית. ייחודיות הדגם הינה בנקודות הבאות:

א. קיום מתמר לפרוסקופי גמיש, דגם 8666, הכולל BIOPSY GUIDE ייעודי, לפרוצדורה לפרוסקופית ללקיחת ביופסיה באמצעות מחט באופן מדויק.

ב. קיום מתמר CONVEX ייחודי דגם 8824, המאפשר צפייה בשני מנחים אורטוגונליים, (Longitudinal, Sagittal, Transverse).

ג. קיום מודול PIP המאפשר צפייה בו-זמנית בתמונה אנדוסקופית ובתמונה סונוגרפית.

ד. קיום שלט אלחוטי להפעלת המכשיר ברמת איכות שאין לה מתחרה.

הבהרות

א. נתוני המתמר לפרוסקופי הייחודי:

תחום תדרים - 5-10MHz.

תחום המיקוד - 5-86mm.

זווית הסריקה - 36°.

עיקור: אימרסיה, ETO, SYSTEM-1, תוצרת STERIS.

ב. נתוני מתמר CONVEX הייחודי:

תחום תדרים - 4-10MHz.

תחום המיקוד - 5-95mm.

עיקור: אימרסיה, EO, מע' עיקור תוצרת STERIS, SYSTEM-1, Sterrad 50, 100, 200.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

2. רצ"ב הצעת חב' שניטל לרכישת הדגם הייחודי הנ"ל מתוצרת B&K, ואשר כוללת את המרכיבים הבאים:

א. מכשיר אולטראסאונד הכולל מסך מגע צבעוני בגודל 19".
המכשיר מאפשר חיבור 3 מתמרים בו-זמנית, כולל דופלר ותיעוד תמונות וסרט.

ב. מתמר לפרוסקופי ייחודי דגם 8666.

ג. מתמר CONVEX ייחודי דגם 8824 לכבד ולבלב.

ד. מתמר CONVEX מסוג 'Intraoperative' דגם 8816 לצפייה תוך ביטנית-לבלב וכבד) (לא ייחודי), בתחום תדרים 4-10MHz ותחום מיקוד 5-95mm. לא מאפשר ביצוע ביופסיה.

ה. מדפסת וידאו ש/ל.

ו. מודול PIP.

ז. חיבור DICOM.

3. דגם FLEX FOCUS 700 הינו הדגם המוביל והייחודי ברמה עולמית באפליקציות הנדרשות ע"י פרופי צ'רניאק ופרופי רובין, אין לו מתחרה, לפי שעה, בהתאם למפורט לעיל ולפיכך ניתן לראות את היצרן B&K דנמרק, ספק בלעדי לרכישה זו על כל המשתמע מכך.

ההזמנה תכלול ספרות הפעלה ושרות ותקופת אחריות של לפחות 24 חודשים מיום הקליטה והשימוש בפועל בבית"ח (לא מיום האספקה).

הבהרה

יש לקבל עלויות המתמרים הכלולים בהצעה ומומלץ לקבוע את עלותם למשך 5 שנים. מרכיב המתמרים הינו המרכיב הדומיננטי בעלות השימוש במכשיר האולטראסאונד ובמיוחד כאשר מדובר במתמרים ייחודיים - היבט כלכלי שמקבל משנה תוקף.

מומלץ לקבוע לוי"ז לקבלת מתמרים בעת תקלה כדי למנוע עיכובים בשימוש.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתקים: פרופי מ. רובין
פרופי א. צ'רניאק
מר א. שלומב