

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	רפואת שיניים
מספר הספק (ח.פ./ח.צ./ע.מ./מספר עמותה):	1773 - 520036195
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	86,099.60 \$ + 18%
תקופת ההתקשרות:	





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

27 בדצמבר 2011  
מספרנו: יש/2011-0491  
תיק: 1-5012, 9-1120

לכבוד  
ד"ר דינה נוף  
מר אריה שלומוב  
כאן

נכבדי,

הנדון: מח' לנוירולוגיה/היח' לשבץ מוחי -  
חוו"ד להרחבת מע' ניטור מודולרית מרכזית  
א. מיכרז מצפ 213/10  
ב. דוא"ל פרופ' טנה מיום 21.12.11

1. בסימוכין ב' סעיף א' מבקש פרופ' טנה להרחיב מע' הניטור הקיימת בשימוש יחידתו בכמות של 6 מוניטורים.

בהתאם לתוצאות המיכרז של מע' ניטור מודולרית מרכזית עבור נוירוכירורגיה שבסימוכין א', נרכשה עבורו מע' ניטור הכוללת 6 מוניטורים דגם MP-60 עם מודול בסיסי דגם M3001A#A01 המצוי בכל מוניטור מתוצרת פיליפס (במיכרז הדגמים היו MP-70 ו-MP-80).

הגדלת כמות המוניטורים ביח' מכמות 6 לכמות 12 תהיה, איפוא, לדגם זהה לזה שנרכש ושימוש בפועל, קרי - לדגם MP-60 עם מודול בסיסי M3001A#A01. רצ"ב הזמנה מס' 21111041, פריטים 3+4 (עלות מוניטור ומודול).

מאחר ונדרש לחבר המוניטורים אל תחנת אחות, נדרש להוסיף לעלות הנ"ל עלות הרשימות המפורטות בהצעת המחיר מס' A1016589 הרצ"ב, פריט 16.

2. יש, איפוא, לממש הגדלת כמות המוניטורים (6 יח') בהתאם לנ"ל, על מנת להבטיח אינטגרציה מלאה בין המערכת הקיימת בפועל לתוספת הנדרשת. מע' הניטור חייבת לכלול מוניטורים מדגם זהה, על מנת שתהיה אחידות בהפעלה ויכולת חיבור לתחנה המרכזית הקיימת.

ניתן לפיכך לראות את חב' פיליפס ונציגותה ספק בלעדי לתוספת על כל המשתמע מכך.

למוניטורים הנרכשים עם המודול תינתן תקופת אחריות של 24 חודשים כמקובל.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת

העתק: פרופ' דוד טנה