

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

	<b>משרד:</b>
	<b>יחידה מזמינה:</b>
	<b>תאריך:</b>

מדינת ישראל X קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
רפ"ל - קולקט	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X      שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

	<b>שם הספק:</b>
	<b>מספר הספק</b>
	<b>(ח.פ./ח.צ./ע.מ./ מספר עמותה)</b>
	<b>ספק זה הינו:</b>
	<b>אומדן / שווי ההתקשרות:</b>
	<b>תקופת ההתקשרות</b>

ספק יחיד X      ספק חוץ \_\_\_\_\_  
 18,530 י"ח ל"א





המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

13 בדצמבר 2011  
מספרנו: יש/2011-0468  
תיק: 7,013-2,1219

לכבוד  
ד"ר דינה נוף  
מר אריה שלומוב  
כאן

נכבדי,

הנדון: מכון פתולוגי – חו"ד לרכישת קריאוסטט

דוא"ל ד"ר רוזנבלט מיום 29.11.11 ו-7.12.11

1. פרופ' ברשק וד"ר רוזנבלט מבקשת לרכוש מכשיר חיתוך חצי אוטומטי לעבודה שוטפת קרי ביצוע חתכים קפואים במהלך ניתוח על מנת להחליט על המשך הניתוח. מדובר בדגם בו פעולת החיתוך מבוצעת ידנית ואולם קידום הדגימה (הרקמה) מבוצע באמצעות מנוע פסיעות (Stepper Motor) המשמש גם ל-Trimming (חיתוך גס של פריטי הדגימה שאינם רלבנטיים לחיתוך הדרוש).

המכשיר יכלול את המרכיבים הבאים:

א. מע' הקפאה מהירה לדגימה.

ב. תנועת הדגימה במרחב בשלושת הצירים.

ג. מע' הפשרה אוטומטית.

ד. מנגנון עבור Anti Roll לקבלת לחיתוך פרוס ישר.

2. בעקבות כישלון הקריאוסטט של חב' SAKURA במכון הפתולוגי של ביה"ח הופסק שיווק דגמי הקריאוסטטים של החברה. מוצר חב' SHANDON נבדק ונפסל. לפיכך היצרן היחיד הנותר בתחום דיאגנוסטיקה שלו המוניטין הטוב ביותר, ובעל נציגות מקומית טובה הינו חב' LEICA, כאשר הדגם המתאים לנדרש הינו: CM-1850 UV המצוי בביה"ח במספר מעבדות ומוכנים ובמכון הפתולוגי החל מיום 13.6.2007.

רצ"ב מכתבה של ד"ר כנרת רוזנבלט המבהיר גם את הצורך באחידות הציוד, נק' קריטית מהיבט משתמש. בדגם זה טמפי הקירור המהיר מגיעה עד -60°C ודיוק ההפשרה מבוסס הן על טמפי והן על זמן.

לנוכח הנ"ל מומלץ לממש הצעת חב' רניום הרצ"ב, כאשר לנוכח הנסיבות ניתן לראות את היצרן ונציגותו המקומית ספק בלעדי לרכישה.



המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

הצעת המחיר תכלול את הפריטים הבאים:

1. המכשיר.
  2. בסיס מחזיק סכין.
  3. מחזיק סכין (לסכינים מסוג HIGH PROFILE – סכינים חד פעמיות).
  4. אביזר לשימוש בסכינים מסוג LOW PROFILE – (סכינים חד פעמיות).
  5. גוף יניקה לביצוע הקפאה מהירה.
- תקופת האחריות תהיה כמקובל בביה"ח, דהיינו 24 חודשים.  
כמו כן יסופקו ספרי הפעלה ושרות כמקובל.  
הבהרה: בסימוכין מציינת ד"ר רוזנבלט כי חב' אקסלאב מהווה מקור פוטנציאלי.  
בבדיקה עם חברה זו המשווקת ציוד מיד שניה נמסר כי אין להם קריוסטט.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי  
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: סימוכין+הצעת מחיר

העתקים: פרופ' א. ברשק  
ד"ר כ. רוזנבלט