

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	זעקוב (ר) (רמ)

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה _____

שירותים _____

טובין X

	שם הספק:
	מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
	ספק זה הינו:
	אומדן / שווי ההתקשרות:
	תקופת ההתקשרות:

מספר הספק: 1990
 ספק יחיד _____ ספק חוץ _____
 אומדן / שווי ההתקשרות: \$ 17,304



המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

7 בדצמבר 2011
מספרנו: יש/2011-0463
תיק: 1,3004

לכבוד
גב' גילי נעים
כאן

נכבדתי,

הנדון: ט.נ. ילדים – חו"ד לרכישת אינקובטור פתוח

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במכשיר בעל התכונות העיקריות הבאות:
 - א. חימום מבוקר חום עור מטופל וידני.
 - ב. מזרון בגודל מינימלי של 60x70 ס"מ לצורך התאמה לתינוקות גדולים.
 - ג. דפנות עריסה גבוהות (20 ס"מ לפחות מעל העריסה).
 - ד. אפשרות להכנסת קסטה לצילום רנטגן ללא הזזת המטופל.
 - ה. אפשרות לשקילת המטופל.
 - ו. אפשרות להרמה והורדה חשמלית של העריסה.
 - ז. מקומות לאכסון ותלייה.
 - ח. אפשרות לניוד.
 - ט. זינה – 230V/50Hz.
3. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' Q112763, מיום 17.11.2011 של חב' בפקס, לדגם IW934 תוצרת חב' FISHER & PAYKEL לכל סעיפיה.
4. נבדקו דגם GIRRAFFE תוצרת GE ודגם BABYTHEM תוצרת DRAGER. הובהר כי אין ברשותם מזרון (סעיף 2.ב.) ברוחב המתאים (60 ס"מ לפחות). לאור הנ"ל ניתן לראות ביצרן GE ובנציגתו חב' בפקס ספק יחיד. יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג. יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

בברכה,
צפריר בן יהודה - Msc
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: גב' ליאת כהן