

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
07/12/11	תאריך:

_____ **קרון מחקרים** **X** **מדינת ישראל**

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
רכישת משורים ממונעים זעירים עבור כירורגיית פה ולסת

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא **X** _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

_____ **טובין X** _____ **שירותים** _____ **ביצוע עבודה**

שם הספק:	"א.מ.י. טכנולוגיות"
מספר הספק (ח.פ./ח.צ./ע.מ./מספר עמותה):	511283194
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד X _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	
תקופת ההתקשרות	

L CENTER
ersity

AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917

פקס. 972-3-5303387

17 בנובמבר 2011

מספרנו: יש/2011-0440

תיק: 1141, 1017

לכבוד
ד"ר דינה נוף
מר אריה שלומוב
כ א ב

נכבדי,

**הנדון: המחלקה לכירורגיית פה ולסת -
חו"ד לרכישת משורים ממונעים זעירים**

פנייתך לרכש מיום 13.11.11

בשימוש פה ולסת שתי מערכות קידוח וניסור כירורגי תוצרת STRYKER.

ד"ר רן יהלום מבקש להוסיף שני סוגי משורים זעירים עבור כל אחת משתי המערכות:

א. משור רציפרוקלי - לביצוע חתכים אנכיים בעצמות הפנים וחיתוכים עדינים בתוך חללי הגולגולת כגון ארובת העין ואזורים עמוקים בחלל הפה.

ב. משור אוסצילרי לקצירת עצם וביצוע הפרדת עצמות באזורים מסוכנים (גולגולת, בסיס הגולגולת).

מומלץ לממש רכישת שני סוגי המסורים הנ"ל, בכמות 2 יח' מכל סוג, עבור כל אחת משתי המערכות הקיימות.

מדובר בתוספת למערכות קיימות שכן כדי להפעיל המסורים קיים צורך לחברם ליח' ההנעה שבכל אחת מהמערכות הקיימות.

לנוכח הנ"ל, ניתן לראות את היצרן STRYKER, ספק בלעדי לרכישה מאחר וחובה לחבר למערכת קיימת ציוד מיצרן המערכת.

תינתן אחריות למשך 24 חודשים כמקובל במוסד.

ב ב ר כ ה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: ד"ר רן יהלום