

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרן מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
שירותי ייעוץ וניהול פרויקט

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין + שירותים _____ ביצוע עבודה _____

VARIAN	שם הספק:
9403	מספר הספק
ספק יחיד _____	(ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)
ספק חוץ _____	ספק זה הינו:
\$ 3,500,000	אומדן / שווי ההתקשרות:
\$ 1,000,000	תקופת ההתקשרות



30/11/2011

לכבוד ועדת מכרזים.

הנדון : שדרוג מאיצים VARIAN במכון לרדיותרפיה.

במכון לרדיותרפיה אונקולוגית בשיבא אנו מבקשים לבצע שדרוג של 2 מאיצים של חברת VARIAN שהנם בני 13 (2100CD) ו-15 שנה (C2100), מיושנים ואינם נותנים מענה הולם לצרכי הטפול המודרני ברדיותרפיה.

אנו מבקשים לרכוש 2 מאיצים מודרניים של חברת VARIAN – מאיץ מסוג TRUEBEAM ומאיץ נוסף מסוג TRILOGY שנותנים מענה לצורך טפול קרינה מתקדמים.

אנו מבקשים לרכוש מחברת VARIAN-ISI – כספק יחיד מהטעמים הבאים :

- א. מערכת תכנון הקרינה של המכון הינו ECLIPSE של VARIAN ועל כן כל המאיצים נמצאים על אותו רשת ויש אינטגרציה ממוחשבת מלאה ובטוחה מבחינת העברת הנתונים ממערכת התכנון למאיץ. אינטגרציה זו מונעת אפשרות של טעויות אנוש בהעברת נתונים בצורה ידנית. בנוסף יש הקטנה ניכרת של טעויות אפשרויות בהעברת מידע ממערכת תכנון של חברה אחת למאיץ של חברה אחרת.
- ב. עיקרון הזוגיות. במכון כעת עוד 3 מאיצים אף הם של חברת VARIAN - TRUEBEAM, TRILOGY ומאיץ C600. על מנת להבטיח רציפות טפול במקרה של תקלות חשוב מאד כי קיים מאיץ זהה, אליו ניתן להעביר את הטפול בצורה מיטבית.
- ג. צוות המכון – רופאים, טכנאים, פיזיקאים ומהנדס המכון מכירים את המכשור של VARIAN והדבר חוסך ההשקעה רבה במשאבי אנוש וימנע בלבול.
- ד. במכון קיימים בסיסי מאיצים המקובעים ביסודות החדרים הבסיסיים המתאימים למאיצי VARIAN. הם ניתנים לשינוי אבל בהוצאה כספית ניכרת ובמשך זמן ניכר.
- ה. השבוע קרס המאיץ בחדר 3 ויש להחליפו בהקדם האפשרי לטובת החולים, והתקנה וההפעלה של מאיצי VARIAN המתאימים לכל התשתית הפיזית והממוחשבת תהיה מהירה יותר.

ד"ר צבי סיימון
מנהל היחידה לרדיותרפיה
המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא
מ"ד 1993

בברכה,

ד"ר צבי סיימון
מנהל המכון לרדיותרפיה אונקולוגית
כאן