

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל X \_\_\_\_\_ קרן מחקרים

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
מכיל - 3 מכלול - CR 1827	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X    שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	מספר הספק:
מס' 171	1413
510508260	(ח.פ./ח.צ./ע.מ./מספר עמותה)
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	7817 A 189,300
תקופת ההתקשרות:	



## אגף הדימות

כ"ז חשוון, תשע"ב  
24 נובמבר, 2011

לכבוד  
אריה שלומוב  
כאן.

מר שלומוב הנכבד,

### הנדון: החלפת שלוש מערכות CR גדולות בקמפוס שיבא.

במרכז הרפואי המשולב קיימות שלוש מערכות CR גדולות לפיענוח צילומים במקומות בהם עומס נבדקים גדול, כולן מתוצרת חברת FUJI. להלן פרוט:

1. במלר"ד במכון הרנטגן: זה כלי העבודה המרכזי בצילומים של נבדקי המיון וצילומי ראות במיטת החולה במחלקות. המכשיר נרכש ביוני 2007. מבצעים בו מאות אלפי פענוחים בשנה, מערכותיו שחוקות ותקלותיו מרובות. בעת תקלה מושבתים חלק משרותי הדימות במיון. למכשיר שתי תחנות עבודה שיש לשדרג.
2. מכון הרנטגן המרכזי: משרת את נבדקי המרפאות ומאושפזים. גם בו נסרקים מאות אלפי צילומים בשנה. המכשיר נרכש בינואר 2007. גם בו המערכות נשחקו משימוש מרובה דבר המעלה את אחוז התקלות המכניות ונפגע השרות. למכשיר שתי תחנות עבודה שיש לשדרג.
3. ביה"ח לילדים ע"ש ספרא – מכון הרנטגן: מערכת ייחודית הקוראת את הפלטה המצולמת משני צדדיה, ומביאה לחיסכון משמעותי בקרינה. משרתת את המאושפזים והמרפאות בביה"ח לילדים וכן את יולדות, יונקים והפגים. המכשיר נרכש בינואר 2008. גם בו המערכות נשחקו משימוש מרובה דבר המעלה את אחוז התקלות המכניות ונפגע השרות. למכשיר תחנת עבודה אחת שיש לשדרג.

מערכות CR עובדות עם קסטות שבתוכן פוליות (מסכי הגברה). הציוד מתכלה לאחר שימוש בכ-10,000 צילומים. עלות קסטה עם פוליה עומדת על כ-\$1000. בשימוש בכל המכשירים עומדות לרשותנו כ-120 קסטות, שיתאימו למכשירים החדשים המבוקשים.

יש שני יתרונות בולטים לרכש מערכות FUJI:

1. איכות: האיכות של הצילום המתקבל ממערכות FUJI הינה ברמה טובה מאוד, ומכאן איכות האבחון של מחלתו של הנבדק גבוהה ביותר. רמת שביעות רצון גבוהה מצד הרופאים המפענחים (רופאים אורטופדים, פנימאים, רופאי ריאות ועוד וכמובן רדיולוגים).

2. שימוש אחיד באותן קסטות בכל 7 המכשירים (4 קטנים ו-3 גדולים המבוקשים בזאת), יביא לאחידות בציווד וכן יביא לחיסכון ברכש קסטות המתבצע כל שנה. רכישה של מערכת מספק אחר תחייב החלפת כל הקסטות שבשימוש כיום (עלות נוספת של כ-\$ 120,000).

מצ"ב הצעת מחיר מספר 110269 מיום 17 נובמבר 2011 של חברת דינקו בע"מ, נציגתה הבלעדית של היצרן FUJI בישראל ע"ס \$ 211,468.

לאור האמור לעי"ל ומתוך הנימוקים עולה שהציווד המתאים ביותר הינו המוצע ע"י חברת דינקו, ומיוצר ע"י FUJI, ולכן יש לראות בספק זה ספק יחיד.

אודה על טיפולך,

בברכה,



יוסי ורד  
רנטגנאי ראשי

העתק: ד"ר א. קונן