



כ"ח תשרי, תשע"ב  
26 אוקטובר, 2011

**מכרז פומבי 25/2011 - הקמת מרכז דיאגנוסטי בבית החולים העירוני בעיר ויניצה אוקראינה  
מטעם אגף מש"ב (אגף לשיתוף פעולה בין לאומי)**

**מענה לשאלות מציעים (סבב ראשון)**

1. באשר לציוד הרפואי הנדרש על ידי המשרד (סעיף 4 עמוד 6 למסמכי המכרז), האם המשרד יוכל לפרסם מפרטים טכניים עבור הציוד הנ"ל?  
**תשובה:** המציע יצרף להצעתו מפרטים טכניים לציוד הרפואי שביכולתו לספק למשרד. הציוד הרפואי שיפורט בהצעה יעמוד בדרישות המינימאליות שצוינו בסעיף 4 עמוד 6 למסמכי המכרז.
2. האם נדרש מכשיר רנטגן דיגיטלי או מכשיר רנטגן הפועל על בסיס פילם?  
**תשובה:** הזוכה במכרז יידרש לספק מכשיר רנטגן דיגיטלי.
3. לאיזו מטרה משמש מכשיר ה-US והאם ניתן לספק מכשיר משומש?  
**תשובה:** הזוכה במכרז נדרש לספק מכשיר US חדש עם טרנסיוסר ללב ולגניקולוגיה.
4. האם ניתן לספק מכשיר ECG משומש?  
**תשובה:** הזוכה במכרז נדרש לספק מכשיר ECG חדש.
5. האם קיימת דרישה מסוימת או מפרט ספציפי עבור הריצוף והקרמיקה?  
**תשובה:** המציע נדרש לפרט בהצעתו את סוג הקרמיקה והריצוף, מעבר לכך אין דרישות ספציפיות לגבי הריצוף והקרמיקה.
6. האם הזוכה במכרז יידרש להכשיר רופאים לשימוש בציוד הרפואי?  
**תשובה:** צוות העובדים מטעם הזוכה במכרז יידרש להכשיר את הצוות הטכני של בית החולים על מנת שיוכל להפעיל את הציוד הנ"ל.

**המועד האחרון להגשת הצעות למכרז נדחה ליום שלישי 29 בנובמבר 2011 בשעה 12:00. אין שינוי בכל יתר תנאי המכרז.**

יש לצרף להצעה מסמך זה כשהוא חתום על ידי מורשה החתימה של המציע.

בברכה,

דוד דן רדניץ  
מנהל מחלקת מינהל ותקציב  
מש"ב