

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	מספר
	מספר חשבונית
96.9.11	

מדינת ישראל / קרן מקרית

(טל שטר X במקום המוטאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האזור מזהה את התקשורת (שם היחידים הנבחרים של המכרז / השירות / העבודה)	
רפ"ע	אספק אולפנים' 8'35'8
Acist	גליל

האם קיים חשש זה מסדו פורסם של החשב הכללי או שיש צורך למסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המוטאים)

טובין שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	א"ג' סקולוג'י
מספר הספק (ר"פ, ר"ג, ר"מ מסמך עמותה)	511983194
ספק זה היחיד:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אזור מזהה את התקשורת	" 48A ± B 35A
החשבונית	חא - 2001

אגף הדימות

כ"ז אלול, תשע"א
26 ספטמבר, 2011

לכבוד
ועדת המכרזים
המרכז הרפואי
כאן.

נכבדיי,

הנדון: מזרק אוטומטי לצנתורי-לב מתוצרת Acist.

חדר הצנתורים מספר 4 שבמערך הצנתורים במכון הלב מוחלף בימים אלה מחדר מתוצרת סימנס לחדר מתוצרת פיליפס. בחדר כיום מותקן מזרק אוטומטי להזרקת חומר ניגודי מתוצרת חברת אסיסט, הסוכן בישראל חברת אמי טכנולוגיות בע"מ. התברר לנו שלא נוכל להעביר המזרק הקיים לחדר החדש היות וכל מזרק נבנה ומותאם על פי יצרן חדר הצנתורים ומזרק מותאם לסימנס אינו מתאים לפיליפס. אי לכך אנו נאלצים לרכוש מזרק חדש. להלן הנימוק לרכש מזרק אסיסט כספק יחיד:

1. המערכת סגורה בטיחותית מבחינת כניסת אוויר למערכת.
2. התפעול מאפשר שימוש מדויק בכמויות חומר הניגודי המוזרק, דבר התורם לשימוש מופחת בכמות הכוללת של חומר הניגוד המוזרק לנבדק.
3. אופן הפעלה פשוט ונוח ביד אחת של הרופא המבצע.
4. ישנה אפשרות של בחירה בתוכניות הזרקה ולחצי הזרקה מגוונים בהתאם למיקום הקטטר בלב הנבדק.
5. בשני חדרי הצנתורים האחרים מותקנים מזרקים זהים כך שיש אחידות הן בתפעול והן בשימוש במתכלים.
6. בכל חדרי הצנתורים בישראל זה המזרק המקובל והנהוג, ואיננו מכירים מזרק מתוצרת אחרת המשמש בצנתורים.
7. נעשה נסיון בעבר להשתמש בתוצרת מתחרה של היצרן מדרד הסוכנות מדטכניקה, שלא ענה על דרישות המצנתרים, לא בשיבא ולא במוסד רפואי אחר.

לאור האמור לעייל אודה על אישורכם לספק יחיד.

בברכה,



יוסי ורד
רנטגנאי ראשי.