





אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק נתיב

יחידה מומינה :	ת.ד. תל אביב	מס' ועדה :	110636
מרות הרכישה :	המל"מ אפרימם עלי"ב שיק"ל 9800-000	סכום הרכישה מטבע ספק :	53,420 ₪ עדרישקלים: בט"ל מ"מ
ספק פוטנציאלי :	ד"ר א. אצית - GE	חלוקה התכנסה בתאריך	12/9/11
		המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).	

חתימת המאשרים:  יוסי שחר

עוז'ד רות פלר  שמואל עמר

ד"ר בני תנעמי מיכל אריאלי

**המרכז הרפואי תל-אביב**  
**מחלקת הנדסה רפואית**  
**טל : 03-6973208**  
**פקס : 03-6973440**

18 באוגוסט 2011

לכבוד  
וועדת רכישות  
מאן

אדוניס נכבדים,

**הנדון : החלפת (רכישת שפופרת) עבור מערכת ניידת שיקוף**  
**במחיר ניתוח**

במחיר ניתוח מותקנת מכונת רנטגן ניידת שיקוף מסוג OEC-9800, מסי"ד ב"ח : 01735, יצרן : ת.ב. ג.ע., סוכן : ת.ב. ג.ע.", הכוללת שפופרת שהנה בלתי נפרדת מהמערכת מ – 29.07.03.

בתאריך 16.8.2011 לאחר בדיקת התקלה ע"י אנשי שירות נמצא ששפופרת הרנטגן התקלקלה. לצורך השמשה מיידיית של ניידת שיקוף לבדיקות מפליץ לרכוש ולחתקין שפופרת חדשה היית ושפופרת זו הנה חלק אינטגרלי מהמערכת, יש לראות בה השלמה למערכת הקיימת ובת.ב. ג.ע." ספק יחיד לשפופרת מקוררית למקרה זה.

בברכה,

שמריה מוזיקאנט  
ראש מדור תחום דימוות ואנקולוגיה