







אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	ת.נ.	מס' ועדה :	110634
מחוז הרכישה :	קוצר רחל		
סכום הרכישה מטבע ספק :	513,000 ש"ח	ערך בשקלים :	
ספק פוטנציאלי :	א. יצחקון		

חועדה התכנסה בתאריך 5/9/11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באחד האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

 שמואל עזר	 עידן דותן	 יוסי שיתרי	 רמי תנעבי
		חתימת המאשרים:	



אגף חדרי ניתוח

טל' - 3258 - 03-697

פקס - 03-692-5752

29.8.2011

**לכבוד**  
**וועדת רכישות**  
**בא**

א.ג.ג.,

**החיקה: SUTURABLE DURAGEN - נייורופלויג'ה - יצרן INTEGRA**

מדובר בצידוד נצרך ייעודי לניתוחי נייורוכירורגיה.  
מדובר בתחליף דורה המורכב מחומר קולגן שעשוי גיד של פרה. זהו תחליף שנספג, ניתן לתפירה או עגינה, יוצר אטיגמה מוחלטת ואינו מתכווץ.

1- תחליפי החדרה האחרים הנמצאים בשוק נבדקו ע"י רופאי המעריך הניורוכירורגיה ונמצאו נחותים בהשוואה לתכשיר המסופק ע"י צמל.  
חברת צמל יעקובסון - מספקת את הצידוד הייעודי לניתוחים המורכבים. ידוע כי מספר חברות מחקירות נוטלות את היוזמה לפתח מוצרים דומים אולם בשלב זה- חברת צמל יעקובסון הינה החידה היכולה לספק צידוד ייעודי ביותר קלני בדוק לפעולות פולשניות ספציפיות בניתוחי נייורוכירורגיה.

יש לציין שהצידוד מוכר לצוות המבצע ניתוחים אילו ומקטין את מידת הסיכון.  
צידוד זה הינו ייחודי וייעודי ואת היתרון הקליני שלהם לא ניתן להחליפו עקב היותם היחידים בשוק (ניסום).

לפיכך ברצוני לבקשכם לאשר את חברת צמל יעקובסון כספק יחיד ואת הצידוד כייצודי למטרות תג"ל.  
אין כל ניגוד עניינים הקשור להמלצתי זאת.

מייכל עזרון  
מנהלת מערך חדרי ניתוח

**מייכל עזרון**  
03-697-1396  
03-697-1396  
מנהלת מערך חדרי ניתוח

בברכה  
פרופ רם  
מנהל המערך  
פתיחה צב"ר  
03-697-1396  
03-697-1396  
מנהל המערך הניתוחי  
א"א א"א