

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

מסוד:	
התאגדות:	
מספר:	

מדינת ישראל X קרן מחקרים _____

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

זיהוי מותג ההתקשרות (שם ומירוס התכנות של הסופר / השירות / המכונה)	
היול 8 'ת' חתמה יציקו	

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	התקנים	
	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____	
	3,576 \$ 1812	

L CENTER
ersity

AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

5 בספטמבר 2011
מספרנו: יש/0370-2011
תיק: 1116-6, 4004

לכבוד
גב' גילי נעים
כאן

נכבדתי,

הנדון: אגף גניקולוגי/חדר לידה – חוו"ד לרכישת מחמם תינוקות

תכתובת מיום 5.9.2011

בחדר לידה מצויים מחממי תינוקות ישנים נושנים דגם 028, תוצרת MEDELA, אשר עקב התיישנותם, מצבם בכי רע. קיימת התפוררות של הכבילה החשמלית הפנימית המזינה את נורת החימום, דבר המחייב את החלפתם בדחיפות עליונה מאחר ומהווים סכנה בטיחות (התחשמלות).

מדובר בכמות של 8 יח' עבור 8 חדרי הלידה מתוך 12 הקיימים.

הדרישות מהמכשיר הינן:

א. אפשרות תלייה על הקיר.

ב. תצורת עבודה – MANUAL בלבד. אין צורך במע' SERVO שהינה מע' בקרת טמפ' עור.

ג. אפשרות לתצוגת טמפ' עור התינוק – גדולה, ברורה וברזולוציה של 0.1°C.

ד. אפשרות כיוון עוצמת החימום.

ה. התראה על תקלה.

ו. זינה חשמלית – 230V/50Hz.

בבדיקותינו הסתבר כי דגם IW-990 תוצרת Fisher & Paykel מתאים לנדרש. דגם זה מצוי בארבעה חדרי לידה מתוך 12 הקיימים.

בבירור טלפוני מיום 4.9.2011, עם קרן נציגת המכירות של חב' גזית, המשווקת מחממי תינוקות מתוצרת DRAGER, נמסר כי הדגם המשווק על ידם כולל מע' SERVO. אין ברשותם מכשיר חימום ללא SERVO.

לא ידוע על חברה נוספת ברמת Fisher & Paykel או DRAGER, שלהם מחממי תינוקות צמודי קיר.

L CENTER
ersity

AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשובל ע"ש חיים שיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-5303388/3917
פקס. 972-3-5303387

2

ניתן לראות את חב' Fisher & Paykel ספק בלעדי לרכישה ולממשה בהתאם להצעת מחיר מס' Q112152, של חב' בפקס, מיום 4.9.2011, לפריט 1 בלבד, בכמות 8 יח, על כל המשתמע מכך.

יש לדרוש למכשירים תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בהם בפועל.

לנוכח מצב קיים, נדרש לפעול בדחיפות עליונה כדי להחליף המחממים הלקויים בהקדם האפשרי.

בברכה,

ד"ר יורם שדמי
מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט : תכתובת+הצעת מחיר

העתקים : ד"ר א. שמיס
פרופי א. זיו
גבי מ. ורדה