

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

מדינת ישראל   X   קרן מחקרים \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>	
הכיל	לפניו
אדמיניסטרטיבית	2
אדמיניסטרטיבית	אדמיניסטרטיבית
השירות	השירות

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין   X      שירותים \_\_\_\_\_    ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	הספק
מספר הספק (ח.פ./ ח.צ./ ע.מ./ מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>  X  </u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	9640    "לחל + אדמי"
תקופת ההתקשרות	



THE STATE OF ISRAEL  
 MINISTRY OF HEALTH  
 THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
 Affiliated to the Tel-Aviv University  
 Sackler School of Medicine  
 TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
 משרד בריאות  
 המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
 מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
 באוניברסיטת תל-אביב  
 תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
 פקס. 972-3-5303387

2 באוגוסט 2011  
 מספרנו: יש/ 0319-2011  
 תיק. 6502, 1125-1

לכבוד  
 גב' גילי נעים  
 כאן  
 נכבדתי,

**הנדון: בית חולים שיקומי/גריאטריה ב' - חוו"ד לרכישת מכשיר אולטראסאונד לבדיקת נפח שלפוחית השתן**

פנייתך מיום 31.7.2011

1. בהמשך לסימוכין נדרשת רכישת המכשיר שבנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר במכשיר אולטראסאונד נייד המשמש לבדיקה לא חודרנית של נפח שלפוחית השתן. הבדיקה הבלתי פולשנית מקטינה את הסיכון לזיהומים (UTI), משחררת את המטופל מכאב, אי נוחות וטראומה בשימוש בצנתר, וכן תוסכת עלויות מאחר ואין צורך להשתמש בצנתרים.
3. הנכשיר כולל את המרכיבים הבאים:
  - א. מתמר לסריקת נפח שלפוחית השתן.
  - ב. צג מסוג LCD לתצוגת נפח וצורת השלפוחית.
  - ג. עגלה יעודית למכשיר ואביזריו.
  - ד. סוללה נטענת + מטען לצורך ניוד (8 ש"ע עם סוללה).
  - ה. מדפסת אינטגרלית לצורך תיעוד.
4. דגם BVI 3000 תוצרת חב' VERATHON ארה"ב עונה לדרישות ומשווק בארץ ע"י חב' בפקס (1095041620 + 10946227023). בבית החולים מצויים 12 מכשירים מהדגם הנ"ל הפועלים לשביעות רצון המשתמשים (מצ"ב הצעת מחיר מס' Q101173 מיום 2.6.2010). ליצרן דגם מתקדם יותר - BVI-9400 אשר יש לשקול רכישתו.
5. לחב' לבנט מכשיר דגם PORTASCAN+ תוצרת חב' MEDIWATCH, אך אין ביכולת החברה להדגים המוצר.

THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHAIM SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרמאות ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

**המחלקה להנדסה ביו-רפואית**  
**Bio-Medical Engineering Department**

טל. 972-3-5303388/3917  
פקס. 972-3-5303387

2

לחבי ברסלויער דגם SCANMASTER תוצרת חבי MMS. הדגם נפסל ע"י מכון אורולוגי (פרופי רמון) לאחר פנייה דרך מנוף.  
לא ידוע לנו על ספק אחר למכשיר דומה.  
לאור הנ"ל ניתן לראות בחבי בפקס נציגת חבי WERATHON ספק יחיד.  
6. מומלץ לממש הרכישה מחבי בפקס.  
יש לדרוש תקופת אחריות למכשיר שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בו.  
יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

בברכה,  
צפירי בן יהודה - MSc  
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר