



אישור פליסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מזמינה :	<u>רפ"א קב"מ</u>	מס' ועדה :	<u>11601</u>
מחוז הרכישה :	<u>מרכז הרפואי</u>	ערך בשקלים :	<u>39880 ₪</u>
סכום הרכישה מטבע ספק :	<u>39880 ₪</u>	ספק פוטנציאלי :	<u>ד"ר פ</u>

חוועדה התכנסה בתאריך 18/11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם המקצועי באחד האוניברסיט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים : ד"ר פ
חתימת המאשרים : ד"ר פ
חתימת המאשרים : ד"ר פ
חתימת המאשרים : ד"ר פ

18.07.2011

לכבוד
וועדת רכישות
מאג

שלוס רב,


תזכיר: רכישת 5 מפשירי א.ק.ג. עבור האגף הקרדיטולוגי

ביה"ח מתכוון לרכוש מכשיר א.ק.ג. מתקדם, שיכול להתחבר בתקשורת (Wired) ו-Wifi אלחוטית דו כיוונית (SEAMLESS) לארכיב תרשימי א.ק.ג. ארמוני - מערכת MUSE (קיימת) בקיום כל היכולות של מערכת ובניהם ובעיקר : **Serial Comparison, Database Search, Report Distribution**

מבדיקות שנערכו, מתברר -
מכשיר היחיד המאפשר לקיים את כל תכונות מערכת אירנוג, העומד בדרישות הנ"ל ובנוסף, מקיים דרישות לאבטחת מידע בבטיחות מרבית (מניעת אובדן בדיקות) - הינו מכשיר א.ק.ג. מדגם **MAC-5500** תוצרת תל GE (סוכן: אלדן).

לאור נתונים אלו, ממליץ לראות בצידו הנ"ל מכשור ייחודי ובחב' אלדן, פסק יחיד.

בברכה,



ראובן טורדימן
מנהל אגף מחשב

ראובן טורדימן
מנהל אגף מחשב