

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרון מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)</b>
רפ"ע - פרוטוקול ג' x א' חת' x ג'

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן \_\_\_\_\_ לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים \_\_\_\_\_ ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אייסמקס ישראל ג'מל ס"א 2
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <input checked="" type="checkbox"/> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	16,100 \$ + א"א
תקופת ההתקשרות	

חתימה	
-------	--

THE STATE OF ISRAEL  
 MINISTRY OF HEALTH  
 THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
 Affiliated to the Tel-Aviv University  
 Sackler School of Medicine  
 TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



דינת ישראל  
 שרד בריאות  
 זמרה הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
 סונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
 אוניברסיטת תל-אביב  
 נל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
 Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-530338/917  
 פקס. 972-3-5303387

28 בפברואר 2011  
 מספרנו: יש/ 0093-2011  
 תיק: 1120-12, 3004

לכבוד  
 גב' גילי נעים  
 241  
 נכבדתי,

הנדון: ט.ג. ילדים - חו"ד לרכישת פולסאוקסימטר מיוחד

רשימת הצטיידות ינואר 2011

1. בהמשך לסימוכין (סעיף 4) נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 2 יח'.
  2. מדובר במכשיר אשר תכונותיו הייחודיות מפורטות להלן:
    - א. שתי אפשרויות לניוד (בשיטת ה-DOCKING STATION):
      - (1) כמכשיר שלם בגודל סטנדרטי.
      - (2) כמסך בלבד בגודל קטן.
    - ב. זמן פעולת סוללה 5-16 שעות בהתאם לקונפיגורציית הניוד.
    - ג. רגיש במיוחד לתנודות, לפרפוזיה נמוכה והיפותרמיה.
    - ד. מזיזת SPH2 ו-SPH1, PVI.
  3. לא ידוע לנו על מכשירים דומים מיצרן אחר אשר בהם משולבים בנוסף לתכונות הסטנדרטיות של פולסאוקסימטר, גם התכונות הנ"ל. ניתן לראות ביצרן ובנציגו ספק יחיד.
  4. מומלץ לממש הצעת מחיר מיום 30.1.2011, של חברי IMTC, למכשיר דגם RAD-7 (מק"ט 1095060505) תוצרת MASIMO, בכמות 2 יח'.
- יש לדרוש תקופת אחריות למכשירים שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

בברכה,

צפריר בן יהודה - MsC  
 ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר  
 העתק: פרופי ג. פרת