

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ומירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
	g x פ.ל.ל

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן _____ לא _____

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X שירותים _____ ביצוע עבודה _____

	154 ס'ל'ס	שם הספק:
		מספר הספק
		(ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)
		ספק זה הינו:
		ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
	"למ + אבא" 28,600	אומדן / שווי ההתקשרות:
		תקופת ההתקשרות

L CENTER
ersity

AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-530338/917

פקס. 972-3-5303387

6 במרץ 2011

מספרנו: יש/2011-0112

תיק: 1,3004-1129

לכבוד
גב' גילי נעים
כ.א.ן
נכבדי,

הנדון: ט.ג. ילדים – חו"ד לרכישת אינקובטור פתוח

רשימת הצטיידות ינואר 2011

מכתב גב' אורית הורוביץ מיום 3.3.2011

1. בהמשך לסימוכין א' (פריט מס' 3) נדרש לרכוש הנדון בכמות יחיד.
 2. מדובר במכשיר בעל התכונות העיקריות הבאות:
 - א. חימום עילי ותחתי.
 - ב. אפשרות להזזת החימום העילי בזמן טיפול.
 - ג. התאמה לתינוקות במשקל של 5 ק"ג ויותר.
 - ד. שימוש במזרון גיל.
 - ה. אפשרות להכנסת קסטה לצילום רנטגן ללא הזזת המטופל.
 - ו. אפשרות לשקילת המטופל.
 3. גב' אורית הורוביץ בדקה האינקובטורים בבית החולים ולא מצאה התאמה לכל התכונות הנדרשות (סימוכין ב').
 4. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' 11Q00967, מיום 24.1.2011, של חב' גזית לאינקובטור דגם BABY THERM 8010, תוצרת DRAGER. דגם זה הינו היחיד הידוע בעל התכונות הנדרשות ע"י ט.ג. ילדים, כך שניתן לראות ביצרון ובנציגו ספק יחיד.
- יש לכלול בהזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

צפרייר בן יהודה – MsC
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: הצעת מחיר+תכתובת

העתק: פרופ' ג. פרת

L CENTER
ersity

AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים עיבא
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-530338/917
פקס. 972-3-5303387