

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא

תל- השומר

	משרד:
	יחידה מזמינה:
	תאריך:

קרון מחקרים _____

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה _____ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)	
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? _____ כן _____ לא

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X _____ שירותים _____ ביצוע עבודה _____

שם הספק:	_____
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	_____
ספק זה הינו:	_____ ספק יחיד _____ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	_____
תקופת ההתקשרות	_____

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי בדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).
3. **נימוקים והערות נוספות.**

"08" "2111" "034" 020034 020034 / 020034

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

חוות דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

שם בעל הסמכות המקצועית	ס/אסף תמ"ל 0303	חתימה
תפקיד בעל הסמכות המקצועית		

11107

L CENTER
ersity

AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש שאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-530338/917
פקס. 972-3-5303387

9 במרץ 2011
מספרנו: יש/2011-0126
תיק: 1130-6, 3004

לכבוד
גב' גילי נעים
כ.א.י.

נכבדתי,

הנדון: ט.נ. ילדים – חו"ד לרכישת וידאו לרינגוסקופ לאינטובציות קשות

הצטיידות ט.נ. ילדים ינואר 2011

1. בהמשך לסימוכין (סעיף 18) נדרש לרכוש המכשיר הנדון בכמות 1 יח'.
2. מדובר בוידאו לרינגוסקופ הכולל:
 - א. מצלמה זעירה מובנית.
 - ב. תאורת LED.
 - ג. הגנה על העדשה מזיהום וערפל.
 - ד. חיבור למוניטור צבעוני.
 - ה. אפשרות להקלטה.
- ו. זינה – 230V/50Hz (מופעל גם ע"י סוללה נטענת).
3. מומלץ לממש רכישת דגם GLIDESCOPE COBALT AVL, תוצרת VERATHON, מחב' בפקס. הדגם כולל את הפריטים כדלקמן:
 - א. להב וידאו COBALT AVL.
 - ב. מוניטור.
 - ג. עריסה.
 - ד. חיבור לעמוד עירוני.
 - ה. כבל חיבור HDMI-DVI.

L CENTER
ersity

AEL



מדינת ישראל
משרד בריאות
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר
באוניברסיטת תל-אביב
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-530338/917 TEL.

פקס. 972-3-5303387 FAX.

2

1. מוביל טובוס.

2. עמוד נשיאה.

4. לא ידוע לנו על חברה נוספת בעלת וידאו לרינגוסקופ, כך שניתן לראות ביצרון ובנציגו ספק יחיד (תקנה 3 (29) לחובת המיכרזים).

יש לכלול בתזמנה ספרי שרות והפעלה בכמות 1 יח' מכל סוג.

יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

ב ב ר כ ה,

צפרייר בן יהודה - MsC
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

לוט: תכתובת+הצעת מחיר

העתק: פרופ' ג. פרת