

**המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא**

**תל- השומר**

משרד:	
יחידה מזמינה:	
תאריך:	

קרן מחקרים \_\_\_\_\_

מדינת ישראל X

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ**

הבקשה מסתכמת על תקנה \_\_\_\_\_ (29)3 לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו- 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין / השירות / העבודה)
מקדם X BLS

האם קיים הנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?    כן \_\_\_\_\_    לא \_\_\_\_\_

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

טובין X      שירותים \_\_\_\_\_      ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שם הספק:	אורג
מספר הספק (ח.פ. / ח.צ. / ע.מ. / מספר עמותה)	
ספק זה הינו:	ספק יחיד <u>X</u> ספק חוץ _____
אומדן / שווי ההתקשרות:	\$ 41,060 ±
תקופת ההתקשרות	



THE STATE OF ISRAEL  
MINISTRY OF HEALTH  
THE CHIME SHEBA MEDICAL CENTER  
Affiliated to the Tel-Aviv University  
Sackler School of Medicine  
TEL-HASHOMER 52621, ISRAEL



מדינת ישראל  
משרד בריאות  
המרכז הרפואי המשולב ע"ש חיים שיבא  
מסונף לבית הספר לרפואה ע"ש סאקלר  
באוניברסיטת תל-אביב  
תל-השומר 52621, ישראל

המחלקה להנדסה ביו-רפואית  
Bio-Medical Engineering Department

טל. 972-3-530338/917  
פקס. 972-3-5303387

28 בפברואר 2011  
מספרנו: יש/2011-0094  
תיק: 1120-8A, 3004


לכבוד  
גב' גילי נעים  
כאן

נכבדתי,

הנדון: ט.ג. ילדים - חו"ד לרכישת מודול BIS

רשימת הצטיידות מינואר 2011 8,180 17

1. בהמשך לסימוכין נדרש לרכוש הנדון בכמות 5 יח'.
  2. מדובר במודול + אביזרים לצורך ניטור עומק הרדמה, המתאים למוניטורים תוצרת SPACELABS. המצויים בטיפול נמרץ ילדים.
  3. מומלץ לממש הצעת מחיר מס' 10A11893, מיום 21.11.2010 של חב' דובר לדגם 91482-1A תוצרת SPACELABS, לכל סעיפיה ובכמות הנדרשת.
  4. מכיוון שנדרש להתאים מודול BIS למערכת מוניטורים קיימת, לא ניתן לרכוש המודול מיצרן אחר זולת יצרן המוניטורים. ניתן לראות בחב' SPACELABS ובנציגתה חב' דובר ספק יחיד לרכישה זו.
- יש לדרוש תקופת אחריות שלא תפחת מ-24 חודשים החל מיום השימוש בפועל.

  
בברכה,  
צפיר בן יהודה - MSC  
ס/מנהל המחלקה להנדסה רפואית

העתק: פרופ' ג. פרת