



**אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד**

יחידה מועמדת :	תפרי נוג'ום	מס' ועדה :	11599
מחוז הרכישה :	המחלקה עסקית + כרמל	סכום הרכישה מטבע ספק :	₪ 22,882
עד נשקלים :		ספק פוטנציאלי :	ס'אס

הוועדה התכנסה בתאריך 29.6.11 ואישרה לפרסם את חוות הדעת של הגורם  
המקצועי באתר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 א' (א).

חתימת המאשרים :	יוסי שחר	ענייד רוט פרי	שמאל צמור
	ד"ר תעמיר	מיכל אוראל	

המרכז הרפואי תל-אביב  
מחלקת הנדסה רפואית  
טל : 03-6973208  
פקס : 03-6973440

9 ביוני 2011  
סימוליון : 05-06

לכבוד  
ועדת רכישות  
באר

אדוניים נכבדים,

**הנדון: החלפת (רכישת שפופרת וכבל מתח גבוה) עבור מערכת ניידת שיקוף  
בחדר ניתוח**

בחדר ניתוח מותקנת מכונת במערכת ניידת שיקוף מסוג Varic Arcadis, מס"ד ב"ח : 04616, יצרן: SIEMENS,  
סוכן: חב' "SIEMENS", הכוללת שפופרת וכבל מתח גבוה שהנה בלתי נפרדת מהמערכת מ – 4.07.09.  
בתאריך 23.5.2011 לאחר בדיקת התקלה ע"י אנשי שרות נמצא רטיבות מוגברת בתוך שהשפופרת רטונן וכבל מתח גבוה.  
השפופרת רטונן וכבל מתח גבוה התקלקלו בגלל נזק מהמים.

לצורך השמשה מיידית ניידת שיקוף לבדיקות במקומה ממלאי לרכוש ולהתקיין שפופרת חדשה וכבל מתח גבוה עם  
אשורו של מר יוסי שחר, משנה למנכ"ל של המרכז הרפואי תל-אביב.

היות ושפופרת זו הנה חלק אינטגרלי מהמערכת, יש לראות בה השלמה למערכת הקיימת ונחב' "SIEMENS"  
ספק יחיד לשפופרת וכבל מתח גבוה מקורית למקרה זה.

בברכה,



שמריה מוזיקאנט  
ראש מדור תחום דימות ואונקולוגיה