

טופס: "חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ"

| | |
|--------------------|--------------------|
| מינהל המחקר החקלאי | משרד החקלאות |
| קרקע | יחידה מזמינה/מכון: |
| 26.6.2011 | תאריך חוות דעת: |
| 103/4572/11 | בקשה מס' (פנימי): |

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה $3X(29)$ / $3(31)$ לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"ל: כן לא

סוג ההתקשרות:

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|------------------------------------|---|
| שם הספק: | אי.אס.אי מכשור מדעי לישראל בע"מ |
| מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה) | 520030784 |
| ספק זה הנו: | <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 4,257.84 ₪ כולל מע"מ |
| תקופת ההתקשרות: | 31.12.2011 – 10.7.2011 |

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

הנושא: החלפת לוח של משאבה במכשיר HPLC
 המעבדה לניטור מים מבצעת בדיקות לקביעת המצאות חומרי הדברה מסוג קרבמטים עפ"י שיטת EPA 531 במכשיר ה-HPLC עם מערכת POST COLUMN DERVATIZATION של חברת VARIAN.
 כרגע מכשיר HPLC מושבת עקב בעיה אלקטרונית במשאבת הריאגנטים. יש צורך להחליף את המשאבה. המכשיר נרכש לפני כ- 7 שנים מהיצרן VARIAN.
 עלות מכשיר חדש כ- \$ 60,000.

• למען הסר ספק מובהר בזאת כי השגה שתתקבל, ככל שתתקבל, תיבחן לאור המפרט הטכני והנימוקים המתוארים בפסקה הבאה ובחינת הנסיבות הרלוונטיות.


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת
 2. ממצאי הבדיקה
 3. נימוקים והערות נוספות
- חברת אי.אס.אי היא היחידה כיום שיכולה לתקן את המכשיר HPLC הקיים במעבדה של חברת VARIAN.
- לחברה ניסיון רב בטיפול המכשיר הנ"ל (מבצעים טיפול שוטף וטיפול בתקלות המערכת במעבדה כ- 6 שנים).
- לאור כל זאת אנו רואים בחברת אי.אס.אי כחברה יחידה המסוגלת להחליף ולהרכיב לוח של משאבה במערכת הקיימת במעבדה.

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז. חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| | | |
|---|---------------------------|------------------------|
|  | מנהלת מעבדה | אירנה פנקרטוב |
| חתימה | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | שם בעל הסמכות המקצועית |