

החלטת ועדת מכוזים לסיווג התקשרות

הוועדה התכנסה בתאריך 31.5.2011 והחליטה כי לאור הנימוקים שהוצגו לפניו:

היחידה המזמינה	<u>ד"ר</u>	מס' ועדה/מכרז	<u>SSB-3</u> <u>11</u>
נושא התקשרות	<u>אמנת פטנטים במתקן</u>	מס' מכרז	<u>BS VR</u> <u>160,762</u>
שווי התקשרות	<u>₪ 160,762</u>		

סיווג רכשית: מתכלה מכשור קבוע תרופות שירות

לבצע את הרכישה בדרך של מכרז פומבי רגיל.
 מכרז סגור 4 (2).

תוצאת מכרז לפי סיווג: פומבי | סגור

- 17(ג) עם שלב מיון מוקדם 19(ג) מכרז ממוכן
- 17(ד) עם בחינה דו שלבית 19(ד) מכרז ממוכן מתפתח
- 17(ה) עם הליך תחרותי נוסף 19(ה) מכרז ממוכן מחיר
- 17(ו) מכרז מסוגת

בפסור ממכרז ע"פ תקנים:

3 (13) א - תרופות, נסויבים או תרכיבים שחגים ייחודיים.
 3 (29) ב - ספק יחיד. ספק: ס' / א

- 3 (א) - מילמטו זכות ברירה. ספק: _____
- 3 (4)ב (2) - התקשרות המשיך ספק: _____
- 3 (5) - תכרה ממשלתית.

תוצאת מכרז עם מיוזם פומבי | סגור

- 7 (א) 1 - התקשרות לביצוע מיזם בעל מורכבות טכנולוגית מיוחדת.
- 7 (א) 7 - התקשרות לרכישת טלפון בעלי תכונות מיוחדות, ציוד רפואי, תרופות ניסויים.

תערת: _____

א' המקדן העזמי בטל
הנסות יאנוני יאנוני יאנוני
אסתיא

חתימת המאשרים: _____
שמואל עמיר
עו"ד רות פלך

רמ"י תעמ"י _____
מיכל אריאלי

המרכז הרפואי תל-אביב
מחלקת הנדסה רפואית
טל: 03-6973208
פקס: 03-6973440

28 באפריל 2011

סימוכין: 27-04

לכבוד
וועדת רכישות
באג

שלום רב,

הנדון: רכישת מכונת פוטותרפיה בתחום ה - UVB לכלל הגוף עבור מרפאת עור

עקב התרחבות פעילות המרפאה, מבקשת מחלקת עור לרכוש מכונת פוטותרפיה לכלל הגוף בתחום ה - UVB (אורך גל 310-315nm). הדרגשה היא למכשיר בעל כיוול אוטומטי מבוקר מחשב לרמת האנרגיה הנדרשת, המאפשר טפול באנשים בעלי מימדי גוף שונים (כולל גדולים ושמונים), כשזמן הטפול אורך מספר דקות.

מבדיקה שנערכה על ידי ועל ידי הרופאים העוסקים בתחום, באינטרנט, על פי מאמרים מובילים וכן לפי נסיון העבר- נמצא שהמערכת היחידה העונה לדרישות הנ"ל היא דגם TLO1-7001 תוצרת חברי WELDMAN (סוכן : גלובוס). לא נמצא שום ספק אחר המשווק בארץ מערכת מקבילה למתואר.

לאור נתונים אלו ממליץ לראות בחב' גלובוס ספק יחיד למקרה זה.

בברכה,

ד"ר ולנטין
מנהל מחלקת מניסח רפואית

