



אישור פרסום חוות דעת להתקשרות עם ספק יחיד

יחידה מסויינת :	מרפ	מסיוועדה :	11/545
מחוז הורכשה :	פ.ג.ג. נ.ג.ג. י.ג.ג. י.ג.ג.	מחוז הורכשה :	Emerald
סכום הורכשה מטבע ספק :	61999 \$	עדד בשקלים :	11/545
ספק פוטנציאלי :	מ.ג.ג. נ.ג.ג.		

הוועדה התכנסה במאריך 11/5/11 ואשרה לפרסם את חוות הדעת של המורים
המקצועי באחר האינטרנט לקבלת השגות על פי תקנה 3 אי (א).

חתימת המאשרים	יוסף שקל	רמי תנעמי
שמואל עמר	ענייד רות פתל	מנכל ארילאלי

1 במאי 2011


לכבוד
ועדת רכישות

באג
אגף

הנדון: ציוד מתכלה למכשיר EMERALD - ביופסיה שד

1. בתאריך 11.02.07 סופק מכשיר EMERALD BREAD BIOPSY מוזצרת HOLOGIC - חברת מדטכניקה.
2. הבריקות נערכות במפגן וMAM
3. למכשיר זה יש צורך בציוד מתכלה לבריקות וMRI :
 - א. פריט ראשון LOTATEC0914-20MR - ערכה לביופסיה כולל: מחט וקניסטר
 - ב. פריט שני LORTID-13MR הוא סמן אדראיי לביופסיה ב-MR
 - ג. הפריט השלישי LORILS0914-20 הוא ערכה להחדרת מחט בזמן הביופסיה.
 4. לאחר האמור לעיל יש לאשר את רכישת הקיטים הנ"ל מחברת מדטכניקה. רק לספק זה יש את הקיטים.
 5. נא אשדו את הספק מדטכניקה - יצרן HOLOGIC כספק יחיד לקיטים עבור המכשיר הנ"ל.

בברכה
ד"ר ספרבר פתח
מנהל יחידת הממוגנופיה



ביופסיה שד11.02.2011 - EMERALD