

המרכז הרפואי ע"ש ת. שיבא

תל- השומר

חבריות	

קדן מחקרים \_\_\_\_\_

X מדינת ישראל \_\_\_\_\_

(יש לסמן X במקום המתאים)

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד / ספק חוץ

הבקשה מסתכמת על תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים ועל הוראות תכ"ס מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

החומר (סוג) / תאריך / מס' / תאריך	
מכשירי	מס' 2 מכשירי אוק
מכשירי	מס' 2 מכשירי אוק
מכשירי	מס' 2 מכשירי אוק

האם קיים הנושא זה מכרז צרכי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? \_\_\_\_\_ כן \_\_\_\_\_ לא X

סוג ההתקשרות (סמן X במקום המתאים)

ביצוע עבודה \_\_\_\_\_

שירותים \_\_\_\_\_

X טובין \_\_\_\_\_

מס' חוץ	מס' יחיד	X
511271744	2878	
ספק חוץ	ספק יחיד	X
1,500,000	24	

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ  
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעימים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי בדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט א הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד / ספק חוץ).

3. נימוקים והערות נוספות.

בן	לחם	כניס	יש	את	הפנים
למטה	למטה	למטה	ואת	ואת	ואת
שט	שט	שט	שט	שט	שט

לאור הנימוקים שמניתי לעיל אנו מבקשים לערוך ההתקשרות בהליך פטור ממכרז.

החזת דעתי ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

הנהל	יכ	הנהל



2014/5

עבר . ועדת המכרזים

הודעה : שיטת הדיקת מבשירי לחץ שלילי לטיפול במזונות קשוי ריפוי רחמי במהלך החדשים האחרונים בתנו מבשירי לחץ שלילי לטיפול במצבים קשוי ריפוי במספר מחלקות בביה"ח.  
המבשירים שנבדקו שייכים לחברת כמיסק, במידה וטורדיסטג. לחלק סיכום הממצאים שעלו תוך כדי בחינת המבשירים :

**המצבות-**

- בשני מטופלים מצרו שלפוחיות גדולות מאוד הפגע בכל הנראה כתגובה לחבישת המאחיות
- נמצאף ה Aiaia מאד שקט ולא נמצע עיי החנות ובקושי עיי המטופל
- חיבור מפוג ל VAC גדול יחסית, לא מתאים לפצעים קטנים.
- המסך קטן, מוחת נח להפעיל
- לא ניתן לתליוח על עמוד - מקשה במקרים שהמטופלים עם VAC חנים נידים
- יכולת ההדבקה של יריעות השיקופת אינה טובה
- ה Trac pad מרובע גדול ולכן קשה לחבר לפצע ששטחו קטן

**מורכבות** - התקבלה הודעה ל Recall למבשירים . בנוסף לכך שידוע עם הסוכנת נדון אין אמיר למבשירים .

**בטיחות** - מבשיר הו KCI של חברת כמיסק מוכרת חיטב לכיזויח ומצוננת באיטוש שנים רבות תוך פתח מפנה קלוי מצוין וכן שירות מעולה של החברה לכל תקלה בזמן אמת, אספקת מתבלים, פתח מבשירים בנת מצוקה זכר שבא לידי ביטוי לאחרונה במבצע נזק איתן . לחלק הסכנת ייחודיות של המבשיר :

- מוחזק הלונגים מאסר סיפול גם באוכלוסיית חילדים המאושפדים בצרכי תרופאי עיי שיבא 25-200 מימ כספיד למנת 40-200 מימ כספיד.
- ה Trac pad של חברת כמיסק חפה שקופה ומאפשרת לראות את התפרשות הזמן (במדידת המנת אסוחמ)

- ספוגים – ברשות החברה מגוון של ספוגים ייחודיים המאפשרים טיפול באסכולות שונות של פצעים וכן עפ"י מצב המגע כגון ספוג לבן שנועד לשימוש בנתלי שרודפולופים וכן מטייע בהנחה על איברים כגון גידים וכן ספוג כסף שנועד לטיפול בפצעים מוחזמים.
- Intensity setting – כיוון עוצמת החץ השלילי וקביעת מרחקות החץ לטיסת הפצע (ייחודי)
- Digital wound image – מאפשר לצוות הרפואי לעסוק את גבולות הפצע ע"י מצלמה אחר התקדמות הריפוי (ייחודי)
- Therapy history report – ניתן לסרוק במכשיר את המידע הטיפולי כולל הישגות המטופל לטיפול (ייחודי)

למיון כי החברה מתחייבת לשדרג את כל 26 המכשירים הקיימים בבדידה לנגזר חדש מסוג Info Vac. בדגם זה אין צורך בהחלפת מסננים כפי שהיה במכשירים הנוכחיים.

לצוות דעת זו מצטרפים פרופי חייק וד"ר קסל (מצ"כ מייל של פרופי חייק).

לשיכור,

לאור כל המכתב לגיל הריני לציין כי חברת מייטק הינה היחידים שבאשר מוטאומים ביותר ומגליעה לרכוש את המכשירים והמחלקה מחברה זו.

בברכה  
 ורחפת פרידמן  
 מפקחת קלינית בדיחה השיקומי  
 מרכזת תורם פצעים ומחלות